



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 ekoziol@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, 06.06.2022r.

SPZOZ . AZ . 2022 .

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę środków opatrunkowych jałowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, AZ-P.2022.14, [wyjaśnienia treści SWZ](#).

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 284 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1129 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw, w którym w pozycji c) znajduje się opatrunek oczny 2W z gazy 17N wykonane zewnętrznie z włókniny oraz wewnętrznie z pulpy celulozowej) w rozmiarze 5x6 cm ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na odmienny parametr dot. ilości warstw.*

Pytanie 2, pozycja 5c:

Czy Zamawiający dopuści kompres 17N 8W z nitką RTG?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na odmienny parametr dot. ilości warstw.*

Pytanie 3, pozycja 9:

Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie fasoli w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania / zaznaczenia odmiennych parametrów.*

Pytanie 4, pozycja 9a:

Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie różka w rozmiarze 12x12cm?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na odmienny kształt tupfera.*

Pytanie 5, pozycja 14:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: Sterylny zestaw do wkłucia centralnego: Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1.

Na etykiecie znak CE, LOT oraz nazwa zestawu w języku polskim.

Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7.

Zaznaczony kierunek otwierania.

Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej.

Minimalny skład zestawu:

- serweta 200x180cm z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze min. 56g/ m² i chłonności min. 570%, z samoprzylepnym otworem 10x10cm położonym w 1/3 serwety od jej górnej krawędzi,
- serweta włókninowa 160x90cm z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/ m² jako owinięcie zestawu,
- 10 kompresów z gazy 17N 8W, 7,5x7,5cm, o min. gramaturze 1,24g,
- 10 tupferów kul z gazy 17N, 20x20cm, o min. gramaturze 23g/ m²,
- Igły: 1,2x40mm i 0,8x40mm,
- strzykawkki: 10ml i 20ml,
- imadło metalowe 13cm,
- ostrze nr 11. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania / zaznaczenia odmiennych parametrów w kolumnie 9 – opis oferowanego zestawu.

Pytanie 6, pozycja 15:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: Sterylny zestaw do zakładania szwów: Opakowanie typu twardy blister dwukomorowy Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą ISO PN-EN ISO 11135-1.

Na etykiecie znak CE, LOT oraz nazwa zestawu w języku polskim.

Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7.

Zaznaczony kierunek otwierania.

Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej.

Minimalny skład zestawu:

- a) serweta dwuwarstwowa podfoliowana 75 (±1cm) x 45cm (±1cm) do rozłożenia zestawu, bibułowo-foliowa o gramaturze min. 42g/m²,
- b) imadło metalowe 13cm (±1cm),
- c) pęsety: chirurgiczna metalowa 12,5cm (±1cm) oraz plastikowa 13cm (±1cm),
- d) nożyczki metalowe ostro-ostre 11cm (±1cm),
- e) kompresy włókninowe 7,5 (±1cm) x 7,5cm (±1cm), 4W, gramatura min. 30g/ m² – 5szt.
- f) tufery z gazy 17N, 20 (±1cm) x 20cm (±1cm), kule, gramatura min. 23g/m² – 3szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na odmienny parametr dot.: wymiarów i gramatury serwety oraz wymiarów pęsety chirurgicznej metalowej.

Pytanie 7, pozycja 16:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: Sterylny zestaw do szycia poporodowego: Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Wskaźnik sterylizacji na opakowaniu.

Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1.

Na etykiecie znak CE, LOT oraz nazwa zestawu w języku polskim.

Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7.

Zaznaczony kierunek otwierania.

Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej .

Minimalny skład zestawu:

- a) imadło metalowe 20cm (±1cm),
- b) pęsety: chirurgiczna metalowa 15cm (±1cm) oraz anatomiczna 14cm (±1cm),
- c) kleszczyki metalowe okienkowe Forester proste 25cm (±1cm) – 2szt.
- d) kocher metalowy 14cm (±1cm),
- e) nożyczki tępo-tępe metalowe 17cm (±1cm),
- f) serweta 75 (±1cm) x 45cm (±1cm), z laminatu włókninowo-foliowego o min. gramaturze 56g/m² i chłonności min. 570% jako owinięcie zestawu,
- g) podkład chłonny 90 (±1cm) x 60cm (±1cm), o chłonności min. 2000ml,
- h) kompresy z gazy 17N 8W, 10 (±1cm) x 10cm (±1cm), o min. gramaturze 2,11g,
- i) strzykawka 20ml
- j) igła 0,8x40mm. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na odmienny parametr dot.: rodzaju kleszczyków, wymiarów nożyczek, gramatury i chłonności serwety oraz gramatury kompresów.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
Jarosław Kończyło

.....
Kierownik Zamawiającego