



**SEKCJA ZAMÓWIENÍ  
PUBLICZNYCH**

Łódź, 09.07.2024 r.

**e-mail: [marta.kieras@barlicki.pl](mailto:marta.kieras@barlicki.pl)**

**Tel. 42 677-68-24**

**Znak sprawy: 44/PN/ZP/D/2024**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego radiologicznego”**

**Szanowni Państwo!**

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na **następujące** pytania:

**Pytanie 1**

**Pakiet 5**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego zawierających w składzie: cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu Mac-Loc, długość cewnika 15 lub 25 cm, średnica 6.3 Fr, 8.5 Fr, 10.2 Fr, 12 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych; dodatkowo zestaw posiada igłę trokar 18 G / 26 cm (19 G/26 cm dla śr. cewnika 6,3 Fr) cm, dwa obturatory, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w RTG.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 2**

**Pakiet 4**

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 4 zestawu do strzykawki automatycznej Optistar Elite do MRI, w skład którego wchodzi: 2 strzykawki o pojemności 60ml, 2 kolce do napełniania (spike) oraz jeden spiralny łącznik o długości 250cm z trójnikiem Y oraz jednym zaworem, o wyższej wytrzymałości ciśnieniowej - 350psi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3**

**Pakiet 3**

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 3 przedłużaczy ciśnieniowych niezbrojonych jednej długości – 120cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

**Pakiet 3**

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 3 przedłużaczy ciśnieniowych niezbrojonych jednej długości – 150cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

**Pakiet 3**

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 3 przedłużaczy ciśnieniowych jednej długości – 100cm.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 6**

**Pakiet 3**

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 3 przedłużaczy ciśnieniowych wykonanych z polichlorku winylu (PVC)

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

p.o. Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia Medycznego  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1  
im. N. Barlickiego w Łodzi  
  
mgr Anna Pietrzyk