




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ zoz@zozmswiakielce.pl

🌐 www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 12-10-2022r.

Znak postępowania: 27/TP/2022

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i części zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II”.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator posiadał wbudowany dotykowy ekran LCD i nie wymagał oddzielnego monitora komputera sterującego pracą analizatora? Takie rozwiązanie ułatwia i upraszcza pracę z analizatorem.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga. Jest to parametr oceniany.

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga tromboplastyny ludzkiej nierekombinowanej pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,05), jako odczynnika do oznaczania czasu protrombinowego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga. Jest to parametr oceniany.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora z wbudowaną drukarką na papier termoczuły? Takie rozwiązanie ułatwia i upraszcza pracę z analizatorem i stanowi istotną oszczędność kosztów w porównaniu z drukarką dołączoną do zestawu komputerowego sterującego jednostką.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR z użyciem dedykowanego zestawu kalibracyjnego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość wprowadzenia danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych (umożliwiał odczyt kodów 2D)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga ciekłego gotowego do użycia odczynnika do APTT zawierającego roślinne fosfolipidy o różnej wrażliwości na niedobory czynników krzepnięcia szlaku wewnątrzpochodnego, obecność antykoagulantu toczniowego oraz obecność leków przeciwkrzepliwych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Jednocześnie działając na podstawie art. 284 ust 3 w związku z ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

1. przedłużyć termin składania ofert do dnia 17-10-2022 r., do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 17-10-2022 r., godz. 11:15.
2. modyfikuje zapis w części XI SWZ „Termin związania z ofertą”, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert czyli do dnia 15-11-2022 r.”
3. modyfikuje zapis w części XIV SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswiakielce> w terminie do dnia 17-10-2022. r. do godziny 11:00”
4. modyfikuje zapis w części XIV SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” – punkt 12, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-10-2022 r. o godzinie 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswiakielce> - w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych”

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II
Halina Olendzka /

.....
(podpis osoby upoważnionej)