



PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

88-400 Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 52 3031341, fax 52 3031344, www.szpitalznin.pl, e-mail: szpitalznin@szpitalznin.pl, NIP: 562-16-88-969 REGON 093213309 BDO: 000059768

PCZ/II-ZP/16/2023

Żnin, dn. 25.09.2023 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch Ambulansów drogowych typu B wraz ze sprzętem medycznym dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Nr post.: PCZ/II-ZP/16/2023

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:


Pytanie 1 - Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności i na zasadzie równoważności dopuści w postępowaniu przetargowym transporter noszy STRYKER 6100 M1 o nośności 227 kg i poniższych parametrach technicznych przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych zapisów SWZ:
- nosze wyposażone w materac, zapięte na dedykowanym transporterze o wadze 35,05 kg i masie łącznej zestawu zgodnie z normą EN 1865-1 równej 61,00 kg. Proponowany zestaw transportowy posiada numer UDI deklarację UE MDR (najnowsze, obowiązujące rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych 2017/745) oraz jest zgodny z zapisami norm PN EN 1789:2020, PN EN 1865-1 oraz AS/NZS 4535. Dokumenty na zgodność z przytoczonymi normami wystawione przez niezależny ośrodek notyfikowany

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dokumenty na zgodność z przytoczonymi normami należy dostarczyć wraz z dostawą.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności modem do teletransmisji nowej generacji działający w technologii 4G LTE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wymaga aby **wszystkie zmiany**, na które Zamawiający wyraził zgodę powyższymi odpowiedziami, wprowadzane przez Wykonawcę w Zestawieniu warunków i parametrów technicznych (Załącznik nr 3 do SWZ składanej oferty, winny być w danej pozycji parametrów oferowanych **wytłuszczone i/lub podkreślone** oraz opisane przez Wykonawcę „Lp. ..., ..., ... - zmiana dopuszczona odpowiedziami na pytania z dniar.”

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Ewa Galas-Gasior