



### INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”

Pytanie nr 1 – dotyczy zapisów umowy

Dotyczy przedmiotu umowy i zapisów wzoru umowy (pakiet nr 94)

Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych?

Wyroby będące przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 94 dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po:

- 1) zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku typu „Multi-Patient” do zastosowanie w wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D o maksymalnie 12-godzinny okresie użytkowania – 20 szt. (zestawów) w opakowaniu zbiorczym;
- 2) Jednorazowy dren spiralny, tzw. linia pacjenta, o długości minimum 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z zestawem „Multi-patient” – 50 szt. (drenów) w opakowaniu zbiorczym.

Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań.

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych, poprzez dodanie zapisu do wzoru umowy, np.: w § 2 ust. 2 „Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”

**Odpowiedź:** *Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w § 3 poprzez dodanie pkt 6 tj.:*

**Było:**

5. *Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w handlowych opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
6. *Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze nr umowy i nr zamówienia.*

**Powinno być:**

5. *Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w handlowych opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami. \*)*
6. *Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotności ilości towarów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy) \*\*)*
7. *Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze nr umowy i nr zamówienia.*

*\*) dotyczy pakietów od 1 – 93 oraz 95-123*

*\*\*\*) dotyczy pakietu nr 94*



Pytanie nr 2 – dotyczy zapisów umowy

Dotyczy zapisów § 9 ust. 1 i 2 wzoru umowy

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy, w zakresie zmiany wysokości kary umownej z 1% na 0,5% wartości brutto dostarczonej z opóźnieniem partii towaru za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.**

Pytanie nr 3 – dotyczy zapisów umowy

- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy, w zakresie zmiany wysokości kary umownej z 10% na 5% wartości umowy brutto całej niezrealizowanej części umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy?

W przypadku akceptacji niniejszej propozycji zmiany, prosimy o zmianę zapisu § 9 ust. 2 wzoru umowy, w zakresie zmiany wysokości kary umownej z 10% na 5% wartości umowy brutto całej niezrealizowanej części umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.**

Pytanie nr 4 – Pakiet 2 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,3 x 12,5 mm zamiast 0,3 x 13 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1/2”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 5 – Pakiet 2 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,6 x 32 mm zamiast 0,6 x 30 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 1/4”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 6 – Pakiet 2 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,7 x 32 mm zamiast 0,7 x 30 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 1/4”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 7 – Pakiet 2 Poz. 9 i 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł krótkościętych SB/BS

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 8 – Pakiet 2 Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł tępych z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45 °, co zapobiega defragmentacji korka i zapobiega zakłuciu przez osobę przygotowującą lek

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



Pytanie nr 9 – Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika o całkowitej objętości wypełnienia zestawu 1,19 ml .Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 10 – Pakiet 23 Poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o objętości wypełnienia zestawu 0,6 ml, a samego filtra 0,15 ml

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 11 – Pakiet 23 Poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr ma być wyposażony w zastawkę antyzwrotną w części dystalnej filtra co zapobiega cofaniu się krwi w kierunku filtra i jego zalaniu.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 12 – Pakiet 23 Poz. 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ramp z wielorazowym uchwytem umożliwiającym zamocowanie rampy w ilości wskazanej przez Zamawiającego (zgodnie z ilością stanowisk na jakim będą używane) . rampy zakończone systemem bezigłowym o przestrzeni martwej max 0,09 ml, przepływ 360 ml/min, czas stosowania do 7 dni lub 140 użyć

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 13 – Pakiet 23 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie bezigłowego systemu do 700 użyć (zamiast 720). Przepływ grawitacyjny 165 ml, pod ciśnieniem 600 ml/min. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 14 – Pakiet 23 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego systemu do 360 użyć , objętość wypełnienia do 0,09 ml. Pozostałe parametry zgodnie w SWZ

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 15 – Pakiet 40 Poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli dożylny wykonana z biokompatybilnego PTFE. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 4 paski kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca filtr hydrofobowy zapobiegającą wypływowi krwi (rozwiązanie zgodne z normą ISO 10555-5). Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach zapobiegające zakłuciu i ekspozycji na krew , która ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażnięciem/zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.

Kaniula dożylna bezpieczna - sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. Wykonana z biokompatybilnego PTFE nowej generacji (badania laboratoryjne zgodne ze standardem ISO 10993). Hypoalergiczna, termoplastyczna, odporna na zginanie (tzw. pamięć kształtu) z samodomykającym się portem iniekcyjnym oraz filtrem



hydrofobowym zapobiegającym wypływowi krwi, elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w rtg, konstrukcja kaniuli eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. Sterylizowane tlenkiem etylenu

Termin ważności: 3 lata, Rozmiary :

0,9 mmx25mm-22G( niebieski) przepływ 36ml/min.

1,1x32mm -20G (różowy)przepływ 60ml/min

1,3x33mm-18G( zielony)przepływ 90ml/min

1,3x45mm-18G( zielony)przepływ 90 ml/min

1,5x45mm-17G(biały)przepływ 125ml/min

1,7x45mm-16G(szary) przepływ 180 ml/min

2,1x45mm-14G(pomarańczowy)270 ml/min

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 16 – Pakiet 40 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli dożylniej przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, poliuretanu. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister papier/folia w rozmiarach 26G dł 19 mm, prędkość przepływu 12 ml/min ,24 G długość 19mm,,prędkość przepływu 16 ml/min

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej przeznaczonych do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Bez dodatkowego portu górnego. z ezdemowalnym uchwytem umożliwiającym wprowadzenie do naczynia Kaniula widoczna w USG . Wykonana z biokompatybilnego PTFE. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister papier/folia w rozmiarach 26G dł 19 mm, prędkość przepływu 13 ml/min ,24 G długość 19mm,,prędkość przepływu 13 ml/min

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 17– Pakiet 40 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kranika odcinający do terapii dożylniej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty ,3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętkę luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,26 ml, bez znaczników (czerwony i niebieski) , uniwersalny , pokrętko w kolorze niebieskim . Sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu , opakowanie medyczne typu blister.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 18 – Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 14G/20cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica 0,032’’x60cm ze znacznikiem EKG, rozszerzadło tkankowe, strzykawką 3-częściową LS.



**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 19 – Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 14G/30cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica 0,032"x68cm ze znacznikiem EKG, rozszerzadło tkankowe, strzykawką 3-częściową LS.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 20 – Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 16G/20cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica 0,032"x60cm ze znacznikiem EKG, rozszerzadło tkankowe, strzykawką 3-częściową LS.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 21 – Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 16G/20cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica 0,032"x60-68cm, rozszerzadło tkankowe, strzykawką 3-częściową LS.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 22 – Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 7F/16,16Ga/20cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica nitinolowa 0,032"x60cm z funkcją pomiaru EKG, rozszerzadło tkankowe, strzykawką LS z zastawką hemostatyczną, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawką, igła do kontroli ciśnienia panującego w naczyniu.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 23 – Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce



istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 7F/16,16Ga/30cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, przewodnica nitinolowa 0,032''x68cm z funkcją pomiaru EKG, rozszerzadło tkankowe, strzykawka 3 cz. LS.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 24 – Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 7F/16,18,18Ga/20cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, przewodnica nitinolowa 0,032''x60cm z funkcją pomiaru EKG, rozszerzadło tkankowe, strzykawka LS z zastawką hemostatyczną, umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, igła do kontroli ciśnienia panującego w naczyniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 25 – Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 7F/16,18,18Ga/30cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, przewodnica 0,032''x68cm z funkcją pomiaru EKG, rozszerzadło tkankowe, strzykawka LS z zastawką hemostatyczną, umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, igła do kontroli ciśnienia panującego w naczyniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 26 – Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 12F/16,12,12Ga/16cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, przewodnica 0,035''x60cm, rozszerzadło tkankowe, strzykawka LS z zastawką hemostatyczną, umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, igła do kontroli ciśnienia panującego w naczyniu, miękka kaniula 18G/6,35cm na igle 20G, skalpel 11, obłożenie chirurgiczne.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 27– Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych



parametrach: cewnik centralny 12F/16,12,12Ga/20cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica 0,035''x68cm, rozszerzadło tkankowe, strzykawka LS z zastawką hemostatyczną, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, igła do kontroli ciśnienia panującego w naczyniu, miękka kaniula 18G/6,35cm na igle 20G, skalpel 11, obłożenie chirurgiczne.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 28 - Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 8,5F/16,14,18,18Ga/20cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica nitinolowa 0,032''x60cm z funkcją pomiaru w EKG, rozszerzadło tkankowe, strzykawka LS z zastawką hemostatyczną, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, igła do kontroli ciśnienia panującego w naczyniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 29 – Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych poz.12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów swz, zestawów wkłuc centralnych, najwyższej jakości, o minimalnych parametrach: cewnik centralny 8,5F/16,14,18,18Ga/30cm wykonany z radiocieniującego poliuretanu ze znacznikami długości na powierzchni, skrzydełka do mocowania cewnika : stałe i ruchome, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica 0,032''x68cm z funkcją pomiaru w EKG, rozszerzadło tkankowe, strzykawka LS z zastawką hemostatyczną, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, igła do kontroli ciśnienia panującego w naczyniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 29 – Pakiet 18 poz.2

Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach: objętość oddechowa Vt 150-1500ml, poziom nawilżania 37mg H2O przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu przy 60l/min-2,14 cm H2O, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock z koreczkiem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 29 – Pakiet 54 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z rozmiarem oznaczonym na baloniku kontrolnym, z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



Pytanie nr 29 – Pakiet 54 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie masek kraniowych III generacji z dostępem gastrycznym o poniższych parametrach:

- Zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny (dla sond wielkości  $\geq 16\text{CH}$ )
  - Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie
  - Możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej
  - Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki
  - Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia
- mankietu metodą dotykową
- Znaczniki ułatwiające prowadzenie elastycznego endoskopu
  - Sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia
  - Bezpieczeństwo stosowania w środowisku MRI
  - Wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 29 – Pakiet 11 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy zestawu do cystostomii z cewnikiem wyposażonym w jeden kanał i min. osiem oczek wewnątrz pętli?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 29 – Pakiet 22 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy zestawu do pomiaru diurezy godzinowej wyposażonego w bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek oraz niewymienny worek na mocz 2000ml połączony fabrycznie z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących jak obecnie stosowany, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 29 – Pakiet 25 Poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki dostępu moczowodowego pokrytej hydrożelem, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem, z możliwością użycia jednej prowadnicy, która utrzymuje stały dostęp do nerki a nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami. Rozm. 10-12CH oraz 12-14CH dł. 28/35/45/55cm do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 29 – Pakiet 25 Poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy z nitilonowym rdzeniem, pokryta hydrożelem, rozm. 0,032"/150cm i 0,035"/150cm,

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*





Pytanie nr 29 – Pakiet 25 Poz. nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nitynolowego koszyka do przechwytywania i wydobywania złożeń. Specjalna konstrukcja umożliwi lekarzowi chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złożeń w nerce lub moczowodzie. Rozmiary: 1,5F, 2F, dł. min. 115cm, rozmiary koszyka 8mm lub 11mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 29 – Pakiet 25 Poz. nr 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy introduktorów nerkowych Amplatz do poszerzania kanału nefrostomijnego i umieszczania koszulki o długościach 17cm i 19cm, do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 29 – Pakiet 34

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek (o różnej średnicy szyjki) i butelek, z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykającym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 29 – Pakiet 59 Poz. nr 2, 3, 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy cewników moczowodowych z mandrynem metalowym i poliestrowym do wyboru przez Zamawiającego, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 29 – Pakiet 83 Poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy igieł dwuczęściowych i skalowanych co 1cm, pozostałe zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 29 – Pakiet 83 Poz. nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozszerzaczy do nefrostomii o śr. 6,8 + ostatnie rozszerzadło z rozrywalną koszulką.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 29 – Pakiet 83 Poz. nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozszerzaczy do nefrostomii z rozrywalną koszulką śr. 6,8, 11 + ostatnie rozszerzadło z rozrywalną końcówką.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**



Pytanie nr 29 – Pakiet 85 Poz. nr 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy prowadnic o długości 100cm jak obecnie stosowane, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 30 – Pakiet 32

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie że należy zaferować szczoteczki z gąbką nasączoną 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny w ilości nie mniej niż 13ml ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 31 – Pakiet 32

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania szczoteczek pakowanych po 40 szt. w kartony służące jako dozownik szczoteczek?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 32 – Pakiet 32

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz wprowadzenie stosownych zmian w SWZ, które jest niezgodne z wymaganiami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a zatem postępowanie jest obciążone wadą, ponieważ szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobami medycznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający w Pakiecie nr 32 odstępuje od wymogu zaferowania szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk zarejestrowanych jako wyrób medyczny i wykreśla go z formularza asortymentowo-cenowego. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 1.32 do SWZ kolumna nr 7 w następujący sposób:*

*jest % VAT: 8*

*winno być % VAT: 23*

*W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 1.32 do SWZ.*

*Wykonawca składając ofertę na ww. pakiet winien w Załączniku nr 4 do SWZ oświadczyć zaferowany produkt nie został zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).*

Pytanie nr 33 – pakiet 113

Poz. 1 mostek chirurgiczny stomijny, jednorazowy, sterylny, długość dolnej części (dłuższej) 72 mm, długość niezłożonego 98 mm, złożonego 88 mm

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 33 – pakiet 113

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne sterylne pakowane po 5 szt. w opakowaniu, mostki stomijne pakowane po 10 szt. w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 33 – pakiet 113

Zwracamy się z prośbą o zaaprobowanie wystawiania faktur każdorazowo do zamówienia. Z racji iż posługujemy się systemem międzynarodowym nie jesteśmy w stanie zmienić procesu realizacji zamówień, wstrzymanie wystawienia faktury powoduje anulowanie zamówienia.

Prosimy o zaakceptowanie formatu pdf faktury, i możliwość przesyłania na wybrany adres email (lub drogą pocztową w ciągu 48 godzin od zamówienia).

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza powyższe.*

Pytanie nr 34 – pakiet 89

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej w rozmiarach igieł motylkowych, ponieważ rozmiar igły podany w mm nie odpowiada rozmiarowi podanemu w G. Czy Zamawiający miał na myśli zaoferowanie igieł w rozmiarach 0,6 mm (tj. 23G) i 0,8 mm (tj. 21G)? Przy obecnym opisie przedmiotu zamówienia nie ma możliwości złożenia oferty odpowiadającej rozmiarem w mm i G jednocześnie.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający potwierdza powyższe i poprawia omyłkę pisarską w Pakiecie nr 89.*

**Jest:**

*0,6/10-21G i 0,8/10-22G*

**Powinno być:**

*0,6/10-23G i 0,8/10-21G*

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz  
(5)

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

