

Jarocin, 09.02.2023 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : Postępowanie na dostawę, uruchomienie aparatu rtg z ramieniem „C” oraz integracja aparatu rtg z istniejącym systemem informatycznym Zamawiającego nr 2/2023**

Działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzamy następujące zmiany treści SWZ.

W zał. nr 3 pozycje 11, 12 oraz 21 tabeli pkt. I „Parametry Techniczne Aparatu” zamiast pierwotnych wymagań :

11. Długość wózka z ramieniem C [cm]  $\geq$  200 cm
12. Szerokość wózka z ramieniem C [cm]  $\geq$  80 cm
21. Masa wózka z ramieniem C  $\geq$  320 kg

uzyskują następujące brzmienie:

11. Długość wózka z ramieniem C [cm]  $\leq$  200 cm
12. Szerokość wózka z ramieniem C [cm]  $\leq$  80 cm
21. Masa wózka z ramieniem C  $\leq$  320 kg

Poprawiony aktualny zał. nr 3 w załączeniu.

Prezes Zarządu  
  
Henryk Szymczak

Jarocin dnia 09.02.2023 .....