



REGON: 910858394

NIP: 8921296985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 11/3/2023

Nasza data: 18.10.2023 r.

Numer ogłoszenia : BZP nr 2023/ 00092350/01 z dnia 12.10.2023

Termin składania ofert: 20.10.2023 r. godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy
postępowania przetargowego
ZP/TP- 11/2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 17 października 2023 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na 12 pakietów”

Zadanie 1A

Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, oprzyrządowania anestezyjologicznego oraz innych wyrobów medycznych działający bakteriobójczo (łącznie z MRSA), bójczo wobec prątków gruźlicy, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, norowirusa, adenowirusa, poliovirusa oraz sporobójczo (wobec Clostridium difficile, Clostridium sporogenes, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 10min. Trwałość roztworu do 36 h, kontrolowana przy pomocy pasków testowych w opakowaniach 1,5kg i 6kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 1G

Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracji, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny w opakowaniach 5l.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 1N

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholi (etylowego i izopropylowego) i czwartorzędowej soli amoniowej, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Spektrum działania: B Tbc - M.terrae, M.avium, F - C.albicans, A.niger, V – Polio, Adeno – 30sek w opakowaniach 1l i 5l?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

Z poważaniem

Marek Bruzdowicz - Pełnomocnik