



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 10.01.2025r.

Znak: ZP.26.1.51.2024.2

### **Informacja o wpłynięciu pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa podłoży bakteriologicznych gotowych oraz przesiewowych testów immunodiagnostycznych dla ZZOZ w Wadowicach”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnienia dotyczącego postępowania pn. „Dostawa podłoży bakteriologicznych gotowych oraz przesiewowych testów immunodiagnostycznych dla ZZOZ w Wadowicach”.

**Pytania 1:** Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o parametrach zbliżonych z wymaganymi, które wskazano w załączonej karcie (zał. 20230829\_bolarus\_katalog\_lab) - szafa chłodnicza SLC 500?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytania 2:** Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o parametrach zbliżonych z wymaganymi, które wskazano w załączonej karcie (zał. RLDF1819) - szafa chłodnicza RLDF1819?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytania 3:** Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do homogenizacji o parametrach zgodnych z załączonymi kartami (zał. Karta\_charakterystyki\_DT-50-M-gamma Komora homogenizująca sterylna oraz Karta\_charakterystyki\_UTTD\_control\_Life\_Science\_Solution)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zachęca do przedstawienia oferty najtańszego systemu homogenizującego w postaci zestawu ceramicznych moździerzy aptecznych możliwych do sterylizacji w autoklawie, np. zestawu trzech sztuk o średnicach wewnętrznych 3 - 6 cm

**Pytania 4:** Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do homogenizacji tj. Homogenizatora ręcznego, do małych objętości 5-50 ml próbki z jednorazowymi końcówkami homogenizującymi o parametrach zgodnych z poniższymi opisami? Opis homogenizatora:

<https://www.ika.com/pl/Produkty-LabEq/Homogenizatory-pg177/T-10-basic-ULTRA-TURRAX-3737000/Akcesoria-cpacc.html>

Opis końcówek homogenizujących, wymiennych, do jednorazowego użytku:

[https://www.ika.com/pl/Produkty-LabEq/Homogenizatory-pg177/S-10-D-7G-KS-110-Narzedzie-dyspergujace-\(24-szt\)-20002075/](https://www.ika.com/pl/Produkty-LabEq/Homogenizatory-pg177/S-10-D-7G-KS-110-Narzedzie-dyspergujace-(24-szt)-20002075/) / 24szt. końcówek w jednym opakowaniu

Instrukcja obsługi sprzętu do pobrania:

<https://www.ika.com/pl/Produkty-LabEq/Homogenizatory-pg177/T-10-basic-ULTRA-TURRAX-3737000/Plikidopobrania-cpdl.html>

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zachęca do przedstawienia oferty najtańszego systemu homogenizującego w postaci zestawu ceramicznych moździerzy aptecznych możliwych do sterylizacji w autoklawie, np. zestawu trzech sztuk o średnicach wewnętrznych 3 - 6 cm

**Pytania 5:** Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do homogenizacji IKA UTTD Control Life Science? System homogenizujący zawiera w zestawie 25 szt naczyń homogenizujących DT-20, Ident. No. 0010013296. W załączeniu karty - zał. IKA systemy homogenizujące oraz Instrukcja UTTD P control\_PL.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zachęca do przedstawienia oferty najtańszego systemu homogenizującego w postaci zestawu ceramicznych moździerzy aptecznych możliwych do sterylizacji w autoklawie, np. zestawu trzech sztuk o średnicach wewnętrznych 3 - 6 cm

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.01.2025r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **14.01.2025r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.02.2025r.

*Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Infrastruktury i Logistyki*

**mgr inż. Tomasz Matera**

**Otrzymują:**

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a