



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 28.02.2024 r.

**NZZ/10/P/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  
Dostawa endoprotez ortopedycznych

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanyymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ

**Pytanie 1**

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, tj. Przedmiot zamówienia. Szczegółowy formularz cenowy - Grupa 1. Endoproteza bipolarna stawu biodrowego

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1. **Endoproteza bipolarna stawu biodrowego** produktów wg poniższych parametrów:

1. Trzpień cementowany prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°. Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°.

DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru

2. Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm.

DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru

3. Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 28mm.

DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru

4. Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału

DEPOZYT: po 1 szt. z każdego rozmiaru

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2**

**Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 9 lit b oraz w zapisach SWZ rozdział VI pkt. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**Pytanie 3**

**Czy Zamawiający zmieni termin określony w §4 ust. 17 z 6 miesięcy na 1 miesiąc?**

Wskazany w umowie termin jest nieadekwatny do skutków które może wyrzucić, oraz powoduje niepewność w realizacji umowy od strony Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączniku nr 3A do SWZ:

w §4 ust. 17 skreśla zapis „6 miesięcy” w zamian wprowadza się zapis „3 miesięcy”.

**Pytanie 4**

**Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 26, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?**

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający