

znak: D25C/251/N/8-11rj/19

Wejherowo, dnia 10.04.2019 r.

D.25C/250/ 206 /2019

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH I HIGIENICZNYCH RÓŻNEGO RODZAJU DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: **D25C/251/N/8-11rj/19**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakiet 5 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło o pomyłki kreślarskiej i Zamawiającemu nie zależy na - Zestaw na sondę do echokardiografii przezprzełykowej, zestaw TOE sterylny + ustnik, aplikator z żelem (preinstalowany). Składanka 11/30 x 1000 – obecnie używanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zaszła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga w/w zestawu.

2. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE NR 8

KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE

Czy Zamawiający dopuści kołnierz Schanza dla dorosłych uniwersalny regulowany z bardziej precyzyjną - 8-stopniową regulacją podbródka, oraz kołnierz Schanza dla dzieci uniwersalny regulowany z bardziej precyzyjną 6-stopniową regulacją podbródka, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2, poz.

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy wykonany z polietylenu, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 18 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2, poz. 1-2


Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2, poz. 1-2,4



znak: D25C/251/N/8-11rj/19

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza opakowanie handlowe po 100 szt. W takim przypadku ilość opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku, ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2, poz.1,4

Czy zamawiający wydzieli poz.1, poz. 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4, poz.1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 (do wyboru 60 cm) cm x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład na rolce, gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 50 (do wyboru 60 cm) cm x długość rolki 50 mb, perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m², natomiast folia PE - grubość 1 x 0,015-0,017 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1

Czy Zamawiający wyodrębni do osobnego pakietu poz 4 i 5, co pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1

„Czy Zamawiający wymaga, aby folia bakteriobójcza była wyrobem medycznym klasy III, oraz posiadała certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający bakteriobójcze działanie folii operacyjnej?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1, poz 4

„Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 44cm x 35cm, a w części lepnej 34cm x 35cm?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1, poz 5



znak: D25C/251/N/8-11rj/19

„Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 66cm x 45cm, a w części lepnej 56cm x 45cm?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład bez taśm lepnych? Stosowanie taśm lepnych powoduje pozostawianie resztek kleju na pościeli, który jest bardzo trudny do usunięcia w procesie zwykłego prania. Może to więc spowodować dodatkowe koszty dla Zamawiającego. Zamiast przyklepców oferujemy podkłady pokryte od spodu perforowaną antypoślizgową folią, zapobiegającą przemieszczaniu się podkładu a więc pełniącą tę samą rolę, którą pełnią przyklepce.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze wystarczającym do zabezpieczenia standardowego szpitalnego materaca tj. o szerokości 90 cm i długości 60 cm? Jest to rozmiar najczęściej stosowany przez oddziały szpitalne. Chłonność oferowanego podkładu jest wyższa niż określił Zamawiający tj. 2000 ml, co powoduje, że podkład jest równie funkcjonalny jak podkłady w rozmiarze 75x90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład bez superabsorbentu, którego chłonność jest wyższa niż określił Zamawiający tj. 2000 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytania dot. umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:


Tak.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienie” i „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę” i „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za



znak: D25C/251/N/8-11rj/19

wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli o grubości 0,03mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli z aplikatorami bez możliwości oderwania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli pakowanej po 40 szt. w kartonik?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli pakowanej po 20 szt. w kartonik?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli o grubości 25 μ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli wyposażonej w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli pakowanej indywidualne papier- folia oraz dodatkowo w wewnętrzne zabezpieczenie folii w papier silikonowany?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli pakowanej w kartonik a'10szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli sterylizowanej tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli o rozmiarze powierzchni lepnej 36x42cm (rozmiar całkowity 42x42cm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli o rozmiarze powierzchni lepnej 60x46cm (rozmiar całkowity 60x52cm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

29. Zapytanie Wykonawcy:


Zadanie nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie licznika igieł o parametrach:

- Pudełko z samoprzylepnymi paskami piankowymi, pianką, magnesami, z łatwą do odczytania podziałką na 20 szt
- Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości
- Pianka wewnątrz licznika nie ulegnie skurczeniu podczas sterylizacji w zestawach zabiegowych
- Dostępne w kolorze żółtym lub czerwonym
- Samoprzylepne taśmy mocują liczniki do każdego podłoża
- Pianki umożliwiają mocowanie igieł i ostrzy
- Nie zawierają lateksu, nanocząstek srebra ani ftalanów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



30. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego podfoliowanego o rozmiarze 60 x 90; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1, zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu, powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m², część spodnia z folii o gramaturze 25g/m², wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g /m², łączna gramatura podkładu 165 ±10g/m², waga produktu 85 g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90 cm, przy chłonności min. 1800ml.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonanego z oddychającej włókniny, wyposażonego w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, Chłonność min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1, zapewnia trwale zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu, powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m², część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m², wkład chłonny o gramaturze 127g /m², łączna gramatura podkładu 180 ±10g/m², waga produktu 120g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu z bibułą o gramaturze 23g/m² +/- 5% i folią o gramaturze 14g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu dostępnego tylko w kolorze białym i niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1, pozycja 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii chirurgicznej o grubości 0,025mm, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, paroprzepuszczalność na poziomie min. 800g/m²/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, niepalna, hipoalergiczna, antystatyczna posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości 3,5cm (+/-0,5cm) ułatwiające aplikację. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe- papier silikonowany i torebka peel pouch z instrukcją graficzną aplikacji. Opakowanie handlowe 10 szt.Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania. Rozmiary zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause