



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel./fax: +48 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec 2019-06-04

DZP/247/2019

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

dotyczy postępowania: **SUKCESYWNE DOSTAWY ZESTAWÓW DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH - ODZIEŻY
OCHRONNEJ, OBUWIA ORAZ WYROBÓW PAPIEROWYCH, FLIZELINOWYCH, FOLIOWYCH**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

Wykonawca zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

ZAPYTANIE NR 11

Pakiet nr 1, poz. 1.6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego, foliowego pokrowca na aparaturę o średnicy 127 cm. Wykonanego z PE ściągniętego gumką, umożliwiającą naciągnięcie na aparaturę. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 1.7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego, składanego teleskopowo pokrowca na przewody w rozmiarze 13 cm x 235 cm, posiadającego na końcu samoprzylepną taśmę do mocowania, wykonanego z nierozmakającego materiału. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 1.11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji maty chłonnej na podłogę z możliwości przytwierdzenia do podłogi o chłonności min. 1,5 l w rozmiarze 81 cm (+/-1cm) x 121cm (+/- 1cm) w opakowaniu po 25 sztuk. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 1.20:

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy w w/w pozycji wymaga, aby produkt spełniał wymagania normy 13485, tj podstawowej normy w zakresie produkcji wyrobów medycznych, której celem jest kontrola warunków ich wytwarzania oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu nieprzemakalnego o wymiarach: 50 cm x 50 m, perforacja co 50 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek, tj 1920 rolek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4, poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha wiązanego do tyłu, z rękawem zakończonym elastyczną gumką, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4, poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji prześcieradła wykonanego z włókniny polipropylenowej, w rozmiarze 210 x 140 cm lub 240 x 160 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza- w ofercie należy zaferować tylko jeden rozmiar.

Pakiet nr 4, poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji poszwy medycznej jednorazowego użytku, z fizeliny, w rozmiarze 80 x 80 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, poz. 11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu nieprzemakalnego pakowanego po 30 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem opakowań, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. W przypadku dopuszczenia prosimy o informację, czy należy wycenić 1 666,66 opakowań, czy należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnej ilości opakowań w górę, tj. 1 667 opakowań.

Odpowiedź: Pytanie dotyczy pozycji 11 z pakietu 4. Zamawiający dopuszcza, należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnej ilości opakowań w górę.

Pytanie do SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z pkt 7.3.1, jeśli Wykonawca wykaże, iż należycie wykonał dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz dokonuje zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert z dnia **2019-06-07** na dzień **2019-06-11**. Godziny otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 2019-06-04 zostało przekazane do publikacji ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Z poważaniem

z upoważnienia Dyrektora

**Radosław Jabłoński
Zastępca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a