

Lublin, dnia 06.05.2024 r.

Nr sprawy: AZP.274.PN.2/2024 - 160

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego – aparatury kontrolnej i badawczej na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 11 części.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela odpowiedzi na złożone we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ zapytanie. Zgodnie z treścią art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie:

Dotyczy części 6 – Dostawa komory nabladowej do PCR

Czy dopuszczą Państwo komorę PCR o wysokości zewnętrznej 560 mm? To tylko 5mm więcej niż wymagany w SWZ parametr i nie będzie wpływał na on na komfort pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komory PCR o wysokości zewnętrznej 560 mm.

z up. Rektora KUL

/-/ dr Beata Zięba

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych KUL