



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

**Miasto Jastrzębie-Zdrój
al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój**

Wydział realizujący zamówienie:

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej

Nazwa zamówienia:

**„Dostawa urządzeń medycznych – wyposażenia pracowni
endoskopowej”**

ZATWIERDZAM:

Dokument podpisany elektronicznie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na zadanie pn.:

„Dostawa urządzeń medycznych -wyposażenia pracowni endoskopowej”

Rozdział 1. Zamawiający

Miasto Jastrzębie-Zdrój

al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Tel. (032) 47-85-133

(Biuro ds. Zamówień Publicznych)

Godziny pracy: od 7³⁰ do 15³⁰ od poniedziałku do środy

od 7³⁰ do 17⁰⁰ w czwartek

od 7³⁰ do 14⁰⁰ w piątek

adres poczty elektronicznej: bzp@um.jastrzebie.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP.
2. Postępowanie prowadzone jest w **trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji** zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Wartość zamówienia **nie przekracza** progu unijnego.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa urządzenia medycznego – wyposażenia pracowni endoskopowej, na które składa się:**

- 1) Procesor obrazu ze źródłem światła- sztuk -1
- 2) Monitor medyczny- sztuk -1
- 3) Wózek medyczny endoskopowy- sztuk -1
- 4) Videokolonoskop HD- sztuk -2
- 5) Pompa kolonoskopowa- sztuk -1
- 6) Ssak endoskopowy- sztuk -1
- 7) Aparat elektrochirurgiczny z koagulacją argonową przeznaczony do zabiegów endoskopowych- sztuk -1

na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem do oferty.

2.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

33.16.81.00-6 Endoskopy

3. Opis części zamówienia - **nie dotyczy**.
4. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części - **nie dotyczy**.
5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Brak podziału zamówienia na części jest spowodowany koniecznością zachowania kompatybilności wszystkich elementów urządzenia.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 4.

Wymagania w zakresie gwarancji

1. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do formularza ofertowego proponowanego przez siebie okresu gwarancji w pełnych latach.
2. **Bezwzględne wymagane minimum to 2 lata.**

Rozdział 5.

Wymagania dotyczące zatrudnienia

1. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia – **nie dotyczy**.
2. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp – **nie dotyczy**.
3. Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdział 6.

Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na okres maksymalnie **50 dni kalendarzowych** od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do formularza ofertowego proponowanego przez siebie terminu wykonania w dniach kalendarzowych.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu dostawy do wskazanych pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 7. Dostawa winna odbyć się w dniach roboczych w godzinach 8:00 – 15:00. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

Rozdział 7.

Projektowane postanowienia umowne w sprawie zamówienia publicznego

1. Projektowane postanowienia umowne w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą stanowią **załącznik nr 6 do SWZ**.
2. Przyjmuje się, że zapisy projektowanych postanowień umownych niezakwestionowane bądź niewyjaśnione przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące projektowanych postanowień umownych, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 284 i następną ustawy PZP.

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy.

Rozdział 9.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw.

Rozdział 10.

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Rozdział 11.

Obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia

Zamawiający nie zastrzega sobie obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Rozdział 12 Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takich okolicznościach zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę:
 - 1) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
 - 2) nazw podwykonawców, o ile są znani już na etapie składania oferty.
2. Ilekroć w dokumentacji przetargowej jest mowa o Podwykonawcy, należy przez to rozumieć również dalszych Podwykonawców.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Rozdział 13.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj, zwanej dalej **Platformą**.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
3. Informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Regulaminie **Platformy**, znajdującej się pod linkiem

<https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz w instrukcjach, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału.

4. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
5. Komunikacja odbywa się poprzez formularz **WYŚLIJ WIADOMOŚĆ** dostępny na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.
6. Zamawiający z Wykonawcami w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania **Platformy** komunikować się będzie za pomocą poczty elektronicznej o adresie bzp@um.jastrzebie.pl. Zamawiający zastrzega, iż oferty mogą być składane **tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy**.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do podania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) adresu e-mail, który będzie służył do komunikacji w przypadku niedziałania **Platformy**. **W pozostałych przypadkach cała korespondencja przekazywana będzie przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy (tj. poprzez formularz WYŚLIJ WIADOMOŚĆ na adres e-mail, z którego została przesłana oferta).**
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ oraz nazwą zadania.

Rozdział 14.

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jolanta Kluba, Joanna Cisek.
2. w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Barbara Chodakowska

Rozdział 15.

Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie SWZ, a Zamawiający udziela wyjaśnień na zasadach określonych w art. 284 i następnych ustawy PZP.
2. Zapytania winny być kierowane do zamawiającego poprzez formularz WYŚLIJ WIADOMOŚĆ znajdującej się na stronie **Platformy** dotyczącej przedmiotowego postępowania
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
4. Treść wniosków o wyjaśnienie wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na **Platformie** na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Rozdział 16.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) Formularz ofertowy - **według załącznika nr 1;**
 - 2) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - **według załącznika nr 2;**
 - 3) Pełnomocnictwo **według załącznika nr 3** (jeżeli dotyczy);
 - 4) Zestawienie oferowanego sprzętu wraz z podaniem parametrów – **załącznik nr 4 do SWZ**
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej pod rygorem nieważności podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferta powinna zostać sporządzona w formacie danych: *.txt; *.rft; *.pdf; *.xps; *.odt; *.ods; *.odp; *.doc; *.xls; *.ppt; *.docx; *.xlsx; *.pptx; *.csv.
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

4. Sposób złożenia oferty opisany został w Regulaminie Platformy (link: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>) oraz w Instrukcjach dla Wykonawców zawartych na platformie (link: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>).
5. W przypadku podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów określonych w Rozdziale 16 pkt 1 przez osobę, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów, tj. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę działającą w jego imieniu.
6. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania pełnomocnictwa został określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7. Instrukcja przykładowego sposobu składania ofert oraz opatrzenia oferty/oświadczenia/dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufany, podpisem osobistym zawarta jest w „Instrukcji dla wykonawców platforma zakupowa.pl” (<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>).
8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie (np. konsorcjum) lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej (np. konsorcjum). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawca **poniesie wszelkie koszty związane** z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem okoliczności o których mowa w art. 261 ustawy PZP.
11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ.
12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale 15 niniejszej SWZ.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020, poz. 1913 z późn. zm.), Wykonawca, zgodnie § 4 Rozporządzenia z dnia 30.12.2020 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, **przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku** (zgodnie z instrukcją zawartą na platformie zakupowej). Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.
15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem.

Rozdział 17.

Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem **Platformy** nie później niż **do dnia 18.04.2024 r. do godz. 9:00**.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

3. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca ma prawo zmienić lub wycofać ofertę za pomocą **Platformy**. Sposób zmiany i wycofania został opisany w „Instrukcji dla wykonawców” na stronie <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

Rozdział 18.

Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 18.04.2024 r. o godz. 9:15**.
2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie **Platformy** w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie **Platformy** w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania informacje określone pkt. 222 ust. 5 ustawy PZP.

Rozdział 19.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 17.05.2024 r.**
2. Przedłużenie terminu związania ofertą odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 307 ust. 2-4 ustawy PZP.

Rozdział 20.

Podstawy wykluczenia

1. Na podstawie art. 108 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w [art. 258](#) Kodeksu karnego,
 - b. handlu ludźmi, o którym mowa w [art. 189a](#) Kodeksu karnego,
 - c. o którym mowa w [art. 228-230a](#), [art. 250a](#) Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 165a](#) Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w [art. 299](#) Kodeksu karnego,
 - e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 115 § 20](#) Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w [art. 9 ust. 2](#) ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w [art. 296-307](#) Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w [art. 286](#) Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w [art. 270-277d](#) Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
 - 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.”
 3. Zamawiający odstępuje od badania podstaw wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ustawy PZP.
 4. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców.
 6. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 podmiotu udostępniającego zasoby.

Warunki udziału w postępowaniu

Nie dotyczy.

Rozdział 22.

Wymagania w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna)

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 3 do SWZ.**
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację zamówienia.
2. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o czym mowa w Rozdziale 20 dotyczy każdego z wykonawców.
3. Obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu (powyższą kwestię reguluje art. 58 ust. 4 ustawy PZP): nie dotyczy.

Rozdział 23.

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

Nie dotyczy

Rozdział 24.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Nie dotyczy

Rozdział 25.

Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do SWZ** łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
3. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty wytworzenia lub koszty własne.
4. Podana cena brutto jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji, z wyłączeniem ustawowej zmiany podatku VAT (zmiana wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy).
5. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się **cenę brutto**, tj. wraz z należnym podatkiem VAT.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.
7. Wszystkie wartości cenowe, płatności w ramach zamówienia będą określone i realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Badanie rażąco niskiej ceny odbywać się będzie w okolicznościach i wg zasad określonych w art. 224 ustawy PZP.
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r.

poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

Rozdział 26.

Poprawa oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.
3. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe – czyli omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.:
 - a. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
 - b. błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,
 - c. błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Rozdział 27.

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami:

1) Cena brutto – 60%

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto, według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{cena}_{\min}}{\text{cena}_{\text{oferowana}}} \times 60 \text{ pkt}$$

CENA min – najniższa cena brutto całości zadania,

CENA oferowana – oferowana cena brutto całości zadania,

C – ilość punktów jaką Wykonawca oferuje w ramach kryterium ceny

2) Parametry jakościowe – 40%

Zaproponowanie przez Wykonawcę parametrów punktowanych skutkować będzie przydzieleniem maksymalnie 5 punktów za każde z tych parametrów.

Kryterium „parametry jakościowe” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę zaoferowanego przedmiotu zamówienia, o parametrach przekraczających minimalne wymagania Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

Ocena punktowa w kryterium „parametry jakościowe” dokonana zostanie na podstawie sumy punktów za parametry wskazane przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego poniżej:

$$P = \frac{\text{Parametry jakościowe}_{\text{oferowane}}}{\text{Parametry jakościowe}_{\text{maksymalne}}} \times 40 \text{ pkt}$$

- 3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów „L” wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$L = C + P$$

Suma = max. 100 pkt.

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która w ramach kryteriów oceny ofert uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 28.

Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - a) wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykazaną część zamówienia;
 - b) umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 22 SWZ;
 - c) oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności lub oświadczenie z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym – zgodnie z **Załącznikiem nr 5 do SWZ / nr 3 do umowy**
2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi **załącznik nr 6 do SWZ.**

Rozdział 29.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX – art. 505 i następne ustawy PZP.

Rozdział 30.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Rozdział 31.

Udostępnianie ofert

Udostępnianie protokołu postępowania udostępnia się na wniosek, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 32.

Klauzula informacyjna dotycząca obowiązków zamawiającego wynikających z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Józefa Piłsudskiego 60. Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl, telefonicznie: 32 4785 100.
 - W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl.
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
 - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 - Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt organów gminy. Dla dokumentów wytworzonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych finansowanych ze unijnych lub innych zewnętrznych jest to okres trwałości projektu. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu, w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
 - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie przypominam o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Rozdział 33. Dodatkowe informacje

Wykonawca winien zapoznać się z:

1. Regulaminem Platformy znajdującym się na stronie: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>.
2. Instrukcjami dla Wykonawców znajdującymi się na stronie: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

Załączniki do SWZ:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia,
3. Załącznik nr 3 - Przykładowy wzór pełnomocnictwa,
4. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. elektromobilności.
6. Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowne.

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa urządzeń medycznych – wyposażenia pracowni endoskopowej”**Dane wykonawcy/wykonawców**

1. Nazwa/firma.....
2. Adres
3. Województwo
4. NIP
5. REGON
6. W przypadku niedziałania Platformy zakupowej proszę o kierowanie korespondencji na adres e-mail:
.....
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji zamówienia (umowy) jest
e-mail służbowy
tel./fax służbowy
8. Wykonawca jest (należy zaznaczyć jedną odpowiedź):
 - mikroprzedsiębiorstwem
 - małym przedsiębiorstwem
 - średnim przedsiębiorstwem
 - prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
 - jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
 - inny rodzaj (jeżeli tak, proszę wpisać rodzaj:

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.**I. Niniejszym oświadczam, iż:**

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym SWZ:

- za cenę brutto całości zamówienia zł
(słownie:)

w tym 8% podatku VAT.

W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

2. Zamówienie wykonam w terminie dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy
(maksymalnie 50 dni kalendarzowych)3. Oferuję udzielenie - letniego okresu gwarancji **(minimum 2 lata)**.

4. Następujące części zamówienia powierzymy Podwykonawcom: *(wypełnić tylko jeżeli dotyczy)*

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Nazwa części zamówienia

5. Uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Zapoznałem się z treścią specyfikacji warunków zamówienia (w tym z projektowanymi postanowieniami umowy) i nie wnoszę do ich treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

7. Spis treści:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)

Załącznik nr 2 do SWZ

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa urządzeń medycznych – wyposażenia pracowni endoskopowej”
prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadczam, co następuje:**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- a) Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.***
- b) Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 5).** Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: *

.....
.....

(należy szczegółowo opisać przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP)

- c) Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)**

**niepotrzebne skreślić*

Uwaga:

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - zgodnie z dyspozycją art. 125 ust. 4 ustawy PZP oświadczenie składa każdy z Wykonawców

Załącznik nr 3 do SWZ
- przykładowy wzór pełnomocnictwa -

....., dn.
miejsowość data

Pełnomocnictwo

1. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1.
2.

2. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1.
2.

3* z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1.
2.

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 445 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustanawiamy

.....
.....

/wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby, którą ustanawia się pełnomocnikiem/

Pełnomocnikiem w rozumieniu art. 58 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielamy pełnomocnictwa do:

** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z ww. firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa urządzeń medycznych – wyposażenia pracowni endoskopowej**” prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, a także do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z ww. firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa urządzeń medycznych – wyposażenia pracowni endoskopowej**” prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

* w przypadku gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z 3 firm. Gdy ofertę składa Konsorcjum więcej niż 3 firm, należy dopisać pozostałe firmy

** należy wybrać właściwą opcję

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa urządzeń medycznych – wyposażenia pracowni endoskopowej”
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr/ Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt.				
1	Oferent / Producent	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Nazwa i typ	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Kraj pochodzenia	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV		Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Rozdzielczość 1920x1080 p		Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D		Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB		Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM		Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu		Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick		Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
12	Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB		Tak/Nie*	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.

13	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomienia zapisu obrazów	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
14	Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
15	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
16	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
17	Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
18	Barwienie modyfikowanym światłem LED	Tak/Nie*	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
19	Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI	Tak/Nie*	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
20	Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
21	Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
22	Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
23	Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
24	Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych	Tak/Nie*	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
25	Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
26	Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym	Tak/Nie*	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
27	Źródło światła typu LED	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
28	Wbudowane 3 diody LED	Tak/Nie*	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
29	Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego 10 000 godz.	Tak/Nie*	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
30	Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
31	Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

32	Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
33	Kompatybilny z oferowanymi endoskopami	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
MONITOR MEDYCZNY – 1 szt				
1	Oferent / Producent	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Nazwa i typ	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Kraj pochodzenia	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Matryca typu LED (LCD)	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Przekątna min. 27 cali	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pixeli	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Proporcje 16:9	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Jasność min. 800 cd/m ²	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170°	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11	Współczynnik kontrastu 1000:1	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11	Sygnał wejścia: 2 x DVI 1 x VGA 1 x Component 1 x SDI (3G)	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
12	Sygnał wyjścia: 1 x DVI 1 x SDI (3G)	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt.				
1	Oferent / Producent	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

2	Nazwa i typ	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Kraj pochodzenia	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Podstawa jezdna z blokadą kół	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Zasilanie centralne wózka	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Możliwość regulacji wysokości półek	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
VIDEOKOLONOSKOP HD – 2 szt.				
1	Oferent / Producent	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Nazwa i typ	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Kraj pochodzenia	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Kąt obserwacji min.170°	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Głębokość ostrości min 2-100 mm	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

8	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Średnica kanału roboczego 3,8 mm	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Długość robocza min. 1330 – max.1600 mm	Tak, podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11	Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę 180 ⁰ -w dół 180 ⁰ -w lewo 160 ⁰ -w prawo 160 ⁰	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
12	Cztery programowalne przyciski endoskopowe	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
13	Obsługa min. 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
14	Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
15	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
16	Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem	Tak/Nie*	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
17	Typ konektora - jednogniazdowy	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
18	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet)	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
19	Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 230 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
20	Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu oraz posiadany przez szpital procesorem EP-6000	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
POMPA KOLONOSKOPOWA – 1 szt.			
1	Oferent / Producent	Podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Nazwa i typ	Podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Kraj pochodzenia	Podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Element pompujący rolkowy	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Kompatybilne z oferowanymi endoskopami	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Trzy przepływy: 209 ml/ min, 220 ml/min, 840 ml/min	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11	Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy	Tak/Nie*		TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
12	Zasilanie 230V, 50Hz	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
SSAK ENDOSKOPOWY				
1	Oferent / Producent	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Nazwa i typ	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Kraj pochodzenia	Podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Typ: napółkowy	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Pobór mocy max. 50W	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Maksymalne podciśnienie do 90 kPa	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): 30 l/min lub 35 l/min	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

9	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w Kpa i mmHg	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
12	Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
13	Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED	Tak/Nie*	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
14	Cicha praca urządzenia (do 37 dB)	Tak, podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
15	Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę, w komplecie 20 wkładów jednorazowych	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
16	Filtry antybakteryjne – min. 5 szt.	Tak, podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
17	Metalowy uchwyt na dren	Tak/Nie*	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
18	Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
19	Klasa IIa, typ CF	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY Z KOAGULACJĄ ARGONOWĄ PRZEZNACZONY DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH - 1 SZT.			
1	Oferent / Producent	Podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Nazwa i typ	Podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Kraj pochodzenia	Podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	Tak, podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

7	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10%	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11	Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania.	Tak/Nie*	TAK- 5 pkt. NIE -0 pkt.
12	Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
13	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
14	Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7"	Tak, podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
15	Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
16	Komunikacja w języku polskim	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
17	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
18	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
19	Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: – dla narzędzi argonowych – dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych.	Tak/Nie*	TAK (Gniazda z rozpoznawaniem narzędzi) – 5 pkt. NIE (Gniazda bez rozpoznawania) - 0 pkt.
20	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia).	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
21	Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
22	Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

23	Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
24	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
25	Instrukcja w języku polskim.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
26	Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdnią z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA:			
27	Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
28	Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
29	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
30	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. wpisać ilość	> 8 – 5 pkt. 8 – 0 pkt.
31	Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
32	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
33	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
34	Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych wpisać ilość	> 2 – 5 pkt. 2 – 0 pkt.
35	Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
36	Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
37	Minimum 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
38	Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

39	Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
40	Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
41	Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
42	Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
43	Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
44	Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
WYPOSAŻENIE:			
45	Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej – 1 szt. bezzprzewodowy lub z kablem	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
46	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 1 szt.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
47	Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
48	Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1szt.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
49	Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia - 1 szt.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
50	Butla argonowa 5L – 1szt.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
51	Reduktor argonowy z pomiarem ciśnienia – 1szt.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
52	Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
53	Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką, z zamykaną szafką na butlę argonową 5 lub 10-litrową. Wyposażony koszyk na akcesoria.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

* **niepotrzebne skreślić**

Załącznik nr 6 do SWZ

U M O W A nr PSM.272.....2024/W

zawarta w dniu 2024 r. pomiędzy **Miastem na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój**,
44-335 Jastrzębie- Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, NIP: 6332216615, REGON 276255358 reprezentowanym przez:

.....

.....

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

Nazwa firmy (siedziba i adres)

NIP *REGON*.....

reprezentowanym przez:

zwanym dalej **Wykonawcą**

została zawarta umowa o następującej treści:

Zamówienia udzielono w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605/:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca dostarcza, a Zamawiający nabywa towar w postaci fabrycznie nowych urządzeń medycznych na użytek Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, w składzie:

- 1) Procesor obrazu ze źródłem światła- sztuk -1
- 2) Monitor medyczny- sztuk -1
- 3) Wózek medyczny endoskopowy- sztuk -1
- 4) Videokolonoskop HD- sztuk -2
- 5) Pompa kolonoskopowa- sztuk -1
- 6) Ssak endoskopowy- sztuk -1
- 7) Aparat elektrochirurgiczny z koagulacją argonową przeznaczony do zabiegów endoskopowych- sztuk -1.

szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy

§ 2

Okres realizacji zadania:

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy:dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia,
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do wskazanych pomieszczeń w siedzibie użytkownika w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 7 (do uzgodnienia).
4. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot umowy po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu dostawy. O terminie dostarczenia i zamontowania sprzętu Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

5. Strony ustalają, że dostawa odbędzie się w ustalonych przez Strony dniach roboczych, w godzinach 8:00-15:00.
6. Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
7. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

8. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu dostarczy:

- 1) pisemną gwarancję w języku polskim na przedmiot umowy.
 - 2) instrukcję obsługi w języku polskim
 - 3) deklarację zgodność CE
 - 4) Wpis lub zgłoszenie wyrobu medycznego do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych
 - 5) Certyfikat producenta wyrobu medycznego
9. Wykaz: autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zawierający adresy oraz dane kontaktowe (telefon, fax, adres poczty elektronicznej) oraz maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do chwili jej usunięcia a także Ograniczenia gwarancji – możliwe przyczyny jej utraty (podać listę ograniczeń).
 10. **Wykonawca** zobowiązany jest do dwukrotnego szkolenia personelu medycznego w zakresie eksploatacji oraz personelu technicznego (2 osoby) w zakresie podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego (arkusz oceny technicznej) i podstawowej konserwacji technicznej.
 11. **Wykonawca** ponosi wszelkie koszty związane z transportem oraz montażem urządzeń medycznych.
 12. **Wykonawca** odpowiedzialny jest za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszelkich funkcji dostarczonego sprzętu.
 13. Koordynatorem wykonania przedmiotu umowy ze strony **Wykonawcy** będzie:
 14. Koordynatorem wykonania przedmiotu umowy i osobą odpowiedzialną za rozliczenia finansowo-rzeczowe ze strony **Zamawiającego** będzie: Jolanta Kluba – pracownik Wydziału i Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 15. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru w tym również adres gdzie zgłaszane będą ewentualne awarie sprzętu.
 16. Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania Protokołu odbioru przez **Zamawiającego**.
 17. Dostarczony przedmiot umowy powinien odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
 18. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od obowiązujących norm.

§ 3

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

Warunki gwarancji:

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy.
2. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemną gwarancję w języku polskim na przedmiot umowy.
3. Okres gwarancji wynosi lata/lat licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru przedmiotu umowy.
4. Wykonawca z chwilą wykonania dostawy uruchomi serwis gwarancyjny.
5. Przeglądy okresowe wymagane przez Producenta (zgodnie z zaleceniami producenta) w okresie gwarancji (dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu, części zamiennych oraz dojazdu) w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji
6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu umowy u Zamawiającego. W sytuacji, kiedy konieczne będzie przetransportowanie przedmiotu umowy do naprawy w warunkach warsztatowych, Wykonawca wykona transport na własny koszt oraz poniesie pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy w fazie demontażu, transportu, naprawy oraz montażu.

7. Zgłaszanie wady będzie następować w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie, poprzez mail lub za pomocą faksu.
8. Koszty transportu do i z siedziby Zamawiającego w trakcie okresu gwarancji ponosi Wykonawca.
9. Serwis gwarancyjny zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia wady oraz zapewni usunięcie wady w terminie 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia, w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach.
10. Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych – 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy.
11. Okres gwarancji przedmiotu umowy, w przypadku trwania przerwy w jego eksploatacji (liczonej od przyjęcia zgłoszenia do ponownego oddania do użytku), ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania przerwy eksploatacyjnej.
12. W przypadku, w którym mowa w punkcie 10 wymiany wadliwego przedmiotu lub elementu wyposażenia na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia i zainstalowaniu użytkownikowi.
13. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do dostarczonego/dostarczonych przedmiotu umowy liczony przez okres minimum 10 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
14. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają wady wynikłe z nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości:zł netto + 8 % VAT tj.:..... zł =zł brutto /słownie:/.
- Środki zostały zabezpieczone w:
 Zakup podlega*/nie podlega* rozliczeniu mechanizmem podzielonej płatności (split payment)
 *należy wybrać właściwą opcję
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy W terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
 Wykonawca oświadcza, iż:
 - a) wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy;
 - b) dla wskazanego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej**
 ** wykreślić, jeżeli nie dotyczy
 4. Podstawą rozliczenia będzie protokół potwierdzający odbiór i montaż przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawiona na zamawiającego faktura VAT.
 5. Wymienione w Umowie dostawy są objęte 8 % podatkiem VAT.
 6. Ustalona w pkt 1 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji z wyłączeniem ustawowej zmiany podatku VAT (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy).
 7. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zarówno w zakresie podwyższenia, jak i obniżenia o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.
 8. Wykonawca w zakresie o którym mowa w ust. 6 wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie

9. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia, prześle go Wykonawcy.
10. W przypadku zmiany numeru konta bankowego, na które Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie objęte umową, Wykonawca składa niezwłocznie oświadczenie po zaistnieniu tej okoliczności, ze wskazaniem aktualnego konta, a umowa w tym zakresie nie wymaga zmiany w formie aneksu.
11. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, w której wystąpi konieczność wykonania prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez Podwykonawcę.
12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny – NIP **633 221 66 15**.
13. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny – NIP
14. Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób:
Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu
Aleja Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

Elektromobilność

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1083 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, wymienionych w ust. 2-5 (poniżej).
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikającej z ustawy o elektromobilności.
3. Do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, wraz z fakturą, oświadczenia:
 - a) o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności (wg załącznika nr 2 do umowy) lub
 - b) oświadczenie z którego wynika, że używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. (wg załącznika nr 2 do umowy)
4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy, w terminie 3 dni wykazu pojazdów samochodowych zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia.
5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy

§ 6

Podwykonawcy

1. Wykaz Podwykonawców (firm), uczestniczących w wykonywaniu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 należy wypełnić niezwłocznie po ujawnieniu podwykonawcy.

3. Załącznik lub jego zmiana nie wymaga sporządzania odrębnego aneksu do umowy i staje się jej integralną częścią z chwilą jego podpisania przez obie strony.
4. W przypadku niezgłoszenia Podwykonawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji załącznik nr 2 uważa się za nieobowiązujący.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiających pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy udziale Podwykonawców.

§ 7

Kary Umowne

Strony postanawiają, że:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 - c) z tytułu odstąpienia od realizacji zadania z winy Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto.
 - d) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych np. po wykonaniu czynności kontrolnych, o których mowa w § 5 ust. 4 – za każdy taki przypadek w wysokości 1000,00 zł;
 - e) Za brak przedłożenia każdorazowo do faktury oświadczenia w zakresie elektromobilności, o którym mowa w § 5 ust. 3 – za każdy przypadek w wysokości 200,00 zł;
2. łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających z faktury Wykonawcy.

§ 8

Zmiana Umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:
 - a. w zakresie terminu wykonania, w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie o którym mowa w § 3 z przyczyn niezależnych od wykonawcy, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie, W przypadku, o którym mowa wyżej termin wykonania może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i skutków ich wystąpienia.
 - b. w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikała na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,
 - c. w zakresie zmian wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia

3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Odstąpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

Postanowienia Końcowe

1. W razie zaistnienia, w związku z realizacją niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej konieczności przetwarzania danych osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę powierzenia przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.
2. Cesja wierzytelności nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

Zamawiający
/ podpis i data /

Wykonawca
/ podpis i data /

Załącznik nr 2 do umowy

nr

z dnia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa urządzeń medycznych – wyposażenia pracowni endoskopowej”
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr/ Warunek oferowany
PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt.		
1	Oferent / Producent	
2	Nazwa i typ	
3	Kraj pochodzenia	
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	
5	Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV	Tak
6	Rozdzielczość 1920x1080 p	Tak
7	Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D	Tak
8	Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB	Tak
9	Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM	Tak
10	Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu	Tak
11	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick	Tak
12	Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB	
13	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomienia zapisu obrazów	Tak
14	Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni	Tak
15	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi	Tak
16	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek	Tak
17	Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe	Tak
18	Barwienie modyfikowanym światłem LED	
19	Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI	
20	Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN	Tak
21	Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1	Tak
22	Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM	Tak
23	Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny	Tak
24	Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych	
25	Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135	Tak
26	Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym	
27	Źródło światła typu LED	Tak
28	Wbudowane 3 diody LED	

29	Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego 10 000 godz.	
30	Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni	Tak
31	Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa	Tak
32	Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie	Tak
33	Kompatybilny z oferowanymi endoskopami	Tak
MONITOR MEDYCZNY – 1 szt		
1	Oferent / Producent	
2	Nazwa i typ	
3	Kraj pochodzenia	
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	
5	Matryca typu LED (LCD)	Tak
6	Przekątna min. 27 cali	Tak
7	Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pixeli	Tak
8	Proporcje 16:9	Tak
9	Jasność min. 800 cd/m ²	Tak
10	Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170°	
11	Współczynnik kontrastu 1000:1	Tak
12	Sygnał wejścia: 2 x DVI 1 x VGA 1 x Component 1 x SDI (3G)	Tak
13	Sygnał wyjścia: 1 x DVI 1 x SDI (3G)	Tak
WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt.		
1	Oferent / Producent	
2	Nazwa i typ	
3	Kraj pochodzenia	
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	
5	Podstawa jezdna z blokadą kół	Tak
6	Zasilanie centralne wózka	Tak
7	Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka	Tak
8	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu	Tak
9	Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy	Tak
10	Możliwość regulacji wysokości półek	Tak
VIDEOKOLONOSKOP HD – 2 szt.		
1	Oferent / Producent	
2	Nazwa i typ	
3	Kraj pochodzenia	
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	
5	Kąt obserwacji min.170°	
6	Głębina ostrości min 2-100 mm	
7	Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm	

8	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm	Tak
9	Średnica kanału roboczego 3,8 mm	Tak
10	Długość robocza min. 1330- max 1600 mm	
11	Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę 180 ⁰ -w dół 180 ⁰ -w lewo 160 ⁰ -w prawo 160 ⁰	Tak
12	Cztery programowalne przyciski endoskopowe	Tak
13	Obsługa min. 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED	Tak
14	Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS	Tak
15	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających	Tak
16	Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem	
17	Typ konektora - jednogniazdowy	Tak
18	Dodatkowy kanał do sfluowania pola operacyjnego (Water Jet)	Tak
19	Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 230 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt.	Tak
20	Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu oraz posiadanym przez szpital procesorem EP-6000	Tak
POMPA KOLONOSKOPOWA – 1 szt.		
1	Oferent / Producent	
2	Nazwa i typ	
3	Kraj pochodzenia	
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	
5	Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry	
6	Element pompujący rolkowy	Tak
7	Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego	Tak
8	Kompatybilne z oferowanymi endoskopami	Tak
9	Trzy przepływy: 209 ml/ min, 220 ml/min, 840 ml/min	Tak
10	Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu	Tak
11	Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy	
12	Zasilanie 230V, 50Hz	Tak
SSAK ENDOSKOPOWY		
1	Oferent / Producent	
2	Nazwa i typ	
3	Kraj pochodzenia	
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	
5	Typ: napółkowy	Tak
6	Pobór mocy max. 50W	
7	Maksymalne podciśnienie do 90 kPa	
8	Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): 30 l/min lub 35 l/min	
9	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w Kpa i mmHg	Tak

10	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego	Tak
11	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę	Tak
12	Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji	Tak
13	Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED	
14	Cicha praca urządzenia (do 37 dB)	
15	Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę, w komplecie 20 wkładów jednorazowych	Tak
16	Filtry antybakteryjne – min. 5 szt.	
17	Metalowy uchwyt na dren	
18	Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m	Tak
19	Klasa IIa, typ CF	Tak
APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY Z KOAGULACJĄ ARGONOWĄ PRZEZNACZONY DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH - 1 SZT.		
1	Oferent / Producent	
2	Nazwa i typ	
3	Kraj pochodzenia	
4	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2023	
5	Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych.	Tak
6	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz.	Tak
7	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10%	Tak
8	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji.	Tak
9	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF.	Tak
10	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów.	Tak
11	Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania.	
12	Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu.	Tak
13	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego.	Tak
14	Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7"	
15	Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna	Tak
16	Komunikacja w języku polskim	Tak
17	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej.	Tak
18	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie.	Tak
19	Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: – dla narzędzi argonowych – dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych.	

20	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia).	Tak
21	Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu.	Tak
22	Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy.	Tak
23	Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego.	Tak
24	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia.	Tak
25	Instrukcja w języku polskim.	Tak
26	Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdnią z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria.	Tak
PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA:		
27	Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody.	Tak
28	Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia	Tak
29	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W.	Tak
30	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej.	
31	Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii.	Tak
32	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W.	Tak
33	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W.	Tak
34	Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych	
35	Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej	Tak
36	Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W	Tak
37	Minimum 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna	Tak
38	Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W.	Tak
39	Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu.	Tak
40	Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania.	Tak
41	Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej.	Tak
42	Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min.	Tak
43	Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej.	Tak
44	Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem	Tak
WYPOSAŻENIE:		

45	Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej – 1 szt. bezprzewodowy lub z kablem	Tak
46	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 1 szt.	Tak
47	Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt.	Tak
48	Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1szt.	Tak
49	Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia - 1 szt.	Tak
50	Butla argonowa 5L – 1szt.	Tak
51	Reduktor argonowy z pomiarem ciśnienia – 1szt.	Tak
52	Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt.	Tak
53	Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką, z zamykaną szafką na butlę argonową 5 lub 10-litrową. Wyposażony koszyk na akcesoria.	Tak

Załącznik nr 2 do umowy

nr

z dnia

Wykaz Podwykonawców (firm), uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
pn.: „Dostawa urządzeń medycznych – wyposażenia pracowni endoskopowej”

Nazwa firmy	Adres siedziby	Rodzaj oraz zakres prac

.....
Podpis i pieczętka osób uprawnionych
do występowania w imieniu Zamawiającego

.....
Podpis i pieczętka osoby (osób) uprawnionej/(ych)
do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ / nr 3 do umowy

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy dotyczące pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym,

składane na potrzeby wykonywania zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa urządzeń medycznych – wyposażenia pracowni endoskopowej”
 prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Należy wstawić znak X przy jednej z poniższych opcji:

	Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji zamówienia publicznego wskazanego powyżej <u>dysponujemy odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym</u> , spełniając tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
	Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji zamówienia publicznego wskazanego powyżej <u>nie zachodzi konieczność używania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym</u> .

Jednocześnie oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest aktualne i zgodne z prawdą oraz zostało przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Miejscowość, data

.....

Podpis i pieczętka osoby (osób) uprawnionej/(ych)
do występowania w imieniu Wykonawcy

UWAGA: Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.