




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



ZP 03/24

Poznań, dnia 06.02.2024 roku

Szanowni Wykonawcy !

„Dostawa materiałów do analizatora do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności i zestaw pipet automatycznych na okres 12 miesięcy.”

I. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 wprowadza zmianę do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej:

1. Zmiana załącznika nr 2 – Formularza ofertowego

Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie strony **przez okres 12 miesięcy.**

Termin dostawy analizatora – do 4 tygodni

Termin dostawy odczynników – **do 10 dni roboczych**, a dla pakietu nr 10 zgodnie z harmonogramem jodowań

Zmiana na:

Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie strony **przez okres 12 miesięcy.**

2. Zmiana umowy

§ 7

Termin gwarancji i ważności

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiającemu zgodnej z datą ważności przedmiotu zamówienia, która zamieszczona jest na opakowaniu przedmiotu zamówienia.
2. O ile dotyczy, termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia został określone w załączniku nr 1 do umowy (termin ważności minimum 6 miesięcy)

Zmienia się na:

§ 7

Termin gwarancji i ważności

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiającemu zgodnej z datą ważności przedmiotu zamówienia, która zamieszczona jest na opakowaniu przedmiotu zamówienia.
2. O ile dotyczy, termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia został określone w załączniku nr 1 do umowy (termin ważności minimum 4 miesięcy)

II. Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

1. Pytanie nr 1

Dotyczy Część XI SWZ, pkt. 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do umowy w dniu jej zawarcia metodyk /ulotek odczynników oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i zgodzi się na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy, gdzie będą dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Pytanie nr 2

Dotyczy Formularza oferty, pkt. 4

Czy nie zaszła omyłka pisarska, gdyż przedmiotem zamówienia nie jest dostawa/ dzierżawa urządzeń oraz postępowanie podzielone jest na dwa zadania.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1

3. Pytanie nr 3

Dotyczy Umowy §6 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawcy udostępni w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem: www. lub dołączy do pierwszej dostawy wymagane prawem dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu Umowy do obrotu i stosowania na terytorium RP oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, jeżeli taka karta charakterystyki jest wymagana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla dostarczanego asortymentu”?

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy zawsze aktualnych kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że po przez udostępnienie dostępu do biblioteki technicznej Zamawiający uzna spełnienie wymogu z §6 ust. 2

4. Pytanie nr 4

Dotyczy Umowa §7a ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub uszkodzeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wniosek Zamawiającego (w formie pisemnej lub elektronicznej – wiadomość email lub innej formie ustalonej przez strony) zobowiązuje się w terminie do 2 dni roboczych od dnia uwzględnienia zgłoszenia przez Wykonawcę dokonać wymiany przedmiotu, zamówienia na wolny od wad i uszkodzeń na zasadach wymiany 1:1. Wykonawca rozpatrzy zgłoszone wady lub uszkodzenia dostarczonego przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.



5. **Pytanie nr 5**

Dotyczy Umowy §7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika z pozycji 4 z minimalnym terminem ważności 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.2

.....

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

.....

Dyrektor Szpitala

