



Warszawa, dnia 08 LIP. 2020

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP- 3845/3226/20

Dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy materiałów daktyloskopijnych i kryminalistycznych oraz pakiety do pobierania krwi”, (WZP-3226/20/169/Z)

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi oraz o zmianie treści SIWZ.

Pytanie Wykonawcy

1) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą dopuszczenie produkt równoważny, tj. wymazówka z wacikiem z tworzywa sztucznego (nie bawełnianym), o średnica probówki: \varnothing 11 mm., długość probówki: 155 mm, po obcięcie końcówki tulejki 145mm. Obecny opis nakazuje świadome ograniczenia dla konkretnego wykonawca oraz umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom oferując wyższe jakościowej produkt. SIWZ w obecnym kształcie narusza następujące zapisy ustawy Pzp:

- a. naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję;
- b. naruszenie art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie „sam w sobie” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na różnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy;
- c. naruszenie art. art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję a jednocześnie „sam w sobie” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na różnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy
- d. naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

Odpowiedź na pytanie


Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 9 (załącznik nr 2 do SIWZ odpowiedni do zadania) otrzymuje brzmienie:

Wymazówka jednorazowego użycia, przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: - sterylna, czysta do PCR, składająca się z pałeczki wyrazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie, pęknięcia tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jednym jego końcu chłonnym, bawełnianym podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań; - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości

Opracowała: Katarzyna Jacak

wewnątrz tulejki, uległo samoistnemu wyschnięciu np. otwarta na jednym końcu lub wykonana z miękkiego tworzywa umożliwiającego łatwe obcięcie końcówki tulejki.; - konfekcjonowane fabrycznie po 100 szt. w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji, datą ważności, informacją o sterylności i czystości PCR. Średnica probówki: \varnothing 11 mm., długość probówki: 130-155 mm.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Robert BURASIŃSKI