

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej - 2 szt.

Nazwa własna
Oferowany model
Producent
Kraj pochodzenia
Rok produkcji – **2024**

Lp.	Parametry i warunki	Wartość oferowana	Parametr punktowany *)
1	2	3	4
1	Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości 3.0 MHz - 8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia 90°;(liczba elementów akustycznych min 96) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, M-Mode. Głowica nowa, kompatybilna z aparatem Philips Epiq zgodna z deklaracją producenta aparatu w zakresie współpracy.	Tak	

****) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy***

Parametry określone w kolumnie nr 2 i 3 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Głowica szerokopasmowa liniowa do USG do ACUSON X300PE dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej – 1 szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji – **2024**

Lp.	Parametry i warunki	Wartość oferowana	Parametr punktowany *)
1	2	3	4
1	Szerokopasmowa głowica liniowa o zakresie częstotliwości 4.0-11.4 MHz, obrazowanie w formacie wirtualnym, Color Doppler, PW Doppler, Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, Głowica nowa kompatybilna z aparatem ACUSON X300PE zgodna z deklaracją producenta aparatu w zakresie współpracy.	Tak	

****) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy***

Parametry określone w kolumnie nr 2 i 3 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Głowica liniowa szerokopasmowa do USG Philips dla pracowni diagnostyczno-zabiegowej naczyń-1 szt.

Nazwa własna
Oferowany model
Producent
Kraj pochodzenia
Rok produkcji – **2024**

Lp.	Parametry i warunki	Wartość oferowana	Parametr punktowany *)
1	2	3	4
1	Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 300; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. Głowica nowa, kompatybilna z aparatem Philips CX50 zgodna z deklaracją producenta aparatu w zakresie współpracy.	Tak	

****) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy***

Parametry określone w kolumnie nr 2 i 3 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.