



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław 12.06.2024 r.

EZP 275/2024

Wszyscy wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

dot. przetargu D-28/2024 na dostawa sprzętu jednorazowego użytku do kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

WYJAŚNIENIA

Zamawiający działając na mocy art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymogu utworzenia depozytu w Pakiecie 4. Prowadniki są pakowane po 5 sztuk, co ułatwia zabezpieczenie oddziału poprzez zakupy na fakturę i kontrolę daty ważności. Zwracamy też uwagę, że zakup na fakturę ogranicza uciążliwe raportowanie zużycia z opakowań zbiorczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z depozytu. Prowadniki są rozliczane i fakturowane w jednostkach odpowiadających zbiorczemu opakowaniu tj. 5 szt po zużyciu pierwszego prowadnika z opakowania.

Pytanie 2

Pytanie do Pakietu 16 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 cienkościenne stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus o niskim profilu przejścia (crossing profile) nie przekraczającym 0,042" dla stentu o średnicy 3mm, spełniając pozostałe parametry SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści prowadniki PTFE o średnicach 0,032'', 0,035'', 0,038''. Pozostałe warunki SWZ spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Pytanie nr 1 – Załącznika nr 5 do SWZ – dot. Wzoru umowy, § 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrezygnowanie z wymogu szkoleń dla asortymentu z pakietu 3 oraz 5. Pragniemy nadmienić, że zarówno wkłady jednorazowe do wstrzykiwacza automatycznego Mark 7



W



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Arterion jak i inflatory do balonów do angioplastyki są sprzętami jednorazowego użytku charakteryzującymi się bardzo prostą budową i nieskomplikowaną obsługą. Dodatkowo informujemy, że wyrób posiada krótką instrukcję obsługi w języku polskim, która każdorazowo jest dołączana do zamówienia w opakowaniu zbiorczym. Wymieniony asortyment jest znany i powszechnie używany w środowisku medycznym dlatego wnosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkoleń, które znacząco podniosą cenę pakietów, co niekorzystnie wpłynie na wydatkowanie środków publicznych.
Odpowiedź:

Dla pakietów 3 i 5 nie wymagamy szkolenia o ile oferowane wkłady do wstrzykiwacza Arterion Mark 7 w pakiecie 3 są oryginalnymi wkładami zalecanymi przez producenta lub były wcześniej stosowane w naszej Pracowni. W przeciwnym przypadku wymagane jest przed akceptacją wkładów dostarczenie próbek, szkolenie i przetestowanie ich kompatybilności w praktyce ponieważ na rynku są oferowane liczne produkty zastępcze, które mimo zapewnień dystrybutorów nie są kompatybilne ze wstrzykiwaczem Arterion Mark7

Pytanie 5

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści do oceny system do zamykania nakłucia tętnicy udowej który posiada skuteczny system uszczelniający, efektywnie zaprojektowana kotwica z zatyczką kolagenową zapewnia nienaruszalne uszczelnienie. Urządzenie do zamykania naczyń to proste, 3-etapowe urządzenie do zamykania naczyń, jest łatwe w użyciu i zapewnia szybką hemostazę.

Brak wymiany koszulki wprowadzającej jest kompatybilna ze standardową używaną koszulką wprowadzającą podczas zabiegów interwencyjnych, co prowadzi do mniejszej utraty krwi.

Szybka hemostaza

Wydajna zatyczka Anchor-Collagen otacza arteriotomię i zapewnia szybką hemostazę w miejscu nakłucia. **90 dni wchłaniania** przyjazne dla pacjenta uszczelnienie z implantem umieszczonym w miejscu wkłucia, który ulega całkowitemu wchłonięciu w ciągu 90 dni?

Parametr

Specyfikacja

Rozmiar(F)	6 lub 8
Długość całkowita(mm)	250 ± 10
Długość robocza (mm)	150 ± 10
Okres degradacji (dni)	90 dni
Kompatybilność rozmiaru	6F kompatybilne z osłoną introduktora 6F i 7F 8F kompatybilne z osłoną introduktora 8F i 9F
Kompatybilna długość koszulki introduktora (cm)	12

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz

