



DEA.ZP-261/5/2023

Łódź, dnia 8 maja 2023 r.

**Do zainteresowanych
postępowaniem przetargowym**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę pod nazwą: „Dostawa akcesoriów do medycznych urządzeń diagnostycznych”.

Działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

Pytanie 1

Zadanie 1 poz. 9

Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Zamawiający wymaga czujników silikonowych.

Pytanie 2

Zadanie 1 poz. 10

Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Zamawiający wymaga czujników silikonowych.

Pytanie 3

Zadanie 1 poz. 11

Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Zamawiający wymaga czujników silikonowych.

Pytanie 4

Zadanie 1 poz. 14

Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Zamawiający wymaga czujników silikonowych.

Pytanie 5

Zadanie 1 poz. 16

Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Zamawiający wymaga czujników silikonowych.

Pytanie 6

Zadanie 1 poz. 17

Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Zamawiający wymaga czujników silikonowych.

Pytanie 7

Zadanie 1 poz. 18

Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Zamawiający wymaga czujników silikonowych.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w obrębie poszczególnego zadania?

Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ.

Pytanie 9

Zadanie 1 poz. 9

Czy zamawiający wymaga czujników z przewodem o długości 0.9m czy 3m?

Zamawiający wymaga czujników z przewodem o długości 0,9 m.

Pytanie 10

Zadanie 1 poz. 10

Czy zamawiający wymaga czujników z przewodem o długości 0.9m czy 3m?

Zamawiający wymaga czujników z przewodem o długości 0,9 m.

Pytanie 11

Zadanie 1 poz. 11

Czy zamawiający wymaga czujników z przewodem o długości 0.9m czy 3m?

Zamawiający wymaga czujników z przewodem o długości 0,9 m.

Pytanie 12

Zadanie 1 poz. 12

Prosimy o wskazanie w jakiej technologii pracuje moduł SpO2 (Nellcor Non-oximax/ Nellcor Oximax/ Masimo).

Technologia Masimo.

Pytanie 13

Zadanie 1 poz. 12

Czy zamawiający wymaga czujników z przewodem o długości 0.9m czy 3m?

Zamawiający wymaga czujników z przewodem o długości 0,9 m.

Pytanie 14

Zadanie 1, dotyczy pozycji nr 17 „Corpuls 3 wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych i dzieci (do wyboru przez Zamawiającego)”:

Czy Zamawiający wyłączy i utworzy osobny pakiet z pozycji nr 17?

Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ.

Pytanie 15

Zadanie 1, dotyczy pozycji nr 17

Czy Zamawiający z racji dostępności mankietów w rozmiarach z przedziału od 8 cm do 55 cm oferowanych przez producenta, wyrazi zgody na zaproponowanie mankietów z powyższego przedziału? Przedstawiony przez Zamawiającego zakres nie jest dostępny do defibrylatora Corpuls.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 16

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Zadanie 1, dotyczy pozycji nr 17

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności papier do defibrylatora Corpuls 3 w rozmiarze: 106 mm szerokości oraz 22 m długości? Proponowany przez nas papier jest oryginalnym oraz zakreślonym przez producenta defibrylatora Corpuls 3.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 17

Zadanie 1 poz. 2

Prosimy o wyłączenie z pakietu. Zgodnie z informacją od wyłącznego dystrybutora w Polsce produkt ten został wycofany z dystrybucji przez producenta.

Zamawiający wyłącza z Zadania 1 pozycję nr 2 i jednocześnie dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SWZ. Aktualny Załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania.

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień **11 maja 2023 r.**

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsrmlodz>

do dnia **11.05.2023 r. do godziny 11:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **11.05.2023 r. o godzinie 11:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

Dawid Kowalewski

/dokument podpisany elektronicznie/

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP