



Poznań, 14 sierpnia 2024 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ  
WETERYNARII

***Dominika Kmet***

Nasz znak: AD-O.272.13.2024

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

### **WYJAŚNIENIE treści SWZ**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

#### **Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet III, załącznik nr 4 do SWZ**

**Pytanie nr 1:** „Czy Zamawiający wymaga aby komora laminarna charakteryzowała się obecnością filtrów HEPA o grubości 11 cm?”

**Pytanie nr 2:** „Czy Zamawiający wymaga aby głośność komory laminarnej nie była większa niż 45 dB (A) zgodnie z EN11201?”

**Pytanie nr 3:** „Czy Zamawiający wymaga aby zużycie energii (bez gniazdek elektrycznych wewnątrz komory) wynosiło nie więcej niż 72 W?”

**Odpowiedź nr 1 - 3:** Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 4 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

**Pytanie nr 4:** „Czy Zamawiający wymaga aby gwarancja na komorę laminarną wynosiła minimum 60 miesięcy?”

**Odpowiedź nr 4:** Zgodnie z zapisami w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), punkt XX. *Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert*, termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ponadto Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest uzupełnić załącznik nr 1 do SWZ tj. w formularz ofertowy, w którym znajdują się m.in. następujące informacje „(...) udzielamy ..... miesięcy (min. 36 miesięcy) gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego (...)”.

**Pytanie nr 5:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę komory laminarnej, która jest wyposażona w szybę frontową pochyloną pod kątem 8° względem blatu roboczego?”

**Pytanie nr 6:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komór z szybą przednią pochyloną pod kątem 8°?”

**Pytanie nr 7:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprawdzenie urządzenia przez serwis nie posiadający akredytacji, ale przy pomocy czujników, które akredytację posiadają?”

**Pytanie nr 8:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komór bez możliwości regulacji natężenia oświetlenia? Nasze rozwiązanie dzięki odpowiedniemu usytuowaniu źródła światła LED stwarza komfort pracy mimo braku możliwości regulacji natężenia.”

**Odpowiedź nr 5 - 8:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet IV, załącznik nr 5 do SWZ**

**Pytanie nr 9:** „Czy Zamawiający wymaga aby komora laminarna charakteryzowała się obecnością filtrów HEPA o grubości 11 cm?”

**Pytanie nr 10:** „Czy Zamawiający wymaga aby głośność komory laminarnej nie była większa niż 47 dB (A) zgodnie z EN11201?”

**Pytanie nr 11:** „Czy Zamawiający wymaga aby zużycie energii (bez gniazdek elektrycznych wewnątrz komory) wynosiło nie więcej niż 116 W?”

**Odpowiedź nr 9 - 11:** Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 5 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.





**Pytanie nr 12:** „Czy Zamawiający wymaga aby gwarancja na komorę laminarną wynosiła minimum 60 miesięcy?”

**Odpowiedź nr 12:** Zgodnie z zapisami w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), punkt XX. *Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert*, termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ponadto Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest uzupełnić załącznik nr 1 do SWZ tj. w formularz ofertowy w którym znajdują się m.in. następujące informacje „(...) udzielamy ..... miesięcy (min. 36 miesięcy) gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego (...)”.

**Pytanie nr 13:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę komory laminarnej, która jest wyposażona w szybę frontową pochyloną pod kątem 8° względem blatu roboczego?”

**Pytanie nr 14:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komór z szybą przednią pochyloną pod kątem 8°?”

**Pytanie nr 15:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprawdzenie urządzenia przez serwis nie posiadający akredytacji, ale przy pomocy czujników, które akredytację posiadają?”

**Pytanie nr 16:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komór bez możliwości regulacji natężenia oświetlenia? Nasze rozwiązanie dzięki odpowiedniemu usytuowaniu źródła światła LED stwarza komfort pracy mimo braku możliwości regulacji natężenia.”

**Odpowiedź nr 13 - 16:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet V, załącznik nr 6 do SWZ**

**Pytanie nr 17:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę zamrażarki o pojemności brutto 499 l in pojemności netto 310 l?”

**Odpowiedź nr 17:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby dostarczona zamrażarka laboratoryjna posiadała pojemność całkowitą brutto minimum 490 litrów oraz pojemność całkowitą netto minimum 390 litrów. W zakresie pojemności urządzenia netto Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.



**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet VI, załącznik nr 7 do SWZ**

**Pytanie nr 18:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym komory wykonane są ze stali nierdzewnej?”

**Odpowiedź nr 18:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby w dostarczonej lodówko -zamrażarce komory wykonane były ze stali nierdzewnej zgodnie z normą DIN 1.4016 lub równoważną.

**Pytanie nr 19:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w zakresach temperatur: komora chłodziarki od +2°C do +12°C; komora mrożenia od -10°C do -30°C?”

**Pytanie nr 20:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 wyświetlacze LCD z przyciskami membranowymi?”

**Pytanie nr 21:** „Prosimy o rezygnację z parametru „zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 zgodnie z normą DIN 12880.”

**Pytanie nr 22:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1970 mm?”

**Pytanie nr 23:** „Prosimy o rezygnację z parametru „stabilność temperatury +/-0,5°C.”

**Odpowiedź nr 19 - 23:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet VII, załącznik nr 8 do SWZ**

**Pytanie nr 24:** „Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 372 l brutto / 350 l netto?”

**Pytanie nr 25:** „Czy Zamawiający dopuści wysokość 1980 mm?”

**Pytanie nr 26:** „Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz z przyciskami membranowymi?”

**Pytanie nr 27:** „Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki wynoszące 25 kg?”

**Pytanie nr 28:** „Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały?”

**Pytanie nr 29:** „Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 394l brutto / 390 l netto?”





**Odpowiedź nr 24 - 29:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet VIII, załącznik nr 9 do SWZ**

**Pytanie nr 30:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia z prędkością pracy podaną w m/s o zakresie pracy 0.8 -6m/s co daje zakres pracy odpowiednio szerszy od wymaganego przez Zamawiającego?”

**Pytanie nr 31:** „Czy Zamawiający dopuści homogenizator, którego prędkość obrotowa wynosi 2850 obr/min i nie jest ona regulowana?”

**Odpowiedź nr 30 - 31:** Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 9 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania. Urządzenie musi spełniać m.in. następujące wymagania „(...) Prędkość obrotowa w zakresie 2000 - 2850 [min<sup>-1</sup>] (...)”.

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet IX, załącznik nr 10 do SWZ**

**Pytanie nr 32:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie o amplitudzie 4,0 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?”

**Odpowiedź nr 32:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet X, załącznik nr 11 do SWZ**

**Pytanie nr 33:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wirówki, której zakres prędkości wynosi 200 – 13500 obr/min?”

**Odpowiedź nr 33:** Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 11 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania. Urządzenie musi spełniać m.in. następujące wymagania (...) Zakres prędkości: 11000obr./min. - 13000obr./min. (...).

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XIII, załącznik nr 14 do SWZ**

**Pytanie nr 34:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę zamrażarki szufladowej, która posiada 4 szuflady?”



**Odpowiedź nr 34:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby dostarczona zamrażarka posiadała minimum 5 szuflad/pojemników. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XIV, załącznik nr 15 do SWZ**

**Pytanie nr 35:** „Czy ze względu na braki magazynowe dotyczące sprzętu opisanego w specyfikacji Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach: pojemność całkowita 497 l; kolor biały; wymiary (wys. / szer. / głęb.): 82,5 / 167,5 / 70,2 cm; w zestawie 2 kosze druciane, z możliwością doposażenia do łącznie 7 szt.; sterowanie zewnętrznymi przyciskami; zdolność zamrażania: 20 kg/24 h; czas przechowywania po usterce: 40 h; oświetlenie LED; poziom hałasu 33 db; czynnik chłodzący R600a; zamek na klucz; alarm otwartych drzwi i awarii.”

**Odpowiedź nr 35:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia. Zaoferowane urządzenie musi być zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 36:** „Mając na względzie zasady uczciwej konkurencji prosimy o usunięcie wymogu: „zdolność utrzymania temperatury bez zasilania do 40h.”

**Odpowiedź nr 36:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XV, załącznik nr 16 do SWZ**

**Pytanie nr 37:** „Czy zamawiający dopuści sprzęt o prędkości minimalnej 100 rpm oraz zakresie obrotów 100 – 3000 rpm?”

**Odpowiedź nr 37:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

**Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 21 do SWZ**

**Pytanie nr 38:** „§6 pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności zapewnienia przez Wykonawcę urządzeń zastępczych? W przypadku np. komór laminarnych czy urządzeń chłodniczych producenci nie zapewniają urządzeń zastępczych, ponieważ są to sprzęty produkowane na zamówienie lub sprowadzane z zagranicy.”




**Odpowiedź nr 38:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII

wz.

*Katarzyna Brzeź*  
Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego  
Lekarza Weterynarii

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl