

Numer spray: UCS/Z/89/21

Lublin, 22.07.2021 r.

WYJAŚNIENIA

dotyczy: dostawa materiałów do sterylizacji

Zamawiający, którym jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Lublinie, odpowiednio wyjaśnia treść zapytania ofertowego w sposób następujący:

1. Dotyczy Zadanie 1 poz. 1-7

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękaw papierowo-foliowy o następujących parametrach:

Konstrukcji folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, ISO 11607-1,2 oraz papier o gramaturze 70g (PN EN 868-3),

Papier:

- Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05 %
- Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,25 %
- Wytrzymałość na przedarcie CD/MD 750/720 mN
- Przenikanie powietrza (1,47 kPa) 10,29 mm/Pa*s
- Wytrzymałość na przepuklenie 359 kPa na sucho
- Wytrzymałość na przepuklenie 87 kPa na mokro
- Niezwilżalność wodą 33s
- Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 7,4 kN/m; w kierunku poprzecznym 3,9 kN/m
- Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 2,48 kN/m; w kierunku poprzecznym 1,42 kN/m

Folia:

Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

8-warstwowa nie licząc warstwy kleju

Grubość 52µm

Zgrzewalna w temperaturze 150-200°C

Elastyczna (wydłużenie nie mniej niż 70%)

Umieszczenie testu na papierze pod warstwami folii

Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania

Wskaźnik procesu sterylizacji S/FORM/EO umieszczone na papierze pod folią na linii zgrzewu

Symbol procesu sterylizacji umieszczony obok wskaźnika, co wyklucza pomyłkę

Kolor wskaźnika przed i po sterylizacji w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim

Kolor wskaźnika przed sterylizacją niebieski po sterylizacji parą wodną zmienia barwę na czarną

Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji 100mm² (PN EN 868-5)
Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, oznaczony wyłącznie od strony folii
Zgrzew wielorowkowy o łącznej szerokości 10 mm

Czy ze względu na fakt, iż opakowania papierowo- foliowe są wyrobem medycznym klasy I, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia wyżej wymaganego dokumentu i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty, dla których zgodność z norma potwierdzona jest certyfikatem producenta? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. Dotyczy Zadanie 2 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na testy nieprzylepne testy symulacyjne Bowie Dick w postaci paska z przesuwalną substancją wskaźnikową? Takie rozwiązanie eliminuje pomyłkę interpretacji wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 10 lat.

Odpowiedź: : Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

3. Dotyczy Zadanie 2 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z samoprzylepności testów mycia? Pozwoli to na uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert.

Odpowiedź: : Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii siedmiowarstwowej łącznie z warstwą kleju?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy zaoferowane w pytaniu.

5. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości folii na rozdarcie w kierunku walcowania i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 20 N?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie zapytaniem ofertowym.

6. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny rękaw w rozmiarze 120mm x 200m?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie zapytaniem ofertowym.

7. Zadanie 1- rękawy papierowo-foliowe płaskie Parametry

pkt.6 prosimy o dopuszczenie rękawów z folią sześciowarstwową wraz z warstwą kleju, ilość warstw nie ma wpływu na jej wytrzymałość.

pkt.13 prosimy o dopuszczenie folii, której wytrzymałość na rozdarcia wynosi 300 Mn

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 wymaga aby wszystkie pozycje ze względu na jednolitą temperaturę zgrzewania pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy z folią sześciowarstwową. Zamawiający wymaga w zad. 1, aby wszystkie pozycje ze względu na jednolitą temperaturę zgrzewania pochodziły od jednego producenta.

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

8. W Załączniku nr 1 Zadanie 1 Zestawienie parametrów obligatoryjnych Zamawiający określa wymagania dotyczące oferowanych rękawów papierowo-foliowych w tym w pkt. 6 dotyczące konstrukcji folii. Czy w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oferowanych rękawów Zamawiający wymaga aby potwierdzenie zgodności wydane przez niezależny instytut badawczy wymagane w pkt. 12 obejmowało również potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w pkt. 6?
- Odpowiedź:** Zgodnie z zapytaniem ofertowym. Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności z normami.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2021 r. g. 10:00

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

w Lublinie
H2 
dr n. med. Maria Cieszko-Buk