



Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
Tel: (32) 370-43-07
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/22/TP2/2024

Zabrze, 04.04.2024r.

ODPOWIEDŹ nr 2 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Pytanie nr 1 dot. zapisu wzoru umowy

Dotyczy: §7 ust. 2 wzoru umowy

Wnioskujemy o zmianę zapisów dotyczących wysokości kar umownych z:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości **1 000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy względem terminu określonego w § 2,
na:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości **250,00 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy względem terminu określonego w § 2,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował zapisy w § 7 ust. 2 – Patrz Modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 2, załącznik nr 4 pkt 24 sonda kriochirurgiczna

Czy Zamawiający określił ilość sond, które mają być w zestawie z aparatem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć 30 sztuk sond kriochirurgicznych. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 w zakresie zadania nr 2 – Patrz Modyfikacja nr 2 SWZ

Zamawiający
z upoważnienia **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski

