



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 07.01.2025r.

Znak: ZP.26.1.49.2024.1

Informacja o wpłynięciu pytań do SWZ na dostawę nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych dla ZZOZ w Wadowicach

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „Dostawę nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych dla ZZOZ w Wadowicach”:

Pytanie nr 1 Pakiet Nr 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga nici o grubości „0”.

Pytanie nr 2 Pakiet Nr 1, pozycja 1, 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici z igłą o krzywiznie 3/8 koła odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga igły konwencjonalnie tnącej.

Pytanie nr 3 Pakiet Nr 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 60mm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 Pakiet Nr 1, pozycja 7, 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez wymogu „kosmetyczna”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga igły kosmetycznej.

Pytanie nr 5 Pakiet Nr 1, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga igły 24-26 mm.

Pytanie nr 6 Pakiet Nr 1, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 4/0?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga nici o grubości 5/0.

Pytanie nr 7 Dotyczy Pakietu nr 2 Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany, syntetyczny, pleciony, powlekany mieszaniną glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie całkowitego wchłonięcia do 70 dni?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zaproponowany produkt ma inny skład i podtrzymywanie.

Pytanie nr 8 Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 29, 30 Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Pakiet nr 2 z pominięciem ww. pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 29, 30 Czy Zamawiający wykreśli z Pakietu nr 2 ww. pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1-9, 12-13 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zaproponowany w poz. 1-9 produkt ma inny skład i czas wchłaniania, w poz. 12-13 produkt ma inny czas wchłaniania.

Pytanie nr 11 Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 10-11 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zaproponowany produkt ma inny czas podtrzymywania.

Pytanie nr 12 Dotyczy Pakietu nr 5 Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, nylonowy (poliamid)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zaproponowany produkt ma inny skład.

Pytanie nr 13 Dotyczy Pakietu nr 8 Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga powleczenia antybakteryjnego.

Pytanie nr 14 Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 Dotyczy Pakietu nr 9 Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, o czasie wchłaniania 180-210 dni i okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach 75%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga powleczenia antybakteryjnego.

Pytanie nr 16 Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.


Pytanie nr 17 Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści igłę 30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 5, 6 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 pakiet 11 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści lekką Siatkę samomocującą, polipropylenowa monofilamentowa nasączona wchłaniającym klejem w czasie 7-10 dni. Klej: PVP – polyvinylpyrrolidone + polyethylene glycol. Klej nie jest materiałem biologicznym (nie pochodzi od ludzi, ani zwierząt). Siatka atraumatyczna monofilamentna, polipropylenowa o wadze 40.3 g przed absorpcją. Rozmiar porów 6,29 mm 2. Grubość siatki przed absorpcją 0,35mm. Siatka z możliwością docinania. Rozmiar: 7.5 x 15.5 cm lewostronna z wycięciem na powrózek, 6 x 13.5cm uniwersalna z wycięciem lub 8.5 x 12.5cm uniwersalna. Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.



Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zaproponowany produkt ma inny skład i rozmiar porów, a także inną gramaturę przed absorpcją. Brak informacji o gramaturze siatki po wchłonięciu.

Pytanie nr 20 pakiet 11 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści lekką Siatkę samomocującą, polipropylenowa monofilamentowa nasączona wchłaniającym klejem w czasie 7-10 dni. Klej: PVP – polyvinylpyrrolidone + polyethylene glycol. Klej nie jest materiałem biologicznym (nie pochodzi od ludzi, ani zwierząt). Siatka atraumatyczna monofilamentna, polipropylenowa o wadze 40.3 g przed absorpcją. Rozmiar porów 6,29 mm 2. Grubość siatki przed absorpcją 0,35mm. Siatka z możliwością docinania. Rozmiar: 7.5 x 15.5 cm prawostronna z wycięciem na powrózek lub 6 x 13.5cm uniwersalna z wycięciem lub 8.5 x 12.5cm uniwersalna. Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zaproponowany produkt ma inny skład i rozmiar porów, a także inną gramaturę przed absorpcją. Brak informacji o gramaturze siatki po wchłonięciu.

Pytanie nr 21 Pakiet nr 14 – Czy Zamawiający dopuści zaofierowanie wosku kostnego o składzie mieszaniny wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zaproponowany produkt ma inny skład.

Pytanie nr 22 Pakiet nr 15, poz. 1-19 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew poliestrowy pleciony powlekany w całości silikonem?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zaproponowany produkt ma inne powłoczenie.

Pytanie nr 23 Pakiet nr 15, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 Pakiet nr 15, poz. 20 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekany silikonem?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga szwu impregnowanego woskiem.

Pytanie nr 25 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 1 w związku ze zmianą u Producenta dopuści igłę 26mm, 1/2 koła okrągła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 Dot. umowy Czy Zamawiający dopuści przesyłanie faktur elektronicznych w formacie pdf?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.01.2025r.** do godz. 10:00. Próbki należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **14.01.2025r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 13.04.2025r.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a.