



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

www.wompcpl.eu

sekretariat
tel.: (42) 27-21-900
fax.: (42) 27-21-809
e-mail: sekretariat@wompcpl.eu

NIP: 947-18-05-558
Regon: 000 29 42 89
Numer KRS: 0000022077
Księga Rejestrowa Nr 000000004457



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9105045135

Łódź, dnia 1 marca 2023 roku

WOMPCPL.DTA.3331.1-2.2023.JR

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Zakup pulsoksymetrów napalcowych”
(znak sprawy DTA.3331.1.2023).**

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udostępnia Wykonawcom odpowiedzi na zapytania złożone do prowadzonego postępowania z podaniem treści pytań.

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o następujących parametrach:
Dokładny pomiar saturacji (SpO2) oraz tętna
Kompaktowy i prosty w obsłudze
Status zużycia baterii i alarm niskiej mocy
Niski pobór mocy, ponad 30 godzin ciągłej pracy na bateriach
Dźwiękowe i wizualne alarmy niskiej saturacji (85%) oraz wysokiego (120 bpm) i niskiego pulsu (50 bpm)
Wyświetlanie SpO2, PR, PI, krzywej pletyzmograficznej pulsu
Automatyczne wyłączenie
Pomiar saturacji SpO2
Zakres pomiaru 35%-100%
Dokładność pomiaru $\leq 3\%$ przy 70%-100%
< 70% nie określono
Rozdzielczość 1%
Alarm niskiej saturacji: 85% (domyślnie): zakres alarmu 85-95%
Pomiar częstotliwości tętna (PR)
Zakresu pomiaru +/- 2 bpm lub +/- 2% (w zależności od tego, która wartość jest większa)
Rozdzielczość 1 bpm
Alarm wysokiego pulsu: 120 bpm (domyślnie), zakres alarmu 30-60 bpm
Wskaźnik perfuzji 0%-20%
Parametry
Zasilanie 2x bateria AA
Wymiary 66x36x33 mm
Wyświetlacz OLED o rozdzielczości 128x64px, 4 kierunki wyświetlania
Waga ok 60 g
Środowisko pracy



www.wompcpl.eu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

sekretariat
tel.: (42) 27-21-900
fax.: (42) 27-21-809
e-mail: sekretariat@wompcpl.eu

NIP: 947-18-05-558
Regon: 000 29 42 89
Numer KRS: 0000022077
Księga Rejestrowa Nr 000000004457



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9105045135

Temperatura 5-40° C
Wilgotność 30-80%
Ciśnienie atmosferyczne 70-106 kPa
Przechowywanie i transport
Temperatura -20° C-60° C
Wilgotność 10-95%
Ciśnienie atmosferyczne 50-107, 4 kPa

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, jednakże jego wymagania wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Prosimy o odstąpienie od zapisu „rok produkcji 2022/2023”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem udzielenia 36 – miesięcznej gwarancji od dnia dostarczenia urządzenia na urządzenia wyprodukowane w 2021 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 3 Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 6 marca 2023 r. godz. 9:00.

Jednocześnie informuje, iż zmianie ulega Rozdział III, punkt 2 i 3 SWZ, które otrzymują brzmienie:

1. „Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **06.03.2023 r.** do godz. **9:00**.

Sposób składania ofert:

- 2.1. Wykonawca w celu złożenia oferty Zamawiającemu wybiera polecenie **"ZŁÓŻ OFERTĘ"** dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego postępowaniem.
- 2.2. Jeżeli Wykonawca nie ma konta na platformazakupowa.pl i składa ofertę bez zakładania konta to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym złożenie oferty
- 2.3. **Za termin złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę określoną na platformie zakupowej Zamawiającego.**
- 2.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2023 r. o godz. 10.00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.
- 2.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 2.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

2. Termin związania ofertą



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9105045135

www.wompcpl.eu

sekretariat
tel.: (42) 27-21-900
fax.: (42) 27-21-809
e-mail: sekretariat@wompcpl.eu

NIP: 947-18-05-558
Regon: 000 29 42 89
Numer KRS: 0000022077
Księga Rejestrowa Nr 000000004457

Wykonawca pozostaje związany ofertą **30 dni, tj. do dnia 04.04.2023 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi

Izabela Łączka-Kotras

Dyrektor
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi

Specjalista ds. zamówień publicznych
w WOMP CP-L w Łodzi

Joanna Rogozińska

Lech - Bałaban