



Zielona Góra 22.06.2022 r.

Nr referencyjny: LI.280.2.2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, TED: 2022/S 091-249794.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 10.06.2022, p. 29

Zamawiający modyfikując wymogi graniczne w załączniku nr 2 wprowadził zmiany zawężające konkurencję poprzez uniemożliwienie złożenia nam ważnej oferty na wysokiej klasy aparat mammograficzny poprzez wymóg kolimacji automatycznej i ręcznej. Prosimy o dopuszczenie aparatu, który posiada kolimację tylko automatyczną, gdyż jest ona wystarczająca do wykonywania badań zarówno przesiewowych jak i pogłębionej diagnostyki, kolimacja jest ustawiana automatycznie do formatu aktualnie zainstalowanej płytki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 10.06.2022, p. 30

Zamawiający modyfikując wymogi graniczne w załączniku nr 2 wprowadził zmiany zawężające konkurencję poprzez uniemożliwienie złożenia nam ważnej oferty na wysokiej klasy aparat mammograficzny poprzez wymóg dekompresji pacjentki manualnie oraz automatycznie.

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który w przypadku awarii (np. zanik zasilania) ma możliwość dekompresji tylko manualnej. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane i nie jest ograniczeniem w użytkowaniu aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Prezes Zarządu

Marek Działoszyński

podpis na oryginale

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings
a/a LI.280.2.2022