

Wrocław, 19.10.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
200/2023/Krapkowice**

Działając w imieniu i na rzecz Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

PAKIET I


1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

1. Proszę podać najczęściej wykonywane w ostatnim roku kalendarzowym zabiegi oraz operacje (rodzaj i liczba).

Odpowiedź: Histeroskopia - 483, Cholecysektomia - 82, Implantacja cewnika do żyły szyjnej wewnętrznej - 62, Operacja przepukliny pachwinowej z użyciem mat. alloplast. - 104, Operacje żylaków - 62, Rękawowa resekcja żołądka - 26, Cięcia cesarskie - 339, Laparoskopowa Adnexektomia - 21, Laparoskopowa uteropeksja boczna sposobem Dubuissone - 26, Łyżeczkowanie j.macicy diagnostyczne - 51, TOT - 31, Wyskrobiny z kanału szyjki - 310.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Szpital nie prowadzi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, oraz nie planuje przyjmowania porodów.

Odpowiedź: Szpital prowadzi i będzie prowadzić działalność Oddziału Ginekologiczno-położniczego w tym przyjmowanie porodów.



3. Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejęcie podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

Odpowiedź: W trakcie trwania umowy nie jest planowane przejęcie podmiotu medycznego, natomiast w związku realizowaną rozbudową szpitala możliwe jest w ostatnim roku obowiązywania umowy rozszerzenie działalności o OIOM, stację dializ. Ostateczne rozszerzenie działalności uzależnione jest od terminu zakończenia realizowanej inwestycji.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

PAKIET II

4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
6. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
7. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

Odpowiedź: TAK

2. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie składowuje mienia bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.


3. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) wyposażenie o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: Gaśnice usytuowane są w miejscach wyznaczonych zgodnie z planem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Przykładowo urządzenie UGsi2x z rurką w serwerowni, gaśnica śniegowa TK, RTG, gaśnice proszkowe oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne na korytarzach.

4. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Budynek Szpitala os. XXX-lecia 21. Wartość z wyposażeniem 41.012.717 zł.

5. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.



Odpowiedź: Budynek Szpitala os. XXX-lecia 21. Wartość z wyposażeniem 41.012.717 zł.

6. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza.

7. W mieniu od ognia i innych żywiołów prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.

Odpowiedź: W mieniu od ognia i innych żywiołów nie znajdują się budynki z wskazanym pokryciem dachowym.

8. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód: wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o wskazanie wartości wyposażenia w najdroższej lokalizacji.

Odpowiedź: 14.691.717 zł

10. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: TAK

11. Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego, wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku do SIWZ z informacją do oceną ryzyka ?

Odpowiedź: Nie

12. Czy wystąpiły szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.


Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ

13. Prosimy o informację, czy szkody które wystąpiły na przełomie lat 2022-2023 r zostały naprawione oraz co Zamawiający uczynił aby nie powtórzyły się w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał naprawy, wymienił część instalacji, przeszkolił personel.

14. Prosimy o szczegółowy opis szkód z 2022 r, dotyczących uszkodzenia sprzętu elektronicznego oraz Mienia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ



15. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn- prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 pln

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Prosimy o podanie zabezpieczeń przepięciowych w miejscach ubezpieczenia szpitala.

Odpowiedź: UPS główny i UPS przy komputerach lub urządzeniach gdzie nie ma gniazdek podłączonych pod UPS główny.

17. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość? kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie?

Odpowiedź: Od sierpnia 2023 r. trwa inwestycja realizowana przez właściciela spółki, polegająca na rozbudowie szpitala. Szacunkowa wartość ok. 80 mln zł, termin zakończenia 2026 r.

18. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ? Zamawiający podaje - W trakcie jest inwestycja rozbudowy szpitala o wartości 80 mln, czas oddania inwestycji styczeń 2026- prosimy o charakterystykę i opis prac.

Odpowiedź: Prace polegające na powstaniu nowego budynku, który zostanie połączony zostanie z obecnym budynkiem. Dobudowywana powierzchnia 10 tys m². Trzy kondygnacje, piwnica, prace budowlane polegające na kompleksowym wybudowaniu pomieszczeń, prace remontowe polegające na wybudowaniu trzeciej sali operacyjnej, remont pomieszczeń mających na celu zaadoptowanie pomieszczeń izby przyjęć na pracownie diagnostyczne, przygotowanie pomieszczeń pod stację dializ, prace adaptacyjne oddziału pediatrii pod OIOM, wykonanie dróg dojazdowych, parkingów, wykonanie sieci.


19. Czy Zamawiający w okresie 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: Tak Budynek Szpitala os. XXX-lecia 21. Opis w pkt. 17, 18.

20. Czy Zamawiający planuje w okresie 3 najbliższych lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: W 2026 r. Zol Góraźdże ul. Główna 23 uzależnione od postępu prac budowlanych opisanych w pkt 17,18

21. Czy po zakończeniu planowanych inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone o nowe mienie ruchome i jaka jest szacunkowa wartość wyposażenia? Czy wyposażenie



będzie polegało na przeniesieniu mienia z dotychczasowych lokalizacji i jego wartość łączna nie ulegnie zmianie?

Odpowiedź: Inwestorem jest właściciel Spółki tj. Powiat Krapkowicki w związku z tym w najbliższych 3 latach on będzie właścicielem nowego wyposażenia. Na chwilę obecną nie można ustalić, które z wyposażenia będzie przeniesione i jaka będzie jego wartość za prawdopodobne 3 lata.

22. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź: Według posiadanej, najlepszej wiedzy przez Zamawiającego nie ma takiego zagrożenia.

23. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

24. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Proszę o dopisanie zapisu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

27. Dla Mienia od ognia i innych żywiołów- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł dla ryzyka z tytułu działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania), dla elektroniki od wszystkich ryzyk również 50 000 pln.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



29. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

30. Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego, takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

31. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

32. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. W mieniu od ognia i innych żywiołów wnoszukujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

35. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 pln na szkody spowodowane działaniem powodzi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Prosimy o informację czy Zamawiający był ubezpieczony w podobnym zakresie oraz potwierdzenie że sprzęt elektroniczny był również ubezpieczony w zakresie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zakres podobny do obecnie wnioskowanego.



37. Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w najdroższym budynku; wartości najdroższej strefy pożarowej dotyczy budynku oraz dotyczy rzeczy ruchomych.

Odpowiedź: 4 mln

38. Prosimy o podanie sumy ubezpieczonego mienia w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości dokładnego podziału, prosimy o wskazanie orientacyjnej struktury procentowej SU w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: os. XXX-lecia 21 - 78%, ul. Szkolna 7 – 15%, Górażdze ul. Główna 23 – 5%, ul. Piastowska 16a– 1%, Zdieszowice ul. Filarskiego 15 – 1%.

39. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłosił powyższego do ubezpieczenia.

40. Jaka jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem EEI)

Odpowiedź: 10 mln

41. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

42. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia: dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, dla infrastruktury drogowej, dla zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej do ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


43. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Szyb od stłuczenia środków obrotowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu,” na „nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przypadających po dniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Prosimy o akceptację poniższej treści dla **Klauzuli szybkiej likwidacji szkód** :
"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego,



wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Klauzula przeniesienia mienia –prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

47. Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

49. W przypadku ubezpieczenia lamp prosimy o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji oraz wprowadzenie limitu na lampy w wysokości 100 000 zł. Poniżej tabela.




Tabela deprecjacji ze skalą

| OPIS LAMPY | Redukcja odszkodowania | |
|---|------------------------|-------------|
| | po okresie użytkowania | miesięcznie |
| a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (sprzęt niemedyczny) | 6 miesięcy | 5,5% |
| Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) | 6 miesięcy | 5,5% |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) | 12 miesięcy | 3,0% |
| b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy laserowe (sprzęt medyczny) | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) | 12 miesięcy | 3,0% |
| Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny) | 18 miesięcy | 2,5% |
| c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa | 24 miesiące | 2,0% |
| Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) | 24 miesiące | 2,0% |





Tabela deprecjacji ze skalą

| OPIS LAMPY | Redukcja odszkodowania | |
|---|------------------------|-------------|
| | po okresie użytkowania | miesięcznie |
| a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (sprzęt niemedyczny) | 6 miesięcy | 5,5% |
| Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) | 6 miesięcy | 5,5% |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) | 12 miesięcy | 3,0% |
| b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy laserowe (sprzęt medyczny) | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) | 12 miesięcy | 3,0% |
| Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny) | 18 miesięcy | 2,5% |
| c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa | 24 miesiące | 2,0% |
| Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) | 24 miesiące | 2,0% |



| OPIS LAMPY | Redukcja odszkodowania | |
|---|------------------------|---------------|
| | po okresie użytkowania | miesięcznie o |
| Lampy pamięciowe | 24 miesiące | 2,0% |
| Lampy fotopowielające | 24 miesiące | 2,0% |
| d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) | 24 miesiące | 1,5% |
| Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej | 24 miesiące | 1,5% |
| Rentgenowskie lampy powiększające | 24 miesiące | 1,5% |
| Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny) | 24 miesiące | 1,5% |
| Lampy z akceleracją liniową | 24 miesiące | 1,5% |


4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

- P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,
- PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
- X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
 - 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
 - 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
- Y = współczynnik likwidacyjny,
- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
 - 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą klauzulę z limitem 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki