

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 21.08.2023 r.

L.dz.SZP/ZP/2343/2023

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy odczynników serologicznych z dzierżawą aparatury oraz odczynników immunochemicznych z dzierżawą analizatora (postępowanie nr 14/2023)

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców poniższe pytania:

Pyt. 1

dotyczy Załącznik Nr 1 do SWZ, Grupa 2, Opis analizatora immunochemicznego, Punkt 17: Czy Zamawiający może doprecyzować jaki Laboratoryjny System Informatyczny posiada?

Odp. ATD-Software ProfLab.

Pyt. 2

dotyczy Załącznik Nr 1 do SWZ, Grupa 2, Opis analizatora immunochemicznego, Punkt 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: możliwość zgłaszania awarii 24 h/dobę w dni robocze, czas oczekiwania na interwencję max 48 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3

SWZ X, 3.1. pakiet 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z ofertą katalogów i folderów i wyrazi zgodę na udostępnienie strony Wykonawcy, na której będą całodobowo dostępne w/w materiały do samodzielnego pobrania? Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o posiadaniu wymaganych dokumentów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 4

dotyczy pakiet 2

Czy Zamawiający udostępni umowę RODO – kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu poprzez Laboratoryjny System Informatyczny?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 5

W związku z niespójnością pomiędzy projektem umowy (§5 ust. 1), a wymaganymi parametrami jakościowo-użytkowymi odczynników (Załącznik nr 1 do SWZ, pkt. 9 pod Tabelą nr 1), prosimy o potwierdzenie, że ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny wymaganych wyrobów, Zamawiający wyraża zgodę aby dostawa całości przedmiotu zamówienia w zakresie Grupy 1 odbywała się cyklicznie, średnio raz na miesiąc, zgodnie z załączonym do oferty/dostarczonym raz w roku harmonogramem dostaw na dany rok,

uwzględniającym technologię produkcji asortymentu, z jednoczesnym zagwarantowaniem możliwości dostaw pilnych na cito w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 6

W związku z wymogiem, o którym mowa w §4 ust. 2 projektu umowy, prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku oferowania produktów, które nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne (w szczególności: międzynarodowa zewnętrzna kontrola jakości, końcówki do pipety, oprzyrządowanie przedmiotu dzierżawy jak komputer czy drukarki, chłodziarka, etykiety kodów kreskowych), Zamawiający nie wymaga oznaczenia CE?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 7

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg pochodzenia produktów od jednego producenta - tego samego co otrzymany w dzierżawę sprzęt celem walidacji metody (Załącznik nr 1 do SWZ, pkt. 12 Wymaganych parametrach jakościowo-użytkowych odczynników pod Tabelą nr 1), dotyczy wszystkich odczynników i produktów krwinkowych oraz sprzętu do wykonywania badań immunohematologicznych w metodzie mikrokolumnowej żelowej a międzynarodowa zewnętrzna kontrola jakości, sprzęt komputerowy, chłodziarka oraz etykiety do drukarki kodów kreskowych mogą pochodzić od innego producenta?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 8

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający winien wycenić w formularzu asortymentowo-cenowym 7 op. etykiet do drukarki Dymo, o których mowa w pkt. 5 pod Tabelą nr 1 w Wymaganych parametrach dotyczących Dzierżawy aparatury (Załącznik nr 1 do SWZ)? Prosimy również o doprecyzowanie rozmiaru etykiet oraz ilości szt. w jednym opakowaniu.

Odp. Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia, Wykonawca winien wycenić. 1op. zawiera 1000szt., wymiary 32mmx57mm.

Pyt. 9

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie wymaga zaoferowania drukarki krewkart, o której mowa w pod Tabelą nr 1 w Wymaganych parametrach dotyczących Dzierżawy aparatury (Załącznik nr 1 do SWZ, pkt. 12)?

Odp. Zamawiający potwierdza.