

Skierniewice, dnia 22.03.2023 r.

L. Dz. DZP- 76/2023

**Wyjaśnienia treści  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych dla Instytutu Ogrodnictwa –PIB, nr postępowania 7/ZP/2023 działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. ) udziela odpowiedzi na pytania do SWZ.

**Pytanie 1:**

Nie posiadamy mieszaniny o podanym składzie pozycja nr 21. Czy to nas dyskwalifikuje w złożeniu oferty całościowej. Do czego Państwo używają tej mieszanki? Posiadamy inne mieszanki Co2 w N2. 30% Co2 w N2 20%Co w N2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Rozdziałem VI ust. 2 SWZ ofertę można złożyć na jeden lub wszystkie pakiety zamówienia, z zastrzeżeniem, że oferta musi zawierać wycenę wszystkich pozycji w ramach pakietu, na który składana jest oferta. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że mieszanina z poz. 21 dla Pakietu nr 1 w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz cenowy jest wykorzystywana do kalibracji analizatorów stężenia tlenu i dwutlenku węgla.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający ponadto dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2023 r.

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA  
d/s NAUKOWYCH  
*Stanisław Kaniszewski*  
prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski  
-2-