



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4  
W BYTOMIU**

**ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM**

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567  
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 27.12.2021 r.

DZP – 39/2021

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

**Pytanie nr 1 – dot. zapisów umowy § 3 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”?

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż § 3 ust. 1 projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie:

*„1. Dostawy będą realizowane w częściach, sukcesywnie w oparciu o każdorazowe zamówienie określające ilość oraz asortyment, przesłane do Wykonawcy faxem lub e-mailem. Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”.*

**Pytanie nr 2 – dot. zapisów umowy § 3 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu: „W przypadku odmowy realizacji dostawy, Wykonawca w terminie do 24 (dwadzieścia cztery) godziny od otrzymania zamówienia, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego faksem lub e-mailem.”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 3 – dot. zapisów umowy § 3 ust. 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości realizowania Zamówień w częściach, bez obciążania karami za zwłokę w dostawie.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 4 – dot. zapisów umowy § 6 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę paragrafu i wykreśli: „prawidłowo”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 5 – dot. zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt 1.1 i 1.2**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej z 1% na 0,5%.

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż § 8 ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie:

*„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:*

- 1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy,*
- 1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy”.*

**Pytanie nr 6 – dot. zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt 1.3**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej z 2% na 0,5%.

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż § 8 ust. 1 pkt 1.3 projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie:

*„1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy”.*

**Pytanie nr 7 – dot. zapisów umowy § 9 ust. 1**

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „7 dni” na „7 dni roboczych”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 1 poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie próbek z PS o poj. 10 ml spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 1 poz. 26**

Prosimy o dopuszczenie szalek Petriego w opakowaniu zbiorczym zawierającym 600 szt.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 1 poz. 29**

Czy Zamawiający wymaga pisaków długopiszących, równoważnych do pisaków Sharpie, to znaczy o jakości nie gorszej niż pisaki Sharpie?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wymaga dla pakietu nr 1 poz. 29

**Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 1 poz. 30**

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z konieczności przeprowadzenia konserwacji i rekaliibracji pipet różnych producentów. Każdy producent ma specyficzne rozwiązania i w związku z tym niezbędne jest posiadanie specjalnego oprzyrządowania, którym dysponują tylko autoryzowane serwisy poszczególnych producentów.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę dot. pakietu nr 1 poz. 30.

**Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 1 poz. 34**

Prosimy o sprostowanie zapisu w poz. 34 – „Koszyk ze stali nierdzewnej do barwienia 10 szkiełek podstawowych kompatybilny z zaoferowanym pojemnikiem – pozycja nr 33”.

**Odp.:** Zamawiający ma na myśli asortyment z zakresu wyposażenia do wykonywania preparatów na szkiełkach mikroskopowych, tj. koszyczek ze stali nierdzewnej na preparaty mikroskopowe do pojemnika zaoferowanego w pozycji nr 33 (koszyczek na nie mniej niż 10 preparatów).

**Pytanie nr 13 – dot. zapisów SWZ**

Czy Zamawiający wymaga żeby oferowane odczynniki posiadały autoryzowane aplikacje producenta analizatora.?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wymaga.

Z poważaniem

**p.o. Z-CY DYREKTORA**  
dział Lecznictwa  
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
Nr 4 w Bytomiu  
*dr n. med. Janusz Kuśmierz*