



ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

L. dz. DZP-291-3076/1-631/2022

Kraków, 24.08.2022 r.

Zawiadomienie

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zawiadamia o **zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej: SWZ** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-3076/1/2022 pn. ***„Zakup i dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”***.

Uzasadnienie

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane, przez potencjalnych Wykonawców, pytania, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Strona tytułowa SWZ (str. 1):

Zamiast:

„(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)”.

Jest:

„(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)”.

2. Rozdział II pkt 4 ppkt 13) SWZ – Zadanie nr 13 – Analizator cząstek stałych:

Zamiast:

- a) Termin dostawy – zgodnie z terminem wskazanym w Rozdziale III SWZ.
- b) Miejsce dostawy – Laboratorium ekstruzji i tłoczenia WIPIE (poz. 13.1).
- c) Ilość zamawianych sprzętów – 1 szt. Analizatora cząstek stałych (poz. 13.1).

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



- d) Oprogramowanie (wraz z licencją) – wymagane:
- oprogramowanie sterujące do kontroli, rejestracji i oceny wyników pomiarów wgrane na dostarczonym sprzęcie, z licencją bezterminową, niewyłączną, jednostanowiskową z możliwością nieodpłatnego pobrania aktualizacji oprogramowania ze strony internetowej producenta oraz możliwością zainstalowania pobranej aktualizacji oprogramowania na sprzęcie;
- e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ze sprzętem, klucz lub hasło do pobrania oprogramowania ze wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej.
- f) Instrukcja obsługi oprogramowania – w języku polskim.
- g) Instrukcja obsługi sprzętu – w języku polskim.
- h) Instruktaż w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji sprzętu przeprowadzony przez Wykonawcę po dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu sprzętu – wymagany dla 3 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień, przez 3 godziny.
- i) Minimalny termin gwarancji na dostarczony sprzęt - 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
- j) Serwis gwarancyjny dla dostarczonego sprzętu:
- maksymalny czas reakcji na zgłoszoną usterkę: 48 godzin roboczych, licząc od daty zgłoszenia;
 - maksymalny czas naprawy usterki: 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.

Jest:

- a) Termin dostawy – zgodnie z terminem wskazanym w Rozdziale III SWZ.
- b) Miejsce dostawy – Laboratorium ekstruzji i tłoczenia WIPIE (poz. 13.1).
- c) Ilość zamawianych sprzętów – 1 szt. Analizatora cząstek stałych (poz. 13.1).
- d) Oprogramowanie (wraz z licencją) – wymagane:
- oprogramowanie sterujące do kontroli, rejestracji i oceny wyników pomiarów, wgrane **na jednostkę sterującą dostarczoną przez Wykonawcę wraz ze sprzętem**, z licencją bezterminową, niewyłączną, jednostanowiskową z możliwością nieodpłatnego pobrania aktualizacji oprogramowania ze strony



internetowej producenta oraz możliwością zainstalowania pobranej aktualizacji oprogramowania na **jednostce sterującej**;

- **oprogramowanie systemu operacyjnego jednostki sterującej do obsługi analizatora cząstek stałych z licencją niewyłączną, bezterminową, na jedno stanowisko z kluczem w postaci kodu cyfrowego, zainstalowane na dostarczonej przez Wykonawcę jednostce sterującej**;

- **koszt oprogramowania systemu operacyjnego jednostki sterującej do obsługi analizatora cząstek stałych Wykonawca wliczy w cenę jednostki sterującej, o której mowa w pkt e).**

e) **Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ze sprzętem, jednostkę sterującą do obsługi analizatora cząstek stałych, o parametrach (konfiguracjach) zaoferowanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 2.1 do SWZ (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia / Przedmiotowe środki dowodowe), dostosowanych do wymogów zaoferowanego sprzętu, umożliwiającego jego prawidłowe działanie.**

f) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ze sprzętem, klucz lub hasło do pobrania oprogramowania ze wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej.

g) Instrukcja obsługi oprogramowania – w języku polskim.

h) Instrukcja obsługi sprzętu – w języku polskim.

i) Instruktaż w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji sprzętu przeprowadzony przez Wykonawcę po dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu sprzętu – wymagany dla 3 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień, przez 3 godziny.

j) Minimalny termin gwarancji na dostarczony sprzęt - 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

k) Serwis gwarancyjny dla dostarczonego sprzętu:

- maksymalny czas reakcji na zgłoszoną usterkę: 48 godzin roboczych, licząc od daty zgłoszenia;

- maksymalny czas naprawy usterki: 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.



W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania **zmienioną wersję** Załącznika nr 1 do SWZ (Wzór umowy w zakresie Zad. 13). Wynikające z powyższego zmiany, zostały zaznaczone kolorem brązowym.

3. Rozdział X SWZ – Termin związania ofertą:

Zamiast:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 26.11.2022 r.”

Jest:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni tj. do dnia 03.12.2022 r.**”

4. Rozdział XIII SWZ – Sposób i termin składania i otwarcia ofert:

Zamiast:

„Zamawiający wyznacza termin składania ofert

DO DNIA: 29.08.2022 r. DO GODZINY: 09:30”

„Otwarcie ofert nastąpi W DNIU: 29.08.2022 r. O GODZINIE: 10:00”.

Jest:

„Zamawiający wyznacza termin składania ofert

DO DNIA: **05.09.2022 r.** DO GODZINY: 09:30”

„Otwarcie ofert nastąpi W DNIU: **05.09.2022 r.** O GODZINIE: 10:00”.

5. W **Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy)** Zamawiający w pkt 18 dopisuje treść oświadczenia Wykonawcy, które dotyczy Zadania nr 6. Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania **zmienioną wersję** Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy) w zakresie wskazanym powyżej. W pozostałym zakresie Załącznik nr 2 do SWZ pozostaje niezmienny.

6. W **Załączniku nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) w Zadaniu 13 – Analizator cząstek stałych,** Zamawiający w pkt 11 dopisuje treść wymagania – jednostki sterującej do obsługi



analizatora cząstek stałych oraz w **Zadaniu 12 – Spektrofotometr z przystawką odbicową**, Zamawiający w wymaganiach dotyczących systemu operacyjnego zmienia tekst jednego wymagania:

Zamiast:

„Naklejka na komputer zawierająca nazwę oprogramowania oraz klucz produktu, bez możliwości usunięcia”.

Jest:

„Naklejka na komputer zawierająca nazwę oprogramowania oraz klucz produktu”.

W pozostałym zakresie Załącznik nr 2.1 do SWZ pozostaje niezmieniony, jednak **należy go czytać w całości, rozszerzająco, łącznie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania (z wyjaśnieniami treści SWZ).**

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania **zmienioną wersję**, w zakresie wskazanym powyżej, Załącznika nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy).

Zamawiający informuje ponadto, iż zamieścił na stronie prowadzonego postępowania **poprawioną wersję SWZ**, a wszelkie zmiany zostały zaznaczone **kolorem brązowym**.

KANCLERZ
/-/ mgr Tomasz Szanser

.....
(podpis)