



Wrocław, dnia 24.06.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp-243/FZ-116/2024

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę *Pojemników na odpady medyczne 60L czerwone*

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści pojemniki 60L bez otworu wrzutowego, (pełna pokrywa)? Pragniemy nadmienić, że otwór wrzutowy nie jest standardowym rozwiązaniem dla tego typu pojemności.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 60L bez „otworu wrzutowego” w pokrywie. W pojemnikach na odpady medyczne o dużych pojemnościach – 30L i 60L – nie stosuje się otworów wrzutowych, ponieważ służą one do gromadzenia większych gabarytowo odpadów medycznych. Do gromadzenia odpadów małych wykorzystywane są pojemniki, o pojemnościach między 0,2L, a maksymalnie 10 litrów, stąd standardowo producenci nie wykonują dla pojemników dużych, pokryw z otworami wrzutowymi, a używające je placówki medyczne, w tym referencyjne, nie mają jakichkolwiek zastrzeżeń do ich funkcjonalności/komfortu użytkowania i bezpieczeństwa.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Z-ca Kierownika Działu
Zamieszkania i Zarządzeń Publicznych

mgr inż. Janek Danaszak

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław

Infolinia 45 95 95 454

Sekretariat: tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 8951645574, REGON 000977893

www.wssk.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**