



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448; BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 38/ZP/2023
DZP/22/2024

Zgorzelec, dnia 15.01.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na: Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych, siatek, różnych materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 t.j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1 - dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1, 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 3:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
 - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej lub niedostarczonej partii towaru. Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
 - b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 9 i 11 niniejszej umowy – w wysokości 50 zł za każdy przypadek,
3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej wskazanej w §2 ust. 5 do **5%**?

Uzasadnienie:

Kara umowna za niewniesienie towarów w wysokości aż 10% ich wartości jest zbyt wygórowana, prosimy o obniżenie jej do 5%.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy (załącznik nr 5 do SWZ) w § 2 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „Dostarczenie towaru oznacza również jego rozładunek wraz ze wstawieniem do pomieszczenia jak w ust. 1 niniejszego paragrafu. Przyjęcie towaru każdorazowo musi być potwierdzone podpisem przez personel apteki. W przypadku, gdy dostawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający samodzielnie dostarczy go do wskazanego pomieszczenia na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ za wykonanie usługi transportowej w wysokości ~~10%~~ 5% wartości danego zamówienia netto.”

Pytanie 2 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć § 2 ust. 10 umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po jego stronie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy zamówionego towaru, dostarczonego po terminie. W takim przypadku, Wykonawca pokryje różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie ~~wraz z pokryciem wszelkich dodatkowych kosztów powstałych w związku z w/wym. okolicznościami~~. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty.*”?

Uzasadnienie:

Zakup zastępczy może być dopuszczalny, gdy brak terminowej dostawy wynika z okoliczności zależnych tylko do Wykonawcy. Ponadto w takiej sytuacji Wykonawca może zwrócić jedynie różnicę w cenie towarów, a nie wszelkie dodatkowe koszty, gdyż nie będzie miał możliwości zweryfikowania ich zasadności oraz wysokości.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy (załącznik nr 5 do SWZ) w § 2 ust. 10, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy zamówionego towaru, dostarczonego po terminie. W takim przypadku, Wykonawca pokryje różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie wraz z ewentualnymi kosztami transportu ~~wraz z pokryciem wszelkich dodatkowych kosztów powstałych w związku z w/wym. okolicznościami~~. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty”.

Pytanie 3 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §4 ust. 3 umowy poprzez wskazanie, że **zmniejszenie poziomu realizacji zamówień nie przekroczy 20% wartości umowy?**

Uzasadnienie:

Zdaniem Wykonawcy minimalny poziom zamówień powinien wynosić 80% wartości umowy, niższe wielkości uniemożliwiają rzetelną ocenę ryzyka i przedłożenie oferty korzystnej dla obu stron

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §6 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku dostarczenia partii towaru o terminie przydatności krótszym niż 12 miesięcy Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie i bezpłatnie wymienić w/wym - na towar o dłuższym terminem przydatności, jednakże nie krótszym niż 12 m-cy - w terminie 3 dni roboczych od dnia **zawiadomienia go o powyższym**.*”?

Uzasadnienie:

Wykonawca musi zostać powiadomiony o fakcie dokonania dostawy wyrobu z terminem przydatności krótszym niż 12 miesięcy i od tego momentu powinien biec termin na dokonanie wymiany.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy (załącznik nr 5 do SWZ) w § 6 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku dostarczenia partii towaru o terminie przydatności krótszym niż 12 miesięcy Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie i bezpłatnie wymienić w/wym - na towar o dłuższym terminem przydatności, jednakże nie krótszym niż 12 m-cy - w terminie 3 dni roboczych od dnia ~~stwierdzenia powyższego zawiadomienia go o powyższym~~.”

Pytanie 5 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §6 ust. 4 umowy i przyjąć, że **termin na wymianę towaru wadliwego na wolny od wad będzie liczony od dnia doreczenia reklamowanego wyrobu do Wykonawcy?**

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego wyrobu, zasadnym jest więc, aby Zamawiający mu go odsyłał.

Odp. Zamawiający po analizie pytania, stwierdza że pytanie dotyczy ust. 5 a nie 4 tak jak Wykonawca zadał pytanie. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający udziela odpowiedzi do ust. 5.

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy (załącznik nr 5 do SWZ) w § 6 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić bezzwłocznie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego wyrobu do Wykonawcy, jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie 3 dni, od daty rozpatrzenia reklamacji.”

Pytanie 6 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną wskazaną w §7 ust. 1 pkt b) umowy **do 50 zł?**

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy zasadnym jest obniżenie kary umownej do 50 zł, gdyż wyższa kwota pozostaje w zbyt dużej dysproporcji w porównaniu do ewentualnej szkody, jakiej może doznać Zamawiający.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć 7 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „*Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, ~~o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.~~*”?

Uzasadnienie:

Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy powinna być oparta o wartość jeszcze niezrealizowanej części umowy, w przeciwnym wypadku miałyby zawsze tę samą wysokość bez względu na ilość zamówionego asortymentu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć § 6 ust. 7 umowy w następującym brzmieniu: „*Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, a w przypadku danej zwłoki – 5% wartości towaru pozostającego w zwłoce.*”?

Uzasadnienie:

Górny limit naliczania kar umownych powinien zostać obniżony, a nadto zasadnym jest ustanowienie osobnego limitu naliczania kar dla danej zwłoki. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odp. Zamawiający po analizie pytania, stwierdza że pytanie dotyczy § 7 ust. 7, a nie § 6 ust. 7 tak jak Wykonawca zadał pytanie. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający udziela odpowiedzi do § 7 ust. 7.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 ust. 3 pkt c) oraz ust. 4 umowy poprzez przyjęcie, że **waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna:**

1) Gdy wskaźnik inflacji przekroczy 4%, a nie 10%,

2) Gdy zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia przekroczy 4%, a nie 10%,

3) W przypadku zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia wynagrodzenie nie spadnie poniżej ceny ujętej w ofercie Wykonawcy

Uzasadnienie:

Zmiana wynagrodzenia Wykonawca powinna być dopuszczalna, gdy wskaźnik inflacji lub wzrost kosztów wykonania zamówienia przekroczy 4%. W przeciwnym wypadku, gdyby wartości te wynosiły 9,9% Wykonawca nie otrzymałby żadnej rekompensaty, podczas gdy omawiane wskaźniki dalej byłyby na wysokim poziomie;

- W przypadku ewentualnej obniżki kosztów wykonania zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy nie powinno spaść poniżej ceny ofertowej, gdyż uwzględnia ona prognozowane obniżki cen w najbliższej przyszłości.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy (załącznik nr 5 do SWZ) w:

A) § 10 ust. 3 pkt. c), który otrzymuje brzmienie: „zmiana cen w związku z inflacją – tj. zmiana cen o półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez GUS, nie częściej niż co 6 miesięcy w okresie obowiązywania umowy, w przypadku gdy wskaźnik ten będzie wyższy niż $\pm 0\%$ 7%. W takim przypadku ceny ulegną zmianie o wysokość opublikowanego przez GUS półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym półroczu. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu uaktualnionego formularza cenowego do akceptacji wraz z wydrukiem obowiązującego i opublikowanego przez GUS wskaźnika inflacji. Po akceptacji proponowanych zmian, sporządzony zostanie Aneks do umowy.”

B) § 10 ust. 4 pkt. a), który otrzymuje brzmienie: „w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na $\pm 0\%$ 7% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Pierwsza zmiana może być wprowadzona po upływie 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy, a każda kolejna po upływie kolejnych 6 miesięcy. Zmiany cen materiałów lub kosztów muszą mieć bezpośredni wpływ na koszt wykonania zamówienia, co musi wykazać Wykonawca, poprzez przedłożenie kalkulacji ceny jednostkowej danego asortymentu na dzień składania oferty oraz na dzień proponowanej zmiany. W takiej sytuacji, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych (zarównoich wzrost jak i spadek), po wykazaniu przez Wykonawcę wzrostu lub spadku cen, przez przedłożenie dokumentów wykazujących wzrost lub spadek cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (należy przedłożyć dokumenty sprzed zmiany cen na etapie składania ofert oraz aktualnie obowiązujące ceny). Z przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać wzrost lub spadek cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej przedmiotu zamówienia o więcej niż $\pm 0\%$ 7% (tzw. kalkulacja ceny jednostkowej na etapie składania ofert oraz na dany etap zmiany poparta dokumentami powodującymi konieczność wprowadzonych zmian). Zamawiający zastrzega, że może samodzielnie wystąpić z wnioskiem do Wykonawcy o obniżenie ceny według zasad w/w. Po wykazaniu i udowodnieniu w/w zmian, strony dopuszczają możliwość podpisania aneksu do umowy zmieniającego ceny o wysokość procentową wykazanej zmiany.

Maksymalna wartość w/w zmian nie może przekroczyć 50% wysokości aktualnie obowiązującej wartości brutto umowy określonej w § 4 Ust 1 Umowy.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §11 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: „Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy, to znaczy jeżeli Wykonawca:

- a) **Czterokrotnie** nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie określonym w § 6,
- b) nie zrealizuje terminowo 4 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego,
- c) nie dostarczy na wezwanie Zamawiającego, dokumentów dopuszczających towar do użytku w placówkach ochrony zdrowia lub innych dokumentów wymaganych prawem.”?

Uzasadnienie:

- Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne jedynie w enumeratywnie wymienionych sytuacjach, za których wystąpienie wyłączoną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a nie np. osoby trzecie lub nawet Zamawiający;
- Umowa jest zawierana na 24 miesiące, a więc zasadnym jest zwiększenie dopuszczalnej liczby uchybień, których zaistnienie nie będzie wiązało się z ryzykiem odstąpienia od umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §11 ust. 2 umowy poprzez przyjęcie, że wypowiedzenie umowy będzie dopuszczalne, **gdy opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przekroczy 14 dni?**

Uzasadnienie:

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do realizowania umowy, gdy Zamawiający będzie opóźniał się z zapłatą o aż 3 kolejne okresy rozliczeniowe – jest to zbyt daleko idące uprzywilejowanie Zamawiającego kosztem Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

(ZAPYTANIE NR 3)**Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie szwów z igłą standardową odwrotnie tnącą?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie szwów z igłą o długości 37mm lub 40mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie szwów z igłą o długości 37mm lub 40mm (do wyboru Wykonawcy).

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie szwów z igłą o krzywiznie 3/8 koła?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści nici nawinięte w „ósemkę” na papierowy nośnik?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

(ZAPYTANIE NR 4)**Pytanie 1 – dotyczy § 2 ust. 5**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie kary do 5% wartości danego zamówienia netto.

Odp. Zamawiający w powyższym zakresie dokonał już modyfikacji wzoru treści umowy – odpowiedź na zapytanie nr 2 pytanie nr 1.

Pytanie 2 – dotyczy § 6 ust. 5 i 8

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu reklamacji oraz wymiany towaru w dni robocze.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 – dotyczy § 7 ust. 1b)

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej do 20 zł za każdy przypadek.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 – dotyczy § 7 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kary umownej od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 – dotyczy § 7 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie całkowitej sumy kar umownych do 30% wartości łącznego wynagrodzenia brutto.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

(ZAPYTANIE NR 5)

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści siatki o następującej charakterystyce:

wytwarzane techniką dziewiarską z przezroczystej i niebieskiej monofilamentowej przędzy polipropylenowej. Posiadają niebieski znacznik ułatwiający właściwe ułożenie implantu w strukturach anatomicznych. Pozioma linia znacznika zakończona strzałką pokrywa się z linią więzadła pachwinowego przy czym strzałka wskazuje oś ciała (środek ciała pacjenta), natomiast linia pionowa pokrywa się z naczyniami nabrzusznymi dolnymi.

Masa powierzchniowa 60-85g/m², powierzchnia porów ok 4,5 mm², grubość siatki ok 0,74 mm

Wymiary: rozmiar S/M (prawa, lewa)- ok. 14,5 x 11,5 x 5,5 cm, rozmiar L (prawa, lewa)- ok 16,5 x 1,5 x 5,5 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 6)

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w poz. 1 dopuści igłę tnącą dwuwkłęsłą kosmetyczną z krzywizną 3/8 koła? Pozostałe parametry bez zmian

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w poz. 3 dopuści igłę odwrotnie tnącą dwuwkłęsłą kosmetyczną z krzywizną 3/8 koła? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 10

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w poz. 10 dopuści igłę o dł. 26mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 13

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w poz. 13 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 7, 9

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w poz.7,9 dopuści nić o dł. 75cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

(ZAPYTANIE NR 7)

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szwy nawinięte na papierowy nośnik?

Odp. Zamawiający dopuszcza szwy nawinięte na papierowy nośnik na okrągło lub w „ósemkę”.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2-9, 12-13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2-9, 12-13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szwy nawinięte na papierowy nośnik lub pakowane na prosto w celu eliminacji pamięci materiału szewnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 5-10

Czy Zamawiający dopuści powlekane, plecione, niewchłaniające nici z politereftalanu etylenu, powlekane silikonem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 11-14

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekane silikonem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 7 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 11, 13, 14, 20, 21

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 8 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7, 10

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 10 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 28-31

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Pakiet nr 4 z pominięciem ww. pozycji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 11 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1, 10, 11, 17

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 12 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 7, 9, 25

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 90 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 13 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odp. Zamawiający dopuszcza igłę wzmocnioną okrągłą z tnącym ostrzem, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 14 – dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku środka antybakteryjnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 15 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 16 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1, 5, 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 17 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 7, 9

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 18 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4-11

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 19 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2 x 60 mm lub igłę tnącą?

Odp. Zamawiający dopuszcza igłę tnącą, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 20 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 10 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 21 – dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę o czasie absorpcji 90-110 dni, gramatura przed wchłonięciem 60-90 g/m², gramatura po wchłonięciu 25-30 g/m², grubości porów 1,5-3,5 mm i w rozmiarze 10 x 15 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 22 – dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę o czasie absorpcji 90-110 dni, gramatura przed wchłonięciem 60-90 g/m², gramatura po wchłonięciu 25-30 g/m², grubości porów 1,5-3,5 mm i w rozmiarze 20 x 30 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 8)

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego niewchłanialnego, syntetycznego, monofilamentowego wykonanego z polipropylenu z dodatkiem polietylenu z igłą o zakończeniu Micro-point, plastyczno/kosmetycznym. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem syntetycznym, wchłanialnym, plecionym, z igłą 3/8 koła, tnącą. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert z szwem syntetycznym, wchłanialnym, plecionym z igłą 3/8 koła tnącą dwukwleśłą kosmetyczną, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem syntetycznym, wchłanialnym, plecionym, z igłą 3/8 koła, odwrotnie tnącą. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert ze szwem syntetycznym, wchłanialnym, plecionym z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą dwukwleśłą kosmetyczną, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

(ZAPYTANIE NR 9)

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę 1/4 koła, szpatułkową odwrotnie tnącą podwójną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igłę 1/2 koła, szpakułkową odwrotnie tnącą podwójną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści igłę 1/4 koła, odwrotnie tnącą kosmetyczną II generacji dwuwkłęsłą podwójną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści igłę pojedynczą 3/8 koła szpakułkową z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę pojedynczą 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła okrągłą, podwójną, o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 7 – dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 23cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 8 – dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 16-27

Czy Zamawiający w ww. pozycjach poprzez NICI MONOFILAMENTOWE, SYNTETYCZNE, POLIPROPYLENOWE, NIEWCHŁANIAŁNE, GŁADKIE, HYDROFOBOWE, DYNAMICZNIE DOPASOWUJĄCE SIĘ DO ŚREDNICY NACZYŃNIA rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniałny, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła?

Odp. Zamawiający rozumie i dopuszcza szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniałny, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła.

(ZAPYTANIE NR 10)

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępnie od wymogu, aby szwy były nawinięte na okrągło na plastikowy nośnik? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby szwy były nawinięte na okrągło lub w „ósemkę” na papierowy nośnik, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłaniałne, plecione, z Poliglaktyny 910 powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu (glacomer 37) oraz stearynianem wapnia, o profilu

podtrzymywania tkankowego ok 80% po 2 tygodniach, ok 50% po 3 tygodniach, czas wchłaniania 56-70 dni. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 11)

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie poz 4 do osobnego pakietu, ponieważ producent wycofał produkt i nie jest już oferowany.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, i informuje że na rynku dostępny jest produkt zgodny z wymogami Zamawiającego.

(ZAPYTANIE NR 12)

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem syntetyczny, niewchłaniałym, monofilamentowym z polipropylenu, z igłą odwrotnie –tnąca dwuwkłęśłą kosmetyczna z nitką o długości 45 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem syntetyczny, niewchłaniałym, monofilamentowym z polipropylenu, z igłą odwrotnie –tnąca 24mm dwuwkłęśłą kosmetyczna z nitką o długości 75cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą okrągłą wzmocnioną 50 mm i nitką o długości nici 100 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 31

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą okrągłą 50 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą tnącą 16 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą odwrotnie –tnąca 26mm dwuwkłęśłą kosmetyczna. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 7 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą okrągłą 40 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 8 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą okrągłą wzmocnioną 40 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 9 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1-13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem syntetyczny monofilamentowy, z poli-p-dioksanonu, wchłaniającym w okresie 180-220 dni o podtrzymywaniu tkankowym 50-60% po 28 dniach.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 10 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą okrągłą. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z podwójną igłą. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 12 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą 6,1mm mikrolancetową typu szpatuła. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 13 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą 6,1mm mikrolancetową typu szpatuła. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 14 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą mikrolancetową typu szpatuła o długości 2x6,6mm i długości nici 45 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 15 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 20

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem z poliglaktyny 910, powlekanej poliglaktyna 370 i stearynianem wapnia, wchłaniającym po około 42 dniach

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 16 – dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka pisarska i Zamawiający wymaga niewchłaniającego wosku kostnego, ponieważ wosk kostny nie wchłania się, osiąga miejscową hemostatykę kości, działając jako bariera mechaniczna (tamponada).

Odp. Zamawiający wymaga zaferowania niewchłaniającego wosku kostnego. Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ – Formularza Cenowego.

Pytanie 17 – dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z niewchłaniającym sterylnym woskiem kostnym o składzie 80% naturalny wosk pszczeli i 20% mirystynian izopropylenu, dzięki któremu wosk jest plastyczny i łatwiej się aplikuje w miejscu krwawienia. Waga płatka 2,5g.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 18 – dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2, 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty na proszek hemostatyczny polisacharydowy złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym trybem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje zgęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia. O zdolności absorpcyjnej 1 g produktu min 60 ml. Resorbowalny w ciągu 48 h (rozkładany przez amylazę). W zestawie aplikator krótki min. 8cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody w zakresie Pakietu nr 13 poz. 2.

Zamawiający dopuszcza w zakresie Pakietu 13 poz. 3, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 19 – dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2, 3

Czy Zamawiający wymaga, aby zawartość endotoksyn była poniżej 2,15EU/produkt – potwierdzone oświadczeniem przez producenta?.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe lecz nie wymaga, aby zawartość endotoksyn była poniżej 2,15EU/produkt – produkt posiada potwierdzone oświadczeniem przez producenta.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/754616> uaktualnione następujące dokumenty:

- 1) **38_ZP_2023_FORMULARZ_CENOWY_ZAŁĄCZNIK_NR_2_DO_SWZ_ZMIANA_1** (zmieniony: pakiet nr 13)
- 2) **38_ZP_2023_SWZ_Załącznik nr 5_UMOWA_ZMIANA_1**

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

Radosław Jabłoński
Zastępca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl