



Warszawa, 20 sierpnia 2024 r.

Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP- 2174/2036/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Dostawa alkomatów, nr ref.: WZP-2036/24/146/Z**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytań złożonych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

### Pytanie nr 1

Dzień dobry,

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1: alkomat bezustnikowy 50 szt. w pkt. 14 dopuści produkt o poniższych parametrach:

- Urządzenie posiadające ergonomiczny uchwyt nie stwarzający zagrożenia upadku urządzenia lub jego wypadnięcia z ręki oraz zapewniający dobry uchwyt jedną ręką. Jednocześnie wyposażone w dodatkowy pasek nadgarstkowy zapewniający pełne bezpieczeństwo urządzenia przed upadkiem. Urządzenie skonstruowane w sposób zwiększający jego odporność przed skutkami upadku. Urządzenie posiadające elementy odblaskowe lub jaskrawy kolor ułatwiający lokalizację urządzenia. Urządzenie mające możliwość badania bez konieczności wymiany lejka min. 5000 osób.

Uzasadnienie: obecny zapis pkt. 14 wskazuje na konkretny produkt i organiczna w znaczący sposób konkurencyjność na rynku od lat wykluczając z postępowań urządzenia światowych marek, co jest sprzeczne z zapisami art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podtrzymanie dotychczasowego zapisu powoduje uprzywilejowanie konkretnego wykonawcy, a także prowadzi do wyeliminowania innych produktów czy wykonawców. Ponadto wyklucza możliwość pozyskania większej ilości ofert, co przekłada się na pozyskanie atrakcyjniejszych warunków zakupu urządzeń. Jednocześnie Zamawiający od lat skazuje się na bardzo wąski zakres dostawców co można w łatwy sposób wykazać poprzez analizę postępowań i ich wyników z ostatnich 4 lat.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z zadaniem pytaniem zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 1 pkt 14, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 2**

Bardzo proszę o informacje jakie warunki techniczne mają spełniać urządzenia? te bezustnikowe a także stacjonarne? W naszej firmie oczywiście posiadamy oba modele które spełniają te kryteria. Ale czy są jakieś sprecyzowane warunki techniczne, które mają spełniać urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia zawarte w załączniku nr 3 do SWZ - dot. zadania nr 1 oraz zadania nr 2.

Odpowiedzi do treści SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

mgr Katarzyna JACAK

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

**Alkomat bezustnikowy - 50 szt.**

1. Przyrząd musi umożliwiać bezkontaktowy pomiar obecności lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu tj. bez użycia ustnika.
2. Pomiar musi nastąpić poprzez pobranie próbki wydychanego powietrza w pojeździe, pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu.
3. Przyrząd musi dokonywać pomiaru za pomocą czujnika elektrochemicznego.
4. Przyrząd powinien gwarantować dokonanie minimum 4000 pomiarów bez wymiany jednostki zasilającej tj. kompletu baterii lub ładowania akumulatorów.
5. Zasilanie: ogólnie dostępne w handlu baterie tj. LR 3, LR6, 6LR61 lub ich akumulatorowe zamienniki.
6. Przyrząd musi być fabrycznie nowy.
7. Czas pomiaru nie może być dłuższy niż 5 sekund.
8. Czas przygotowania przyrządu do pomiaru nie może być dłuższy niż 8 sekund.
9. Pomiar stężenia alkoholu w próbce powietrza musi być dokonywany zarówno w sposób automatyczny, jak i manualny.
10. Przyrząd musi posiadać dwa tryby pobierania powietrza – aktywny oraz pasywny. Tryb aktywny ma umożliwiać badanie za pomocą silnego wydechu, natomiast pasywny (gdy przyrząd sam pobiera próbkę), uruchamiany za pomocą odpowiedniego przycisku, w sytuacji kiedy osoba badana nie może dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza np. osoba nieprzytomna.
11. Przyrząd musi być wyposażony we wskaźnik, który będzie sygnalizował wyniki pomiaru (np. typu LED za pomocą kolorów), tj. określał w sposób jednoznaczny w jakim stanie znajduje się osoba badana, jak również granicę zmierzonego stężenia alkoholu.
12. W przypadku zastosowania w przyrządzie wyświetlacza – menu i bieżące informacje o pracy przyrządu muszą być w języku polskim.
13. Możliwość pracy przyrządu w temperaturach min. od -5°C do + 40°C.
14. **Urządzenie posiadające ergonomiczny uchwyt nie stwarzający zagrożenia upadku urządzenia lub jego wypadnięcia z ręki oraz zapewniający dobry uchwyt jedną ręką. Jednocześnie wyposażone w dodatkowy pasek nadgarstkowy zapewniający pełne bezpieczeństwo urządzenia przed upadkiem. Urządzenie skonstruowane w sposób zwiększający jego odporność przed skutkami upadku. Urządzenie posiadające elementy odblaskowe lub jaskrawy kolor ułatwiający lokalizację urządzenia. Urządzenie mające możliwość badania bez konieczności wymiany lejka min. 5000 osób.**
15. Maksymalna waga przyrządu nie może przekraczać 400 g wraz z bateriami
16. Przyrząd musi posiadać oznaczenie CE.
17. Przyrząd musi posiadać co najmniej 24 – miesięczną gwarancję.
18. Serwis dla przyrządu musi znajdować się w Polsce.
19. Do dostarczonych przyrządów muszą być dołączone:
  - 1) karty gwarancyjne, zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.
  - 2) Instrukcje użytkownika w języku polskim.