



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 36/ZP/2019
DZP/525/2019

Zgorzelec, dnia 24.10.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: zakup odczynników do badań biochemicznych, immunochemicznych i RKZ wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, immunochemicznego, 3 analizatorów do RKZ wraz z systemem informatycznym oraz innym sprzętem technicznym pomocniczym do wykonywania powyższych badań

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie 1

Dot. Pakiet nr 1, część nr 3 Tabela nr 2

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów wykonujących oznaczenia w trzech torach pomiarowych w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w dwóch niezależnych opakowaniach i oddzielnie wymieniany pojemnik na ścieki ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. Pakiet nr 1, część nr 4 Tabela nr 2

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora wykonującego oznaczenia jedynie z krwi pełnej i płynów dializacyjnych, pracujący w oparciu o kasetę, w której znajdują się kalibratory, odczynniki oraz pojemnik na odpady płynne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. Pakiet nr 1, część nr 5 Tabela nr 6, pkt. 1

3. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie witryn chłodniczych posiadających wymiary zewnętrzne nie większe niż 720x860x2020 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Pakiet nr 1, część nr 5 Tabela nr 7, pkt. 13

4. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie lodówko-zamrażarki posiadającej odszranianie statyczne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Pakiet nr 1, część nr 6 Tabela nr 7, pkt. 8

5. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie drukarki laserowej – małej sieciowej p szybkości druku min. 22 str/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 31.10.2019r. do godz. 8:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT – w dniu 31.10.2019r. o godz. 9:00

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający zmienia SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie i publikuje zmienione dokumenty na swojej platformie zakupowej.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Agnieszka Horodecka
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl