



PODDEBICKIE
CENTRUM ZDROWIA®
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddebice, dn. 17.06.2024 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/471/2024

Dotyczy: „Dostawa systemu video z ureterorenoskopem giętkim dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3331/8/2024

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji postanowień ogłoszenia i SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 135. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień dotyczących ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa systemu video z ureterorenoskopem giętkim dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

- Pytanie 1.** Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ – Formularz cenowy oraz parametry techniczne sprzętu medycznego **Wyposażenie, pkt. 33** - Czy zamawiający dopuści kosz do sterylizacji wg następującego opisu: Kosz stalowy perforowany, wykonany z jednego arkusza stali o wymiarach wewnętrznych 538 x 251 x 62 (mm). Uchwyty składane po bokach. Z pokrywą zamykającą. Perforacja dna kosza i pokrywy 4mm. Kosz wyłożony matą silikonową. Mocowania silikonowe z możliwością zmiany położenia umożliwiające bezpieczne zamontowanie ureterorenoskopu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne wymiary kosza do mycia i sterylizacji inne niż podane w pkt 35 Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy oraz parametry techniczne sprzętu medycznego, pod warunkiem że wymiary zewnętrzne kosza będą odpowiednie do sterylizatora plazmowego Sterrad NX nr ref. 10033 będącego w posiadaniu Zamawiającego.
- Pytanie 2.** Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, Warunków ogólnych, pkt 12, 13 i 16 tabeli. Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu zapewnienia bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji wykonywanych przez autoryzowany serwis (autoryzacja potwierdzona dokumentem wystawionym bezpośrednio przez producenta)? Wskazujemy, że brak takiego wymogu nie zapewni Zamawiającemu prawidłowej obsługi serwisowej oraz posprzedażowej sprzętu. Tylko podmiot posiadający autoryzację producenta, dysponującym przeszkolonym personelem i używającym oryginalnych części zamiennych jest w stanie utrzymać wyrób w należyłym stanie technicznym, zapewniającym właściwe funkcjonowanie sprzętu oraz bezpieczeństwo pacjenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji wykonywanych przez autoryzowany serwis, w związku z czym modyfikacji ulega pkt. 12, 13 i 16 Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy oraz parametry techniczne sprzętu medycznego oraz Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy § 3 ust. 4.
- Pytanie 3.** Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, Warunków ogólnych, pkt 14 tabeli. Czy Zamawiający zaakceptuje, ze względu na szybko zmieniające się technologie i rozwiązania w sprzęcie medycznym wspierane przez Producentów, aby zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego miało miejsce przez 8 lat od daty zawarcia umowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zabezpieczenie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego miało miejsce co najmniej przez 8 lat od daty zainstalowania sprzętu medycznego, w związku z tym modyfikacji ulega pkt. 14 Formularza cenowego oraz parametrów technicznych sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ.

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

- Pytanie 4.** Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ – Formularz cenowy oraz parametry techniczne sprzętu medycznego, **Warunki ogólne, pkt. 9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48h?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 5.** Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ – Formularz cenowy oraz parametry techniczne sprzętu medycznego, **Warunki ogólne, pkt. 10, w powiązaniu z zapisami umowy, § 3 ust. 8** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, w związku z tym zamianie ulega pkt. 10 Formularza cenowego oraz parametrów technicznych sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ oraz § 3 ust. 8 Załącznika nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
- Pytanie 6.** Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ – Formularz cenowy oraz parametry techniczne sprzętu medycznego, **Warunki ogólne, pkt. 14** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.
- Pytanie 7.** **Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu/części przedmiotu umowy, uszkodzony element/część podlega wymianie na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni od dnia ujawnienia trzeciej awarii. Wszelkie koszty transportu uszkodzonego oraz nowego sprzętu ponosi Wykonawca. [...]”
„Wykonawca zobowiązany jest w terminie 4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt) liczonych od chwili uznania reklamacji za zasadną wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie.”
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 8.** **Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1b)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,3%?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 9.** **Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1c)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 10.** **Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1d)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 11.** **Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1f)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 12.** **Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1g)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 13.** **Dotyczy warunków umowy § 7, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:** „W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

1. Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni tj. **do dnia 23.10.2024 r.** Bieg terminu rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XVI SWZ, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. Rozdział XVI ust. 9 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.07.2024 r. do godz. 10.00.

3. Rozdział XVII ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2024 r., o godzinie 10:10.

Na podstawie art. 137 ust. 1 i art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert: 26.07.2024 r. godz. 10:00;

- otwarcia ofert: 26.07.2024 r. godz. 10:10;

- termin związania ofertą: 23.10.2024 r.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Załączniki:

- Ogłoszenie o zmianie.

- Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy oraz parametry techniczne sprzętu medycznego, *po modyfikacji*.

- Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy), *po modyfikacji*.

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.

DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ

WICEPREZES ZARZĄDU PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. – LEK. MED. URSZULĘ MARJAŃSKĄ