	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę łóżek szpitalnych – 20 sztuk</p>	<p>Nr sprawy: ZP/40/2023</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Elbląg, dnia 14.08.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę łóżek szpitalnych – 20 sztuk, Nr sprawy ZP/40/2023,

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 1. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą natrysku elektrostatycznego, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, **zapewniające efektywność transferu i wysoką jakość wykończenia**, łóżko elektryczne spełniające wymagania następujących norm, Kompatybilność biologiczna: EN ISO 10993-1:2009/AC:2010: Biologiczna ocena wyrobów medycznych—Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem; EN ISO 10993-5:2009 - Biologiczna ocena wyrobów medycznych—Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro BS EN ISO 10993-10:2010 - Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Badanie działania drażniącego i uczulającego na skórę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 2. Wymiary zewnętrzne łóżka: całkowita długość łóżka 2200 mm (± 10 mm), szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 990mm (± 10 mm), wymiary leża 2000mm x 860mm, ergonomiczna konstrukcja zapewnia korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 5. Szczyty łatwo odejmovane, tworzywowe, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne. Wykonane z tworzywa, lekkie, obłe. Szczyty odlane w całości ułatwiające dezynfekcję. Szczyty łóżka z możliwością szybkiego demontażu, umożliwiające szybkie i bezpieczne przystąpienie do RKO. Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego), ergonomiczna konstrukcja zapewnia korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 7. Leże łóżka 4 segmentowe, w tym 3 elementy ruchome, segmenty leża wypełnione zdejmowanymi poprzecznymi lamelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego z systemem zatraskiwania, lamele wyposażone w otwory wentylacyjne, panele poprzeczne leża wykonane ze zmywalnego tworzywa sztucznego i płyty HPL, zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 8. Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653 Projektu pn „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę łóżek szpitalnych – 20 sztuk</p>	<p>Nr sprawy: ZP/40/2023</p>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Pytanie 6- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 9. Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°, Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30°, Regulacja elektryczna wysokości leża od podłogi 375 mm (+15 / -25 mm) do 755 mm (±10 mm), łóżko wyposażone w nocne podświetlenie LED, umożliwiając personelowi medycznemu łatwe dostosowanie pozycji łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 10. Sterowanie elektryczne przy pomocy pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segm. pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości, rozwiązanie ułatwiające regulację segmentu oparcia pleców oraz segmentu oparcia nóg, bez narażania pacjenta na incydent medyczny w porównaniu do dźwigni umieszczonych pod ramą leża.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 12. Łóżko wyposażone w cztery niezależne, bariery boczne, zabezpieczające pacjenta, łóżko wykonane zgodnie z normą IEC 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierki bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomaganie wbudowanym siłownikiem gazowym pozwalającym na bezpieczne opadanie. Bariery boczne wykonane z tworzywa, wypełnione klejką kolorystyczną, składane poniżej poziomu leża nie powodujące poszerzenia łóżka,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 16. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min.8 kolorów, kolory ramy łóżka biały.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 17. Wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy jako wsparcie przy zapobieganiu i leczeniu odleżyn we wszystkich stadiach (w tym stadium I, II, III, IV, stadium nieokreślone), wykonany z pianki poliuretanowej, materac z pokrowcem nie przepuszczającym płynów z barierą wodoszczelną i zamkiem otwieranym z boków materaca, z krawędziami zszywanymi, , rozciągliwym w min.2 kierunkach, wysokość materaca 14 cm., przezierny dla promieni RTG, pokrowiec bez lateksu, pianka o gęstości min. 32 kg/m³, długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka 2000x860mm. Pokrowiec materaca bez lateksu, z możliwością prania, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie 11- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 17. Wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy jako wsparcie przy zapobieganiu i leczeniu odleżyn we wszystkich stadiach (w tym stadium I, II, III, IV, stadium nieokreślone). Materac wykonany z pianki viscoelastycznej, dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, równomiernie rozkładając jego ciężar bez względu na sposób ułożenia, co zwiększa komfort pacjenta i pozwala na odpowiedni rozkład nacisku. Materac z pokrowcem nie przepuszczającym płynów z barierą wodoszczelną i zamkiem otwieranym z boków materaca, z krawędziami zszywanymi, , rozciągliwym w co najmniej 2 kierunkach, wysokość materaca 14 cm., przezierny dla promieni RTG, długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka 2000x860mm. Pokrowiec materaca bez lateksu, z możliwością prania, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 17. Rama wyciągowa z rur i profili nierdzewnych polerowanych. Rama wyposażona w zestaw rur poprzecznych. W komplecie ramy wieszak na kroplówki z regulacją wysokości Na wyposażeniu dwa uchwyty do podciągania dla pacjenta z możliwością regulacji. Gałki z blokadą przeciw wykręcaniu. Rama zamontowana w gniazdach znajdujących się w narożnikach leża dla zapewnienia wygodnego schodzenia pacjenta z łóżka i możliwie jak najlepszy dostęp personelu do

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę łóżek szpitalnych – 20 sztuk</p>	<p>Nr sprawy: ZP/40/2023</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

pacjenta z boku leża możliwość mocowania i swobodnego przesuwania uchwytów na całej długości rur pionowych ramy, tak aby można było ustawić rury poprzeczne na dowolnej wysokości bez potrzeby zdejmowania całego zestawu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13- dot. Załącznika nr 1.1

W punkcie 17. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z SWZ: "...podwójna rama wyciągowa...". Czy w związku z tak postawionym pytaniem Zamawiający oczekuje aby rama wyciągowa nie była mocowana do belek wzdłużnych ramy leża oraz zawieszania na konstrukcji ramy wypełnienia szczytów łóżka.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 10. Czy Zamawiający wymaga, aby sterowanie funkcjami łóżka odbywało się przy użyciu funkcji elektrycznych, ergonomiczna konstrukcja i rozwiązania w codziennej pracy zapewni korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu, bez konieczności wychylania się pacjenta poza zarys łóżka, aby używać dźwigni znajdującymi się pod leżem, a tym samym możliwość powstania incydentu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 15- dot. Załącznika nr 1.1

Ad 17. Czy Zamawiający wymaga, aby rama wyciągowa zamontowana była w gniazdach znajdujących się w narożnikach leża dla zapewnienia wygodnego schodzenia pacjenta z łóżka i możliwie jak najlepszy dostęp personelu do pacjenta z boku leża, ergonomiczna konstrukcja zapewnia korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 16- dot. Załącznika nr 1.1

Pkt 2 w Tabeli: Czy Zamawiający dopuści leże o wymiarach 895x2000mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17- dot. Załącznika nr 1.1

Punkt 5 w Tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza szczyty łóżka wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 8 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV? Czy zamawiający dopuści dodatkową szufladę na pościel zamiast rozwiązania- szczyt od strony nóg pacjenta z możliwością ułożenia do pozycji poziomej i wykorzystanie jako półka do odkładania pościeli

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18- dot. Załącznika nr 1.1

Punkt 7 w Tabeli: czy Zamawiający dopuszcza leże wypełnione płytami z polietylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odcinane bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19- dot. Załącznika nr 1.1

Punkt 9 w Tabeli: czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu oparcia uda w zakresie: 0 - 45° (±5°)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20- dot. Załącznika nr 1.1

Punkt 12 w Tabeli: czy zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w zintegrowane barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych okrągłych o średnicy 25mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, pod każdą z barierki. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę łóżek szpitalnych – 20 sztuk</p>	<p>Nr sprawy: ZP/40/2023</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Pytanie 21- dot. Załącznika nr 1.1

Punkt 17 w Tabeli: czy Zamawiający dopuszcza tylko pokrowiec z możliwością prania do 95 stopni C oraz suszenia w temperaturze 100 stopni C bez możliwości okazjonalnego prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75 stopni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22- dot. Załącznika nr 1.1

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci podwójnej ramy wyciągowej wykonanej z okrągłych rur - stal węglowa z powłoką epoksydową?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23- dot. Załącznika nr 1.1

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia od momentu zgłoszenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24- dot. Załącznika nr 1.1

Czy Zamawiający dopuści łóżko (20 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 410-810 mm, co minimalnie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca Dyrektora
Ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Dariusz Paulo



Zamówienie zrealizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653 Projektu pn „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020