

**Do wszystkich Wykonawców**

ZP-8/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku do ablacji i elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej (znak sprawy: Z/48/PN/19).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku do ablacji i elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej (znak sprawy: Z/48/PN/19) wpłynęły zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 koszulki naczyniowej stabilizującej cewnik z wzmocnioną ścianą o krzywiznach typu Swartz – R0, L1, L0, LM – do wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania koszulki o zaproponowanych parametrach i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

2. Dotyczy zadania 2, punkt 1c opisu technicznego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie (poza elektrodą o długości 110 cm) również elektrody o długości 95 cm z dodatkowym zbrojeniem, dedykowanej do ablacji cieśni? W ten sposób Zamawiający miałby do dyspozycji elektrody irygowane o długości 110 cm oraz elektrodę o długości 95 cm dedykowaną do zabiegów trzepotania przedsionków. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pkt. 1c opisu technicznego (poza elektrodą o długości 110 cm) również elektrody o długości 95 cm z dodatkowym zbrojeniem, dedykowanej do ablacji cieśni. Zamawiający modyfikuje opis techniczny zadania 2 w pkt. 1c poprzez zmianę zapisu na następujący: „**Długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości 110 cm. Wykonawca może zaoferować dodatkowo (nieobowiązkowo) elektrodę o długości 95 cm z dodatkowym zbrojeniem, dedykowaną do ablacji cieśni.**”

3. Pytanie do zadania 3, punkt 5b opisu technicznego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 10 polowej sterowalnej z dostępnymi płaskimi pierścieniami (bez opcji pierścieni wypukłych).

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 punkt 5b opisu technicznego elektrody diagnostycznej 10 polowej sterowalnej z dostępnymi płaskimi pierścieniami (bez opcji pierścieni wypukłych). Zamawiający zmienia zapis w pkt. 5 b opisu technicznego zadania 3 na następujący: „**Bieguny wypukłe lub płaskie\***


\*..... **podać**”.

4. Dotyczy pakietu 1

W celu zaoferowania korzystnej cenowo oferty zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod ablacyjnych o następujących parametrach:

- elektroda ablacyjna bez chłodzenia, średnica 7 F dwa stopnie swobody (wygina się w dwie strony)
- krzywizna symetryczna
- średnica końcówki elektrody 7 F
- 6 krzywizn do wyboru
- automatyczna blokada dźwigni i nadanej krzywizny

Poniżej zdjęcie proponowanej dźwigni:



- wygięcie 270 stopni
- współpraca z ablatorem Stockert
- oferowane kable do wymaganego generatora

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanych elektrod. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ratio legis art. 38 ust. 1 Pzp polega na uzyskaniu przez wykonawców pewności, co do wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i w konsekwencji umożliwienie podjęcia decyzji, czy są w stanie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć oferty nie podlegające odrzuceniu. W związku z zadaniem przez Wykonawcę pytaniem Zamawiający informuje, że na obecnym etapie prowadzonego postępowania tj. przed złożeniem oferty, nie może dokonać oceny „oferowanego” przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

#### 5. Dotyczy pakietu 2

W celu zaoferowania niebywale korzystnych cenowo elektrod ablacyjnych irygowanych zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu o następujących parametrach:

- elektroda ablacyjna z platynowo-irydową końcówką, chłodzona
- średnica 4 polarnej elektrody 6 lub 7 F
- końcówka platynowo – irydowa
- długość części wprowadzanej do układu 110 cm
- 6 krzywizn do wyboru Zamawiającego
- długość końcówki 4 mm
- krzywizny sterowalne, jednopłaszczyznowe, jednokierunkowe
- zagięcie 270 stopni
- mechanizm sterowania suwakowy
- brak biegunów o przewodności wymaganej w SIWZ
- dwa czujniki temperatury do wyboru TC lub THR
- 6 otworów irygowanych rozłożonych równomiernie w tipie elektrody
- kable kompatybilne z generatorem wymaganym w SIWZ

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanych elektrod. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ratio legis art. 38 ust. 1 Pzp polega na uzyskaniu przez wykonawców pewności, co do wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności dotyczących opisu

przedmiotu zamówienia i w konsekwencji umożliwienie podjęcia decyzji, czy są w stanie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć oferty nie podlegające odrzuceniu. W związku z zadaniem przez Wykonawcę pytaniem Zamawiający informuje, że na obecnym etapie prowadzonego postępowania tj. przed złożeniem oferty, nie może dokonać oceny „oferowanego” przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

#### 6. Dotyczy pakietu 3

Ze względu na możliwość zaoferowania bardzo korzystnej cenowo oferty zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod:

##### Pozycja 1

Elektroda 4 biegunowa diagnostyczna niesterowalna

Średnica elektrody 4 F, 5 F i 6 F do wyboru

Pierścienie płaskie platynowo-irydowe

Minimum 4 bieguny

6 krzywizn do wyboru – oznaczenie kolorystyczne na każdej elektrodzie. Krzywizny odpowiadają krzywiznom pożądanym w SIWZ nazwane nazwą własną producenta

Odległości między biegunami 3 różne w tym 2-5-2

Bieguny dobrze widoczne w skopii RTG

Bezpośrednie zakończenie cewnika stanowi biegun dystalny

Posiadamy łączniki do proponowanych elektrod

##### Pozycja 2

Elektroda diagnostyczna 10 biegunowa niesterowalna

Średnice 4 F, 5 F i 6 F

Bieguny płaskie platynowo-irydowe

Minimum 10 biegunów

Krzywizny co najmniej 2 różne w tym krzywizna CS

Odległość między biegunami 3 różne do wyboru Zamawiającego

Bieguny dobrze widoczne w skopii RTG

Bezpośrednie zakończenie cewnika stanowi dystalny biegun

Posiadamy łączniki do proponowanych elektrod

##### Pozycja 3

Elektroda diagnostyczna 10 biegunowa sterowalna

Średnice 5 i 6 F

Bieguny płaskie platynowo – irydowe

Minimum 10 biegunów

Elektroda zgina się w jedną stronę

Bieguny dobrze widoczne w skopii RTG

Bezpośrednie zakończenie cewnika stanowi dystalny biegun

Różne ilości biegunów do wyboru : 2-8-2 mm, 2-5-2 mm, 2 mm, 5 mm

Posiadamy łączniki do oferowanych elektrod

##### ***Odpowiedź***

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanych elektrod. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ratio legis art. 38 ust. 1 Pzp polega na uzyskaniu przez wykonawców pewności, co do wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i w konsekwencji umożliwienie podjęcia decyzji, czy są w stanie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć oferty nie podlegające odrzuceniu. W związku z zadaniem przez Wykonawcę pytaniem Zamawiający informuje, że na obecnym etapie prowadzonego postępowania tj. przed złożeniem oferty, nie może dokonać oceny „oferowanego” przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania

oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

#### 7. Dotyczy pakietu 4

W celu zaoferowania niezwykle korzystnej cenowo oferty zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów o następujących parametrach.

##### Pozycja 1

Wykonana z nylonowego, elastycznego materiału co ułatwia jej wygięcie, zginanie, pleciony shaft

PTFE w wewnętrznej warstwie o niskim współczynniku tarcia





Dobrze widoczna w obrazie RTG ( platynowy marker)

Koszulka z kranikiem

Miękki tip

Średnica 8 i 8,5 F do wyboru Zamawiającego

Do wyboru 4 rodzaje krzywizn : T0, T1,T2,T3



w zestawie przewodnik 0,032'' 180 cm 3 mm „J”

##### Pozycja 2

Możliwość pomiaru ciśnień metodą bezpośrednią

Igła bez kranika

Do wyboru 2 rodzaje igieł w typ extra sharp

3 długości igieł do wyboru



#### ***Odpowiedź***

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanych asortymentów. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ratio legis art. 38 ust. 1 Pzp polega na uzyskaniu przez wykonawców pewności, co do wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i w konsekwencji umożliwienie podjęcia decyzji, czy są w stanie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć oferty nie podlegające odrzuceniu. W związku z zadaniem przez Wykonawcę pytaniem Zamawiający informuje, że na obecnym etapie prowadzonego postępowania tj. przed złożeniem oferty, nie może dokonać oceny „oferowanego” przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania

oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

8. Dotyczy Zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody ablacyjnej o dwóch stopniach swobody posiadające krzywiznę symetryczną i asymetryczną, które występują w 3 krzywiznach do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrod ablacyjnych o dwóch stopniach swobody posiadających krzywiznę symetryczną i asymetryczną, które występują w 3 krzywiznach do wyboru przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zmienia w opisie technicznym zadania 1 w pozycji 1d zapis, który otrzymuje brzmienie:

**„Krzywizny – co najmniej 3 (różne) \***

**..... (podać)**

**3 krzywizny – 0 pkt**

**powyżej 3 krzywizn – 20 pkt”**

9. Dotyczy Zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody ablacyjnej, w których zginanie końcówki elektrody odbywa się poprzez mechanizm motylkowy z oddzielnym cięgiem do regulacji hamulca?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 elektrody ablacyjnej, w której zginanie końcówki elektrody odbywa się poprzez mechanizm motylkowy z oddzielnym cięgiem do regulacji hamulca (patrz zapis w pkt. III SIWZ dotyczący dopuszczenia zaoferowania przedmiotowego równoważnego przedmiotu zamówienia).

10. Dotyczy Zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody ablacyjnej z końcówką wykonującą zagięcie w zakresie 18 do 33 mm w zależności od wybranej krzywizny?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 elektrody ablacyjnej z końcówką wykonującą zagięcie w zakresie 18 do 33 mm w zależności od wybranej krzywizny (patrz zapis w pkt. III SIWZ dotyczący dopuszczenia zaoferowania przedmiotowego równoważnego przedmiotu zamówienia).

11. Dotyczy Zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody diagnostycznej 4 biegunowej niesterowanej posiadającej płaskie bieguny? Takie rozwiązanie skompresowanych do płaszczyzny cewnika elektrod platynowych zapewnia uzyskanie stałego, niezakłóconego sygnału wysokiej jakości. Dodatkowo oferowane cewniki cechują się konstrukcją unikalnego podwójnego zbrojenia kanału cewnika, który zapewnia całkowitą kontrolę nad jego momentem obrotowym. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje opis techniczny zadania 3 poprzez zmianę zapisu w pkt. 1b na następujący: „**Wypukłe lub płaskie bieguny elektrody\***

**\*..... podać”**

12. Dotyczy Zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody diagnostycznej 10 biegunowej niesterowanej posiadającej płaskie bieguny? Takie rozwiązanie skompresowanych do płaszczyzny cewnika elektrod platynowych zapewnia uzyskanie stałego, niezakłóconego sygnału wysokiej jakości. Dodatkowo oferowane cewniki cechują się konstrukcją unikalnego

podwójnego zbrojenia kanału cewnika, który zapewnia całkowitą kontrolę nad jego momentem obrotowym. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje opis techniczny zadania 3 poprzez zmianę zapisu w pkt. 3b na następujący: „**Wypukłe lub płaskie bieguny elektrody\***

\*..... podać”

13. Dotyczy Zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrody diagnostyczne 10 biegunowe sterowalne posiadające płaskie bieguny oraz występujące w dwóch odległościach między biegunami 2-5-2 oraz 2-6-2 dla 10 biegunów oraz 2-5-2; 2-2-2; 2-10-2 oraz 5-5-5mm dla wersji 8 biegunowej? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie elektrod o zaproponowanych parametrach i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ. Zamawiający informuje, że w zadaniu 3 w pkt. 5 opisu technicznego przedmiotem zamówienia są elektrody diagnostyczne, 10-biegunowe sterowane a nie 8-biegunowe jak proponuje Wykonawca.

14. Pkt XVI SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie pkt XVI SIWZ poprzez dodanie § 2 ust. 11 o następującej treści: „Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z komisji przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w komisji więcej niż jeden asortyment danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności asortyment z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje zapis w § 2 SIWZ poprzez dodanie ust. 11 o następującej treści: „**Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z komisji przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w komisji więcej niż jeden asortyment danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności asortyment z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.**”

15. Pkt XVI SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie pkt XVI SIWZ poprzez dodanie § 2 ust. 12 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności asortymentu pozostającego w komisji.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.

16. Zadanie 1

Zestaw elektrod ablacyjnych bez chłodzenia 1b

Czy zamawiający dopuści elektrody posiadające krzywizny symetryczne, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje opis techniczny zadania 1 poprzez zmianę zapisu w pkt. 1b na następujący: „**Krzywizna elektrody symetryczna lub asymetryczna\***

\*..... podać”

17. Zadanie 3. Zestaw elektrod diagnostycznych 1b

Czy zamawiający dopuści elektrody tylko z biegunami płaskimi?

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje opis techniczny zadania 3 poprzez zmianę zapisu w pkt. 1b na następujący: „**Wypukłe lub płaskie bieguny elektrody\***

\*..... podać”

18. Zadanie 3

3b Czy zamawiający dopuści elektrody tylko z biegunami płaskimi?

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje opis techniczny zadania 3 poprzez zmianę zapisu w pkt. 3b na następujący: „**Wypukłe lub płaskie bieguny elektrody\***

\*..... **podać**”

19. Zadanie 3

5b Czy zamawiający dopuści elektrody tylko z biegunami płaskimi?

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje opis techniczny zadania 3 poprzez zmianę zapisu w pkt. 5b na następujący: „**Bieguny wypukłe lub płaskie\***

\*..... **podać**”

20. Zadanie 3

5g Czy zamawiający dopuści elektrody z odległością biegunów 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2?

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie 24.

21. Dotyczy Pakietu 1:

Czy zamawiający w pakiecie 1 dopuści elektrodę ablacyjną z 4mm tipem bez chłodzenia o jednym stopniu swobody bez krzywizny asymetrycznej z blokadą dźwigni na zasadzie pokrętła o krzywiznach klasycznych: 30mm, 45mm, 60mm co odpowiada zasięgom 54-82mm, bez zagięcia 270 stopni?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie elektrod o zaproponowanych parametrach i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

22. Dotyczy Pakietu 2:

Czy zamawiający w pakiecie 2 dopuści chłodzoną elektrodę ablacyjną o złotym tipie 3.5mm z blokadą dźwigni na zasadzie pokrętła o krzywiznach klasycznych: 30mm, 45mm, 60mm co odpowiada zasięgom 54-82mm, bez zagięcia 270 stopni z 25 otworami irygacyjnymi na tipie i wbudowanym systemie ślimakowym wewnątrz tipu?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie elektrod o zaproponowanych parametrach i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

23. Dotyczy Pakietu 2:

Czy zamawiający w pakiecie 2 dopuści jako dostępną elektrodę dedykowaną do ablacji cieśni niechłodzoną elektrodę o 8mm złotym tipie wykonującej zgięcie 270st jaką rekomenduje do tego typu zabiegów producent?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie elektrod o zaproponowanych parametrach i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

24. Dotyczy Pakietu 3:

Czy zamawiający w pakiecie 3 dopuści sterowalną elektrodę diagnostyczną 10 połową o dostępnym spacingu: 5-5-5, 2-5-2, 2-2-2 oraz 2-8-2?

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje opis techniczny zadania 3 poprzez zmianę zapisu w pkt. 5g na następujący: „**Różne odległości biegunów: 2-6-2 mm, 2-8-2, 2-10-2 mm lub 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2 lub 5-5-5, 2-5-2, 2-2-2, 2-8-2\***

\*.....podać”.

*W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu wszelkie zmiany należy umieścić w Załączniku nr 1 do SIWZ.*

### MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku do ablacji i elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej (znak sprawy: Z/48/PN/19):

- 1) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:  
„Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy *Nazwa Zamawiającego* - <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> nie później niż do 21.01.2020 r. godz. 12.30.”
- 2) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 2 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:  
„Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2020 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.”

Powyższa modyfikacja SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część SIWZ. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian.

Załącznik:

1. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie zadania 1, 2 i 3.

  
**DYREKTOR**  
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego  
im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu  
*Maciej Hoppe*

  
**SPECJALISTA**  
*mgr Alina Pieniak*

