

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „**Aparat Densytometr**” - **znak sprawy: 39/PN/2023/ZS**

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie numer 1

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt II.1

Prosimy o dopuszczenie technologii wąskiej wiązki obrazowania o kącie rozwarcia większym niż 5 stopni, która oczywiście zapewni uzyskanie przedmiotu zamówienia zgodnego z potrzebami Zamawiającego, czyli jednocześnie zapewni skrócenie czasu badań poniżej wymaganych przez Zamawiającego w punkcie (II.4.) i zapewni wysoką jakość badań poprzez detektor cyfrowy z dużo większą ilością elementów detektora niż Zamawiający oczekuje w punkcie (II.6).

To, jak ważna w densytmetrii jest ilość elementów detektora i jak wpływa na wysoką jakość potwierdza również sam Zamawiający dając maksymalnie 5 pkt. dla detektora powyżej 60 elementowego.

To co dla Zamawiającego jest ważne, czyli jak sam Zamawiający uzasadnił w unieważnieniu wcześniejszego postępowania „skrócenie czasu badania i uzyskanie jego wysokiej jakości” można uzyskać nie tylko „wąską wiązką wachlarzową o kącie rozwarcia 5 stopni”, bo takie rozwiązanie mają aparaty tylko i wyłącznie jednego producenta – firmy GE, ale też powyższe cele Zamawiającego można uzyskać w przypadku wąskiej wiązki wachlarzowej o kącie rozwarcia powyżej 5 stopni.

Dlatego brak dopuszczenia „technologii wąskiej wiązki obrazowania o kącie rozwarcia większym niż 5 stopni” i określenie przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie pod jedną firmę – producenta GE jest niezgodne z Ustawą Pzp i narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Zamawiający po przeprowadzeniu dokładnej analizy rynku uznaje, iż obecny zapis z SWZ dotyczący technologii wiązki, mogą spełniać aparaty densytmetryczne co najmniej 3 producentów.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

D Y R E K T O R
Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Dr n. med. Marek Tombarkiewicz