



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 24/ZP/2023
DZP/283/2023

Zgorzelec, dnia 06.11.2023r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu na: Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania krwi utajonej, narkotyków i szybkich testów mikrobiologicznych, wraz z dzierżawą czytnika testów immunochromatycznych III.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 t.j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie nr 1 dot. zał. nr 2 do SWZ - Formularz cenowy :

Prosimy o informację w jaki sposób przeliczyć (dokonać zaokrąglenia) ilość testów zaofiarowanych w Pakiecie zbiorczym na odpowiednią liczbę opakowań w sytuacji, w której wynik dzielenia liczby testów przez liczbę opakowań nie jest liczbą całkowitą? Zamawiający dopuścił tylko przeliczenie, nie pisząc o metodzie przeliczenia.

Odp. Ilość opakowań odczynników przewidywaną na okres 36 miesięcy musi być obliczona z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę.

Pytanie nr 2 dot. poz. 5 formularza cenowego :

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 5 Zamawiający dopuści zaofiarowanie testu panelowego 12-parametrowego wykrywającego z wyższą czułością wszystkie narkotyki wymienione w specyfikacji plus jeszcze dodatkowy narkotyk, tj. AMP-300, BAR-300, BUP-10, BZD-200, COC-100 MDMA-500, MET -500, MOR-100, MTD-300, TCA-1000, THC-25, PCP-25?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie nr 3 dot. poz. 11 formularza cenowego :

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 11 Zamawiający dopuści zaofiarowanie testu 10-parametrowego wykrywającego te same narkotyki przy wyższej czułości, tj. AMP-300, BAR-300, BZD-200, COC-100 MDMA-500, MET-300, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-25?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie nr 4 dot. poz. 11 formularza cenowego :

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 11 Zamawiający dopuści zaofiarowanie testu 10-parametrowego wykrywającego te same narkotyki przy standardowej czułości dla narkotyków wymienionych w specyfikacji, tj. AMP-1000, BAR-300, BZD-300, COC-300 MDMA-500, MET-1000, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-50?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie nr 5 dot. poz. 14 formularza cenowego :

Czy w pakiecie zbiorczym poz. 14 Zamawiający dopuści test wykrywający MDPV przy standardowej czułości dla tego narkotyku (MDPV-1000)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. poz. 15 formularza cenowego :

Czy w pakiecie zbiorczym poz. 15 Zamawiający dopuści test 5-parametrowy, wykrywający narkotyki opisane w SIWZ plus 3 dodatkowe narkotyki, tj.: ABP, MEP, K2, MDPV, CAT?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie nr 7 dot. poz. 16 formularza cenowego :

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 16 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu 12-parametrowego wykrywającego następujące narkotyki: AMP-300, BUP-10, BZD-200, FYL-20, MDMA-500, MET-300, MTD-300, OPI-300, YHC?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. poz. 17-18 formularza cenowego :

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie zbiorczym poz. 17 i 18 opakowania kontroli do narkotyków zawierającego jednocześnie fiolkę kontroli dodatniej i ujemnej (po 5 ml każda)? Takie rozwiązanie umożliwi Państwu otrzymanie kontrolni jednoseryjnych, dostarczonych w tym samym czasie, co pozwoli na wykonanie badań z większą precyzją.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Karina Suttor
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
Agnieszka Śniadała
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Karina Suttor