

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zużywalnego asortymentu laboratoryjnego
Nr sprawy: ZP-20-072UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 4 poz. 10,11,12,13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego postępowania pozycji 10, 11, 12 oraz 13? Wdzielenie osobnego pakietu pozwoli na udział większej ilości wykonawców, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis SIWZ poprzez wyłączenie poz. 10,11,12,13 z Pakietu nr 4. Tworzy nowy Pakiet nr 4A „Probówki typu Falcon”.

W załączeniu niniejszej informacji dołączona jest korekta SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 10 dopuści produkt z dwupozycyjnym korkiem wtykanym, pakowany po 125 sztuk w opakowaniu zbiorczym 1000 sztuk i zaproponowanie 120 opakowań, co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza produkt z dwupozycyjnym korkiem wtykanym z zachowaniem pozostałych parametrów. W związku z wyłączeniem z Pakietu nr 4 poz. 10,11,12,13 (zgodnie z odpowiedzią na pyt. 1) Zamawiający wymaga aby oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki była zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoficerowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pyt. 3 Pakiet nr 4 poz. 11

Czy Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 11 dopuści produkt o wymiarach 17x120 mm, z niebieską okrągłą nakrętką, wytrzymałością do prędkości wirowania 12000xg, sterylny i wolny od pirogenów, DNAz i RNAz, z zachowaniem pozostałych parametrów, pakowany po 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym 500 sztuk i zaproponowanie 7 opakowań, co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza produkt o wymiarach 17x120 mm, z niebieską okrągłą nakrętką, wytrzymałością do prędkości wirowania 12000xg, sterylny i wolny od pirogenów, DNAz i RNAz, z zachowaniem pozostałych parametrów.

W związku z wyłączeniem z Pakietu nr 4 poz. 10,11,12,13 (zgodnie z odpowiedzią na pyt. 1) Zamawiający wymaga aby oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki była zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoficerowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pyt. 4 Pakiet nr 4 poz. 12

Czy Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 12 dopuści produkt o wymiarach 30x115 mm, z niebieską okrągłą nakrętką, wytrzymałością do prędkości wirowania 16000xg, sterylny i wolny od pirogenów, DNAz i RNAz, z zachowaniem pozostałych parametrów, pakowany po 25 sztuk w opakowaniu zbiorczym 500 sztuk i zaproponowanie 6 opakowań, co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza produkt o wymiarach 30x115 mm, z niebieską okrągłą nakrętką, wytrzymałością do prędkości wirowania 16000xg, sterylny i wolny od pirogenów, DNAz i RNAz, z zachowaniem pozostałych parametrów.

W związku z wyłączeniem z Pakietu nr 4 poz. 10,11,12,13 (zgodnie z odpowiedzią na pyt. 1) Zamawiający wymaga aby oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki była zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoficerowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pyt. 5 Pakiet nr 4 poz. 13

Czy Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 13 może doprecyzować, czy produkt ma być z wentylacją?

Odp.: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga butelek do hodowli z korkiem z filtrem czyli z wentylacją.

Pyt. 6 Pakiet nr 4

Produkt wyspecyfikowany w pozycji 1 jest pakowany w następujący sposób – 1000 szt. W opakowaniu. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację tabeli w następujący sposób: 148 opakowań po 1000 sztuk ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 1000 sztuk. Skorygowany formularz asortymentowoceny w załączeniu niniejszej informacji.

Pyt. 7 Pakiet nr 4

Produkt wyspecyfikowany w pozycji 2 jest pakowany w następujący sposób – 1000 szt. W opakowaniu. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację tabeli w następujący sposób: 92 opakowania po 1000 sztuk ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 1000 sztuk. Skorygowany formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu niniejszej informacji.

Pyt. 8 Pakiet nr 4

Produkt wyspecyfikowany w pozycji 3 jest pakowany w następujący sposób – 500szt. W opakowaniu. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację tabeli w następujący sposób: 14 opakowań po 500 sztuk ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 500 sztuk. Skorygowany formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu niniejszej informacji.

Pyt. 9 Pakiet nr 4

Produkt wyspecyfikowany w pozycji 11 jest pakowany w następujący sposób – 500szt. W opakowaniu. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację tabeli w następujący sposób: 7 opakowań po 500 sztuk ?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 3

Pyt. 10 Pakiet nr 4

Produkt wyspecyfikowany w pozycji 12 jest pakowany w następujący sposób – 500szt. W opakowaniu. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację tabeli w następujący sposób: 6 opakowań po 500 sztuk ?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4

Pyt. 11 Pakiet nr 4

Prosimy o wydzielenie z pakietu 4 pozycji nr 4, 10 oraz 13 i przeniesienie ich do oddzielnej części postępowania. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert.

Odp.: Zgodnie z korektą umieszczoną w pytaniu nr 1.

Pyt. 12 dot. projektu umowy (dla pakietów 2 oraz 4)

Czy ze względu na obecną sytuację epidemiczną i utrudniony ruch graniczny (magazyny producenta, którego produkty chcielibyśmy zaproponować znajdują się w Niemczech) Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostawy do 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia lub do możliwie jak najdłuższego terminu ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dla pakietów nr 2 i 4.

Pyt. 13 dot. projektu umowy (dla pakietów 2 oraz 4)

Czy ze względu na obecną sytuację epidemiczną i utrudniony ruch graniczny (magazyny producenta, którego produkty chcielibyśmy zaproponować znajdują się w Niemczech) Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych za każdy dzień opóźnienia dostawy danej partii produktów do 0,2% lub możliwie jak najniższej wartości?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 14 dot. sposobu obliczania ceny

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn.. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)

Odp.: Zamawiający w formularzach cenowych w przypadku drobnego sprzętu laboratoryjnego takiego jak końcówki, szkiełka, próbówki wymaga podania cen za opakowanie a nie za sztukę dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapis Rozdz. XII dotyczący sposobu obliczania ceny.

Pyt. 15 dot. projektu umowy § 1 ust. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizna, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 16 dot. projektu umowy § 1 ust. 6

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „ Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy?

Odp.: Zamawiający koryguje treść projektu Umowy § 1 pkt. 6 w następujący sposób:

Było: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie”.

Jest: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części. Minimalna ilość przedmiotu umowy, jaką zamawiający powinien zamówić w toku realizacji umowy wynosi w zakresie rzeczowym i ilościowym - 60% ilości przedmiotu zamówionego określonego w SIWZ. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie”.

Pyt. 17 dot. projektu umowy § 2 ust. 5 pkt. b

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. - dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w § 2 ust. 5 pkt. b na przedłużenie terminu wymiany wadliwego towaru na wolny od wad do 5 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Pyt. 18 dot. projektu umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia / wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki z uwagi na nieadekwatność do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 19 dot. projektu umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości netto umowy”
Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 20% netto wartości umowy, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24 ust. 1 pkt. 1 umowy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat. Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary od niezrealizowanej wartości umowy brutto.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 20 dot. projektu umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu mówiącego, iż: W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 21 dot. projektu umowy § 5

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 22 Pakiet nr 2 poz. 2

Proszę o określenie, czy wymagają Państwo podłoża AMIES czy STUART czy może Cary Blair? Czy podłoże ma zawierać dodatkowo węgiel aktywny?

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: System transportowy do wymazów, z podłożem, zabezpieczający tlenowce i beztlenowce.

Jest: System transportowy do wymazów, z podłożem AMIES bez węgla aktywnego, zabezpieczający tlenowce i beztlenowce.

Pyt. 23 Pakiet nr 2 poz. 3

Proszę o określenie, czy wymagają Państwo podłoża AMIES czy STUART?

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: System transportowy do wymazów z podłożem, zawierające węgiel aktywny.

Jest: System transportowy do wymazów z podłożem AMIES, zawierające węgiel aktywny.

Pyt. 24 Pakiet nr 2 poz. 4

Czy wyraża Państwo zgodę na zaferowanie kuwet o poj. 0,5-2,5ml spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 25 Pakiet nr 2 poz. 21

Czy wyraża Państwo zgodę na zaferowanie próbek o poj. 11ml?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 26 Pakiet nr 3 poz.2

Czy wyraża Państwo zgodę na zaferowanie próbek o poj. 11ml?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 27 Pakiet nr 3 poz. 3

Czy wyraża Państwo zgodę na zaferowanie próbek o poj. 11ml bez obrzeża?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pyt. 28 Pakiet nr 3 poz. 4

Czy wyraża Państwo zgodę na zaferowanie próbek o poj. uż. 4 i żądanymi wymiarach?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 29 Pakiet nr 3 poz. 13

Czy wyraża Państwo zgodę na zaoferowanie pojemników z ABS na 10 szkiełek?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: Pojemniki PP na szkiełka podstawowe

Jest: Pojemniki PP transportowy na 2 szkiełka podstawowe.

Pyt. 30 Pakiet nr 3 poz. 14

Prosimy o zweryfikowanie wymiarów probówek szklanej.

Odp.: Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: Probówki szklane średnicy 10mm, wysokość 12mm

Jest: Probówki szklane średnicy 10mm, wysokość 120mm

Pyt. 31 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycje nr 1-3 (pateczki do wymazów) i utworzenie osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 32 Pakiet nr 2

Poz. 1-3 Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia dla poz. nr 1,2,3, poprzez dodanie do opisu „wyroby sterylizowane radiacyjnie; klasy IIa”

Pyt. 33 Pakiet nr 2

Poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32

Pyt. 34 Pakiet nr 2

Poz. 2-3 Czy Zamawiający dopuszcza wyroby 1op.=50szt?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 35 dot. projektu umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 5 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 36 dot. projektu umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych **poprzez zmianę odsetek ustawowych za opóźnienie na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych** ?

W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle tejże ustawy odsetki powinny być w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp i odpowiedzią na pytanie nr 1, Zamawiający koryguje treść SIWZ w zakresie Rozdz. I; Rozdz. II pkt. 1, 6, 8, 10, 13.3; Rozdz. VI pkt. 9.1 ppkt. a, f; Rozdz. VII pkt. 5b; Rozdz. IX pkt. 1,7,12; Rozdz. XVI; załącznika nr 4; Załącznik nr 7 (Projekt Umowy). Numeracja załączników do SIWZ nie ulega zmianie.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a ustawy pzp, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

07.08.2020 r. godz.: 08:00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 08:30

W załączeniu niniejszej informacji dołączona jest tylko skorygowana część następujących rozdziałów: Rozdz. I; Rozdz. II pkt. 1, 6, 8, 10, 13.3; Rozdz. VI pkt. 9.1 ppkt. a, f, g; Rozdz. VII pkt. 5b; Rozdz. IX pkt. 1,7,12; Rozdz. XVI; załącznik nr 4; Załącznik nr 7 (Projekt Umowy) oraz dodany załącznik asortymentowo - cenowe nr 4A. W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.

I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zużywalnego asortymentu laboratoryjnego wg. pakietów:

- Pakiet nr 1 – Pipety nastawne i statywy
- Pakiet nr 2 – Asortyment zużywalny do badań laboratoryjnych
- Pakiet nr 3 – Jednorazowy asortyment laboratoryjny
- Pakiet nr 4 – Probówki i końcówki do pipet typu Eppendorf
- Pakiet nr 4A – Probówki typu Falcone

Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione są w załączniku nr 1 – 4A.

II) USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych powyżej zadań (pakietów) od 1 do 4A - poszczególnych części zamówienia. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie zadań (pakietów).
6. Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz. 186 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie **nie dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2; Pakietu nr 2 poz. 7-21; Pakietu nr 3 poz. 9, 13-14; Pakietu nr 4; Pakietu nr 4A**
8. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dot. pakietu nr 1, 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dot. pakietu nr 2, 4.
10. Zamawiający wymaga aby jakość i czystość każdej partii była oddzielnie testowana i potwierdzona pisemnie - dotyczy Pakietu nr 4A poz. 2,3
- 13.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWA ZUŻYWALNEGO ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO , ZP-20-072UN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

9. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

9.1 W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego **na wezwanie, zamawiający żąda dostarczenia:**

- a) Powiadomienia/Zgłoszenia lub Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.) nie dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2; Pakietu nr 2 poz. 7-21; Pakietu nr 3 poz. 9, 13-14; Pakietu nr 4; Pakietu nr 4A
- f) próbki dla Pakietu nr 4 – po 3 sztuki z poz. od 1 do 9
- g) próbki dla Pakietu nr 4A – po 3 sztuki z poz. od 1 do 4

VII) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5b. formularz asortymentowo-cenowy w zakresie, na który Wykonawca składa ofertę sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załączniki nr 1 – 4A do SIWZ.

IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

Pakiet nr 1	1 793,00
Pakiet nr 2	1 154,00
Pakiet nr 3	441,00
Pakiet nr 4	2820,00
Pakiet nr 4A	1204,00

7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr rachunku 30 1130 1091 0003 9110 0620 0003** z dopiskiem:

**„Wadium, przetarg na: „DOSTAWA ZUŻYWALNEGO ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO ”
nr sprawy ZP-20-072UN”**

12. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWA ZUŻYWALNEGO ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO” oznaczenie sprawy: ZP-20-072UN.

XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

Załączniki nr 1- 4A do SIWZ - załącznik asortymentowo-cenowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 4 Probówki i końcówki do pipet typu Eppendorf

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość opakowań/sztuk	Cena jednostkowa netto za opakowanie/sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kończówki do pipet żółte, 2-200 µl – opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie (żółte) dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 min.) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Długość końcówek 53 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 2 worki po 500 końcówek (1000 szt.). Kończówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy ISO 8655.	296 opakowań po 500 sztuk lub 148 opakowań po 1000 sztuk							
2	Kończówki do pipet niebieskie 50-1000 µl – opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie (niebieskie), dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 min.) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Długość końcówek 71 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 2 worki po 500 końcówek (1000 szt.). Kończówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Ergonomicznie zaprojektowana	184 opakowań po 500 sztuk lub 92 opakowania po 1000 sztuk							

	końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy ISO 8655.								
3	Końcówki do pipet niebieskie 100-5000 µl – opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie, dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 min.) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Długość końcówek 120 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 5 torebek po 100 końcówek (500 szt.). Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów . Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy ISO 8655.	70 opakowań po 100 sztuk lub 14 opakowania po 500 sztuk							
4	Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 0,2ml do reakcji PCR z indywidualnym zamknięciem dla każdej probówki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki oraz na zewnętrznej powierzchni korka, umożliwiająca łatwe podpisywanie probówek. Korek zawieszony na zawiasie umożliwia określoną pozycję wieczka. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie oraz zabezpieczenie przed kontaminacją. Łatwe otwarcie probówek. Do stosowania we wszystkich typowych termocyklerach z formatem bloku 0,2ml. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP, bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Niepirogenne, bezbarwne.	16 opakowań po 1000 sztuk							

5	<p>Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 0,5ml z indywidualnym zamknięciem. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,1; 0,25 i 0,5ml. umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwia łatwe podpisanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenie mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność Safe Lock. Zapewniona sprawność w temperaturach od – 86°C do +100 °C. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNaz oraz RNaz. Bezbarwne.</p>	<p>24 opakowania po 500 sztuk</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	<p>Probówki cienkościennie typu Eppendorf o poj. 1,5ml do reakcji PCR. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5; 1,0 i 1,5ml. umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenie mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. Zapewniona sprawność w temperaturach od – 86°C do +100 °C. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku (121°C, 20 minut). Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Bezbarwne.</p>	<p>55 opakowania po 1000 sztuk</p>							
7	<p>Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,1 - 20 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 40 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek(1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655.</p>	<p>160 opakowań po 1000 sztuk</p>							

8	<p>Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,5 - 20 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 46 mm; pakowane w workach umożliwiającym powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek (1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655.</p>	76 opakowań po 1000 sztuk							
9	<p>Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,1 - 10 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 34 mm; pakowane w workach umożliwiającym powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek(1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655.</p>	10 opakowań po 1000 sztuk							
10	<p>Dozownik, butelka typu Eppendorf 10 - 100 ml, do stosowania z agresywnymi odczynnikami, rozpuszczalnikami organicznymi</p>	2 sztuki							

	RAZEM								
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

.....

Podpis Wykonawcy

	<p>żłobionymi bokami ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiającą stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86°C do +100°C. Wytrzymałość do prędkości wirowania 19,500xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 50 ml probówek stożkowych. Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów i niezawierające DNAz, RNAz i DNA. Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i potwierdzona pisemnie.</p>									
4.	Butelki do hodowli 50 ml, korek z filtrem 0,2 - 0,22 mikrona, sterylne.	3 000								
	RAZEM									

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

.....
Podpis Wykonawcy

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: **40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24**

NIP: **954 22 70 611**

który reprezentuje :

1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

NIP :..... REGON :

który reprezentuje:

1

2.....

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa określonych ilościowo i asortymentowo w załączniku nr 1 do umowy.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Umowa zawarta na czas określony **od do r**
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie **3 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia. Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego drogą listową bądź faksową, szczegółowo określających ilości towaru dot. pakietu nr 1, 3 **lub**
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie **5 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia. Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego drogą listową bądź faksową, szczegółowo określających ilości towaru dot. pakietu nr 2, 4.
5. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępianiem od umowy nawet w części. Minimalna ilość przedmiotu umowy, jaką zamawiający powinien zamówić w toku realizacji umowy wynosi w zakresie rzeczowym i ilościowym - 60% ilości przedmiotu zamówionego określonego w SIWZ. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie

§ 2

Warunki dostawy

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi nie dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2; Pakietu nr 2 poz. 7-21; Pakietu nr 3 poz. 9, 13-14; Pakietu nr 4, Pakietu nr 4A
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu dostawy.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
5. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w §4 pkt.1:
 - a) realizować zamówienia terminowo
 - b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
6. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca dostarczy do każdej dostawy indywidualny protokół kalibracji pipet z nr serii - dotyczy Pakietu nr 1.
8. Wykonawca dostarczy potwierdzenie jakości i czystości każdej partii oddzielnie testowana i potwierdzona pisemnie - dotyczy Pakietu nr 4A poz. 2,3.

§ 3 Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto zł plus należny podatek VAT...% tj.zł. Razem:zł brutto (słownie: ...zł).
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.
3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do **60 dni** od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania faktury.
Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w przypadku:
 - a) zmiany numeru katalogowego, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany, udoskonalony produkt;
 - b) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów,
 - c) zmianę sposobu konfekcjonowania
 - d) zakończenie produkcji, wycofania z rynku lub czasowej niedostępność na rynku przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim przypadku dopuszcza się zmianę na inny nowy produkt pod warunkiem, że będzie miał takie same lub lepsze parametry w porównaniu z określonymi w SIWZ.
Aby wprowadzić taką zmianę w umowie Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu zaistnienie wszystkich powyżej określonych przesłanek tj.
 - proponowany nowy produkt jest zgodny z SIWZ,
 - brak produktu umowy nie wynika z winy Wykonawcy.
 - e) niskiego wykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy – podstawa prawna art. 144 ust. 5 Pzp.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować: zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne.
6. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany urzędowej zmiany ceny wprowadzonej obwieszczeniem lub innym aktem prawnym odpowiedniego Ministra, przy czym taka zmiana ceny może dotyczyć tylko obniżenia ceny oferowanego przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
 - a) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;;
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,jeżeli zmiany określone powyżej litera a-c będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy. Zmiany będą obowiązywać od chwili podpisania stosownego aneksu.

§ 4 Kary umowne i odsetki

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia.
5. W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
6. Kary umowne naliczone zgodnie z punktem 1 niniejszego paragrafu nie mogą przekroczyć łącznie 20% wartości netto przedmiotu umowy.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w całości lub części i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt.5b.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo Zamówień Publicznych.
2. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 pkt.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY