



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 69/ *Al* /2019

Wrocław, dnia 08.01.2020r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **DOSTAWA OPATRUNKÓW**

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1:

Zadanie 6, poz 1-6

Czy Zamawiający wymaga opatrunek jałowy wykonany z włókniny?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza do zaoferowania opatrunek jałowy wykonany z włókniny.

Pytanie 2:

Zadanie 6, poz 1-6

Czy Zamawiający wymaga opatrunek jałowy z zaokrąglonymi brzegami?

Odpowiedź na pytanie 2 :

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza do zaoferowania opatrunek jałowy z zaokrąglonymi brzegami.

Pytanie 3:

Zadanie 6, poz 1-6

Czy Zamawiający wymaga opatrunek jałowy sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza do zaoferowania opatrunek jałowy sterylizowany radiacyjnie.

Pytanie 4:

Zadanie 6, poz 1-6

Czy Zamawiający wymaga opatrunek jałowy pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza do zaoferowania opatrunek jałowy pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym.

Pytanie 5:

Zadanie 6, poz 1-6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w rozmiarze 5 x 7,5 cm?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 6:

Zadanie 6, poz 7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 7 z Zadania 6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 7:

Zadanie 6, poz 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra do mocowania wenflonów z hipoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastra do mocowania wenflonów z hipoalergicznym klejem akrylowym.

Pytanie 8:

Zadanie 1, poz 8-9

Czy Zamawiający wydzieli poz. 8 i 9 z Zadania 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Zestaw pytań nr 2:**Pytanie 1:**

Zawracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 16 pozycji od 1 do 26 oraz 40 do 44.

Wydzielenie tych pozycji z pakietu pozwoli przystąpić do postępowania większej ilości Wykonawców, oraz pozwoli złożyć konkurencyjne oferty.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Zestaw pytań nr 3:**Pytanie 1:**

Pakiet 1 poz. 7

Czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie nazwy asortymentu odnośnie ilości warstw i nitkowości kompresu?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zaszła omyłka pisarska w opisie nazwy asortymentu odnośnie ilości warstw i nitkowości kompresu.

Pytanie 2:

Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kompres 12w 17nit?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 3:

Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 4:

Pakiet 1 poz. 7, 11-15

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 7, 11-15 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 5:

Pakiet nr 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 8-12 min i długości 4m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 6:

Pakiet nr 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną pojedynczo z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 7:

Pakiet nr 4 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą pakowaną pojedynczo w opakowanie papierowe lub w kartonik?

Odpowiedź na pytanie 7:

Pytanie jest mało precyzyjne, Zamawiający nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi.

Pytanie 8:

Pakiet nr 4 poz. 7-10

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy poliestrowy?

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 9:

Pakiet nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy w opakowaniu a'12szt, gdzie każdy podkład jest owinięty foliową osłoną z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania podkład podgipsowy w opakowaniu a'12szt, gdzie każdy podkład jest owinięty foliową osłoną z przeliczeniem podanych ilości.

Pytanie 10:

Pakiet nr 4 poz. 8-10

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy w opakowaniu a'6szt, gdzie każdy podkład jest owinięty foliową osłoną z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający dopuści do zaoferowania podkład podgipsowy w opakowaniu a'6szt, gdzie każdy podkład jest owinięty foliową osłoną z przeliczeniem podanych ilości.

Pytanie 11:

Pakiet nr 4 poz. 11-13

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień w formie krzyżaka o czasie wiązania 5-6 minut, o czasie zanurzenia 8-10 sekund?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 12:

Pakiet nr 5 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości w stanie swobodnym 10m, w stanie rozciągniętym 25m, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 13:

Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 1,5-3,5cm bądź 2,5-4,5cm?

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 14:

Pakiet nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 2,5-4,5cm?

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkowy rękaw o szerokości 2,5-4,5cm.

Pytanie 15:

Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 4,0-6,5 cm?

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkowy rękaw o szerokości 4,0-6,5 cm.

Pytanie 16:

Pakiet nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 5,0 -9,5 cm?

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkowy rękaw o szerokości 5,0 -9,5 cm.

Pytanie 17:

Pakiet nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 6,5 -13,5 cm?

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 18:

Pakiet nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 8,0 -14,0 cm?

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 19:

Pakiet nr 6 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści plastry/opatrunki pokryte klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający dopuści do zaoferowania plastry/opatrunki pokryte klejem akrylowym.

Pytanie 20:

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za plaster jałowy z centralnym opatrunkiem w zbiorczym opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie 20:

Wycena zgodnie z SIWZ za 1 szt. oraz z dopiskiem o wielkości opakowania.

Pytanie 21:

Pakiet nr 6 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za plaster jałowy z centralnym opatrunkiem w zbiorczym opakowaniu a'30szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie 21:

Wycena zgodnie z SIWZ wraz z informacją o wielkości opakowania.

Pytanie 22:

Pakiet nr 6 poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za plaster jałowy z centralnym opatrunkiem w zbiorczym opakowaniu a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie 22:

Wycena zgodnie z SIWZ wraz z informacją o wielkości opakowania.

Pytanie 23:

Pakiet nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opatrunek jałowy do mocowania wenflonów w zbiorczym opakowaniu a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie 23:

Wycena zgodnie z SIWZ wraz z informacją o wielkości opakowania.

Pytanie 24:

Pakiet nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opatrunek jałowy do mocowania wenflonów w zbiorczym opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie 24:

Wycena zgodnie z SIWZ za 1 szt. oraz z dopiskiem o wielkości opakowania.

Pytanie 25:

Pakiet nr 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści przyklepic włókninowy z klejem akrylowym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający dopuszcza do zaferowania przyklepic włókninowy z klejem akrylowym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 26:

Pakiet nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy z opatrunkiem z klejem akrylowym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający dopuszcza do zaferowania plaster tkaninowy z opatrunkiem z klejem akrylowym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 27:

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 96 x 96 x 136cm?

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający dopuszcza do zaferowania chustę trójkątną w rozmiarze 96 x 96 x 136cm.

Pytanie 28:

Pakiet nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 96 x 96 x 130cm?

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający dopuszcza do zaferowania chustę trójkątną w rozmiarze 96 x 96 x 130cm.

Pytanie 29:

Pakiet nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga 5 000 op po 10szt czy 5 000 szt?

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający wymaga 5 000 op po 10szt.

Pytanie 30:

Pakiet nr 18 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe 17n 8 warstwowe?

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 31:

Pakiet nr 18 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe a' 1 szt, zbiorcze 50 szt?

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 32:

Pakiet 8,14

Czy zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający nie dopuszcza próbek niesterylnych.

Pytanie 33:

Pakiet 8, poz.1

Czy Zamawiający dopuści 5 x tupfer z gazy rtg w rozmiarze 25 x 25cm, 20nitek?

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania 5 x tupfer z gazy rtg w rozmiarze 25 x 25cm, 20nitek.

Pytanie 34:

Pakiet 8, poz.1

Czy zamawiający dopuści zestaw bez naklejek wewnątrz zestawu?

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 35:

Pakiet 8, poz.2

Czy Zamawiający dopuści 5 x tupfer z gazy rtg w rozmiarze 25 x 25cm, 20nitek?

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania 5 x tupfer z gazy rtg w rozmiarze 25 x 25cm, 20nitek.

Pytanie 36:

Pakiet 8, poz.2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opakowanie typu folia-papier.

Pytanie 37:

Pakiet 8, poz.2

Czy zamawiający dopuści zestaw bez naklejek wewnątrz zestawu?

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 38:

Pakiet 8, poz.2

Czy Zamawiający dopuści 10 x tupfer z gazy RTG 25 x 25 cm, 20 nitek?

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 39:

Pakiet 8, poz.3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier.

Pytanie 40:

Pakiet 8, poz.3

Czy zamawiający dopuści zestaw bez naklejek wewnątrz zestawu?

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 41:

Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 5 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek bądź 30 x 30cm?

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 5 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek bądź 30 x 30cm.

Pytanie 42:

Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 1 x opatrunek wysokochłonny nieprzylepny 20 x 25 cm?

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x opatrunek wysokochłonny nieprzylepny 20 x 25.

Pytanie 43:

Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe Mayo Hegar 15 cm?

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający dopuści do zaoferowania imadło metalowe Mayo Hegar 15 cm.

Pytanie 44:

Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści 1 x Nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm?

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x Nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm.

Pytanie 45:

Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści 1 x Serweta włókninowa 45 x 45 cm z otworem przylepnym o średnicy 6cm?

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x Serweta włókninowa 45 x 45 cm z otworem przylepnym o średnicy 6cm.

Pytanie 46:

Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści 1x Serweta włókninowa, nieprzylepna 50 x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1x Serweta włókninowa, nieprzylepna 50 x 60 cm.

Pytanie 47:

Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu miseczką plastikową 120 ml?

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający dopuści do zaoferowania opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu miseczką plastikową 120 ml.

Pytanie 48:

Pakiet 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści 1 x Pęseta anatomiczna, metalowa, 14cm?

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x Pęseta anatomiczna, metalowa, 14cm.

Pytanie 49:

Pakiet 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści 1 x Pęseta plastikowa, 13 cm?

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x Pęseta plastikowa, 13 cm.

Pytanie 50:

Pakiet 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu miseczką plastikową 120 ml?

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający dopuści do zaferowania opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu miseczką plastikową 120 ml.

Pytanie 51:

Pakiet 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści 1 x Serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 50 x 70 cm o gramaturze min.55 g/m²?

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x Serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 50 x 70 cm o gramaturze min.55 g/m.

Pytanie 52:

Pakiet 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę składającą się z dwóch części, nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 45x75cm z otworem 6 x 8 cm i rozcięciem o gr. 40g/m²?

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający dopuści do zaferowania serwetę składającą się z dwóch części, nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 45x75cm z otworem 6 x 8 cm i rozcięciem o gr. 40g/m.

Pytanie 53:

Pakiet 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści 1 x Pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm?

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x Pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm.

Pytanie 54:

Pakiet 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ampułkę z wodą 10 ml dodawaną osobno do zestawu?

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający dopuści do zaferowania ampułkę z wodą 10 ml dodawaną osobno do zestawu.

Pytanie 55:

Pakiet 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści 1 x Żel w strzykawce 5ml dodawany osobno do zestawu?

Odpowiedź na pytanie 55:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x Żel w strzykawce 5ml dodawany osobno do zestawu.

Pytanie 56:

Pakiet 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu nerką tekturową?

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający dopuści do zaferowania opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu nerką tekturową.

Pytanie 57:

Pakiet 14, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści 1 x Pęseta anatomiczna, plastikowa, zielona 13 cm 1 x Pęseta anatomiczna, plastikowa, niebieska 13 cm?

Odpowiedź na pytanie 57:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x Pęseta anatomiczna, plastikowa, zielona 13 cm 1 x Pęseta anatomiczna, plastikowa, niebieska 13 cm.

Pytanie 58:

Pakiet 14, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu miseczką 120 ml?

Odpowiedź na pytanie 58:

Zamawiający dopuści do zaferowania opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu miseczką 120 ml.

Pytanie 59:

Pakiet 14, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści 16w 17 nitkowy 2 x kompres z gazy 10 x 20 cm (20 x 40 cm po rozłożeniu)?

Odpowiedź na pytanie 59:

Zamawiający dopuści do zaferowania 16w 17 nitkowy 2 x kompres z gazy 10 x 20 cm (20 x 40 cm po rozłożeniu).

Pytanie 60:

Pakiet 14, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści 6 x tupfer z gazy 20 x 20 cm bądź 30 x 30cm, 20 nitek?

Odpowiedź na pytanie 60:

Zamawiający dopuści do zaferowania 6 x tupfer z gazy 20 x 20 cm bądź 30 x 30cm, 20 nitek.

Pytanie 61:

Pakiet 14, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 70 x 50 cm (opakowanie zestawu)?

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 70 x 50 cm (opakowanie zestawu).

Pytanie 62:

Pakiet 14, poz. 7-9

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź na pytanie 62:

Zamawiający dopuści do zaferowania serwety o gramaturze 40g/m².

Pytanie 63:

Pakiet 14, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 70cm?

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający dopuści do zaferowania serwetę w rozmiarze 50 x 70cm.

Pytanie 64:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 150 x 100 cm (opakowanie zestawu)?

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 150 x 100 cm (opakowanie zestawu).

Pytanie 65:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 120 x 90 cm, z centralnym otworem przylepnym 10 cm?

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 120 x 90 cm, z centralnym otworem przylepnym 10 cm.

Pytanie 66:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (10,3 x 8,1 cm), niebieski z podziałką?

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (10,3 x 8,1 cm), niebieski z podziałką.

Pytanie 67:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x strzykawka 10 ml Luer, 3 częściowa?

Odpowiedź na pytanie 67:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x strzykawka 10 ml Luer, 3 częściowa.

Pytanie 68:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x strzykawka 5 ml Luer, 3 części?

Odpowiedź na pytanie 68:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x strzykawka 5 ml Luer, 3 części.

Pytanie 69:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x igła iniekcyjna 0,80 x 40 mm?

Odpowiedź na pytanie 69:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x igła iniekcyjna 0,80 x 40 mm.

Pytanie 70:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x igła iniekcyjna 0,70 x 40 mm?

Odpowiedź na pytanie 70:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x igła iniekcyjna 0,70 x 40 mm.

Pytanie 71:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 15 cm jednorazowe ze stali nierdzewnej, klasa IIa?

Odpowiedź na pytanie 71:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 15 cm jednorazowe ze stali nierdzewnej, klasa IIa.

Pytanie 72:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x ostrze do obcinania szwów 6,5 cm zapakowane w opakowanie jednostkowe, nie blister?

Odpowiedź na pytanie 72:

Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 x ostrze do obcinania szwów 6,5 cm zapakowane w opakowanie jednostkowe, nie blister.

Pytanie 73:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x kleszczyki plastikowe proste typu korcang 18 cm?

Odpowiedź na pytanie 73:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x kleszczyki plastikowe proste typu korcang 18 cm.

Pytanie 74:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 5 x tupfer z gazy 20 x 20 cm lub 30 x 30cm 20 nitek?

Odpowiedź na pytanie 74:

Zamawiający dopuści do zaferowania 5 x tupfer z gazy 20 x 20 cm lub 30 x 30cm 20 nitek.

Pytanie 75:

Pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 1 x fartuch chirurgiczny standard L, SMS PP, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester?

Odpowiedź na pytanie 75:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x fartuch chirurgiczny standard L, SMS PP, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester.

Pytanie 76:

Pakiet 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 150 x 100 cm (opakowanie zestawu)?

Odpowiedź na pytanie 76:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 150 x 100 cm (opakowanie zestawu).

Pytanie 77:

Pakiet 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 120 x 90 cm, z centralnym otworem przylepnym 10 cm?

Odpowiedź na pytanie 77:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 120 x 90 cm, z centralnym otworem przylepnym 10 cm.

Pytanie 78:

Pakiet 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (10,3 x 8,1 cm), niebieski z podziałką?

Odpowiedź na pytanie 78:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (10,3 x 8,1 cm), niebieski z podziałką.

Pytanie 79:

Pakiet 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści 1 x strzykawka 20 ml Luer, 3 częściową?

Odpowiedź na pytanie 79:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x strzykawka 20 ml Luer, 3 częściową.

Pytanie 80:

Pakiet 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści 1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 15 cm jednorazowe ze stali nierdzewnej, klasa IIa?

Odpowiedź na pytanie 80:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 15 cm jednorazowe ze stali nierdzewnej, klasa IIa.

Pytanie 81:

Pakiet 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści 1 x ostrze do obcinania szwów 6,5 cm zapakowane w opakowanie jednostkowe, nie blister?

Odpowiedź na pytanie 81:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x ostrze do obcinania szwów 6,5 cm zapakowane w opakowanie jednostkowe, nie blister.

Pytanie 82:

Pakiet 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści 1 x kleszczyki plastikowe proste typu korcang 18 cm?

Odpowiedź na pytanie 82:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x kleszczyki plastikowe proste typu korcang 18 cm.

Pytanie 83:

Pakiet 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści 3 x tupfer z gazy 20 x 20 cm bądź 30 x 30cm 20 nitek?

Odpowiedź na pytanie 83:

Zamawiający dopuści do zaferowania 3 x tupfer z gazy 20 x 20 cm bądź 30 x 30cm 20 nitek.

Pytanie 84:

Pakiet 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści 1 x fartuch chirurgiczny standard, SMS PP, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester?

Odpowiedź na pytanie 84:

Zamawiający dopuści 1 x fartuch chirurgiczny standard, SMS PP, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester.

Pytanie 85:

Pakiet 14, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści 1 x serweta min. 2-warstwowa epiduralna przylepna 75 x 90 cm, z przylepnym otworem 10 x 150cm, z przylepcami na rogach serwety?

Odpowiedź na pytanie 85:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x serweta min. 2-warstwowa epiduralna przylepna 75 x 90 cm, z przylepnym otworem 10 x 150cm, z przylepcami na rogach serwety.

Pytanie 86:

Pakiet 14, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści 6 x tupfer z gazy 20 x 20 cm lub 30 x 30cm, 20 nitek?

Odpowiedź na pytanie 86:

Zamawiający dopuści do zaferowania 6 x tupfer z gazy 20 x 20 cm lub 30 x 30cm, 20 nitek.

Pytanie 87:

Pakiet 14, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści 1 x igła iniekcyjna 18G, 1,20 x 40 mm?

Odpowiedź na pytanie 87:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x igła iniekcyjna 18G, 1,20 x 40 mm.

Pytanie 88:

Pakiet 14, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści 1 x strzykawka Luer 5 ml, 3 częściowa?

Odpowiedź na pytanie 88:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x strzykawka Luer 5 ml, 3 częściowa.

Pytanie 89:

Pakiet 14, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści 1 x pojemnik plastikowy 2 części 500 ml, ok. 18 x 10 x 2,5 cm?

Odpowiedź na pytanie 89:

Zamawiający dopuści do zaferowania 1 x pojemnik plastikowy 2 części 500 ml, ok. 18 x 10 x 2,5 cm.

Zestaw pytań nr 4:**Pytanie 1:**

Pakiet 1 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 2:

Pakiet 1 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie 500 opakowań kompresów gazowych z nitką RTG niejałowych 17 nitkowych, 16 warstwowych, pakowanych a'100 sztuk, tak aby Zamawiający mógł użyć do tego samego celu 2 kompresów w miejsce jednego kompresu 32 warstwowego?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 3:

Pakiet 1 poz. 6, 11-15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 4:

Pakiet 1 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane 1x 10 sztuk podwójną torebkę papierowo-foliową?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie kompresów z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane 1x 10 sztuk podwójną torebkę papierowo-foliową.

Pytanie 5:

Pakiet 1 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane podwójną torebkę papierowo-foliową?

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie kompresów z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane podwójną torebkę papierowo-foliową

Pytanie 6:

Pakiet 1 poz. 13-15:

Czy Zamawiający dopuści tufery 17 nitkowe z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane po 10 sztuk w podwójną torebkę papierowo-foliową zawierającą podwójny system etykiet kontrolnych?

Odpowiedź na Pytanie 6:

Zamawiający dopuszcza tufery 17 nitkowe z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane po 10 sztuk w podwójną torebkę papierowo-foliową zawierającą podwójny system etykiet kontrolnych.

Pytanie 7:

Pakiet 1 poz. 13-14:

Czy Zamawiający dopuści jałowe tampony w kształcie fasolki w rozmiarze gotowego produktu 12-13mm x 35-40mm?

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 8:

Pakiet 1 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści jałowe tampony w kształcie fasolki w rozmiarze gotowego produktu 15-17mm x 50-55mm?

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 9:

Pakiet 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź na Pytanie 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 10:

Pakiet 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z gazy po praniu wstępnym?

Odpowiedź na Pytanie 10:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety wykonanej z gazy po praniu wstępnym.

Pytanie 11:

Pakiet 2 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy z gazy po wstępnym praniu sterylna z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, 6 warstw 17 nitek, rozmiar 45cm x 45cm, pakowana a'2 szt. w torebkę papierowo-foliową z samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma.

Odpowiedź na Pytanie 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 12:

Pakiet 2 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy po wstępnym praniu sterylna z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, 6 warstw 17 nitek, rozmiar 45cm x 45cm, pakowana a'5 szt. w torebkę papierowo-foliową z samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma.

Odpowiedź na Pytanie 12

Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną z gazy z gazy po wstępnym praniu sterylna z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, 6 warstw 17 nitek, rozmiar 45cm x 45cm, pakowana a'5 szt. w torebkę papierowo-foliową z samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji.

Pytanie 13:

Pakiet 2 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź na Pytanie 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 14:

Pakiet 2 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy po wstępnym praniu niesterylną z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, rozmiar 50cmx 50cm, 4 warstwy 17 nitek pakowana a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma

Odpowiedź na Pytanie 14:

Zamawiający dopuści do zaferowania serwetę operacyjną z gazy po wstępnym praniu niesterylną z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, rozmiar 50cmx 50cm, 4 warstwy 17 nitek pakowana a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.

Pytanie 15:

Pakiet 2 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy po wstępnym praniu niesterylną z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, rozmiar 50cmx 50cm, 4 warstwy 20 nitek pakowana a'5 sztuk? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma

Odpowiedź na Pytanie 15:

Zamawiający dopuści do zaferowania serwetę operacyjną z gazy po wstępnym praniu niesterylną z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, rozmiar 50cmx 50cm, 4 warstwy 20 nitek pakowana a'5 sztuk.

Pytanie 16:

Pakiet 2 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści chłonne sterylne serwety (ręczniki) z niepyłającej włókniny kompresowej 40g do osuszania rąk, w rozmiarze 30 x 30cm, pakowane a1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

Odpowiedź na Pytanie 16:

Zamawiający dopuści do zaferowania chłonne sterylne serwety (ręczniki) z niepyłającej włókniny kompresowej 40g do osuszania rąk, w rozmiarze 30 x 30cm, pakowane a1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 17:

Pakiet 3 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga zaferowania opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, ułatwiający równomiernie nasiąknięcie opaski?

Odpowiedź na Pytanie 17:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, ułatwiający równomiernie nasiąknięcie opaski, nie wymaga.

Pytanie 18:

Pakiet 4 poz. 7-10:

Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową, wyściełającą naturalną w opakowaniu po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź na Pytanie 18:

Zamawiający dopuści do zaferowania opaskę podgipsową, wyściełającą naturalną w opakowaniu po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań.

Pytanie 19:

Pakiet 4 poz. 11-13:

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego o czasie tężenia ok. 5 min. wykonaną z gazy 17-nitkowej, min. 95% nasycenie opaski masą gipsową – gips naturalny, czas zanurzenia max. 5 sekund?

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 20:

Pakiet 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szer. 1,0 cm?

Odpowiedź na Pytanie 20:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 21:

Pakiet 5 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szer. 2,5 – 3,0 cm?

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw o szer. 2,5 – 3,0 cm.

Pytanie 22:

Pakiet 5 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szer. 3,5 – 4,0 cm?

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw o szer. 3,5 – 4,0 cm.

Pytanie 23:

Pakiet 5 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szer. 5,5 – 6,0 cm?

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający dopuszcza rękaw o szer. 5,5 – 6,0 cm.

Pytanie 24:

Pakiet 5 poz. 5-7:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szer. Min.10 cm?

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 25:

Pakiet 6 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający dopuszcza plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym.

Pytanie 26:

Pakiet 6 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5,8cm x 8cm?

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający dopuszcza plaster w rozmiarze 5,8cm x 8cm.

Pytanie 27:

Pakiet 7 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści przylepce z hypoalergicznym klejem akrylowym, nawinięte na szpulkę bez osłonek bocznych?

Odpowiedź na Pytanie 27:

Zamawiający dopuszcza przylepce z hypoalergicznym klejem akrylowym, nawinięte na szpulkę bez osłonek bocznych.

Pytanie 28:

Pakiet 7 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 32 sztuki?

Odpowiedź na Pytanie 28:

Zamawiający dopuszcza przylepce pakowane w kartonik po 32 sztuki.

Pytanie 29:

Pakiet 7 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 16 sztuk?

Odpowiedź na Pytanie 29:

Zamawiający dopuszcza przylepce pakowane w kartonik po 16 sztuk.

Pytanie 30:

Pakiet 7 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 8 sztuk?

Odpowiedź na Pytanie 30:

Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 8 sztuk.

Pytanie 31:

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane w najbezpieczniejszej metodzie zarówno dla personelu jak i dla pacjenta, czyli w parze wodnej? Obecny zapis o sterylizacji w tlenku etylenu nie wpływa na funkcjonalność i jakość wyrobów, a jedynie ogranicza konkurencję. Wykonawca załączy do oferty odpowiedni raport walidacji procesu sterylizacji.

Odpowiedź na Pytanie 31:

Zamawiający dopuszcza zestawy sterylizowane w najbezpieczniejszej metodzie zarówno dla personelu jak i dla pacjenta, czyli w parze wodnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów i oświadczeń zgodnie z wymogami SIWZ, w szczególności zapisów Rozdziału V.

Warunki udziału w postępowaniu i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

Pytanie 32:

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający pisząc: „Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez jednostkę certyfikującą” miał na myśli certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych klasy IIa wydany przez jednostkę notyfikowaną? Jednostki certyfikujące nie wystawiają certyfikatów walidacji procesu sterylizacji. Procesy sterylizacji walidowane są przez wytwórców wyrobów. Nasza firma posiada m.in. certyfikat ISO 13485, w zakresie m.in. walidacji procesu sterylizacji.

Odpowiedź na Pytanie 32:

Zamawiający potwierdza, że pisząc: „Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez jednostkę certyfikującą” miał na myśli certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych klasy IIa wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Pytanie 33:

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby certyfikat walidacji procesu sterylizacji był wydany przez jednostkę certyfikującą?

Odpowiedź na Pytanie 33:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 34:

Pakiet 8 poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc: „ W każdym zestawie wewnątrz powinny znajdować się 2 naklejki z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG – dla instrumentariuszki” miał na myśli aby 2 naklejki znajdowały się na zestawach, aby ułatwić pracę instrumentariuszki, a składowe zestawów były wyposażone w nitkę RTG?

Odpowiedź na Pytanie 34:

Zamawiający potwierdza, że to właśnie miał na myśli.

Pytanie 35:

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwóch naklejek z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG-dla instrumentariuszki w każdym zestawie wewnątrz?

Odpowiedź na Pytanie 35:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 36:

Pakiet 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy mały o składzie:

60 □ 17  8 ≡ 10x10

5  17  20x20

20  17  18x18

Opis składnika

- KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W
- TUPFER A 17N 20X20CM
- TUPFER D 17N 18X18CM RTG

Ilość

Jednostka

60,0000

SZ

5,0000

OP

20,0000

OP

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?

Odpowiedź na Pytanie 36:



Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie jak w zapytaniu powyżej.

Pytanie 37:

Pakiet 8 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy średni o składzie:

60 □ 17  8 ≡ 10x10

5  17  6 ≡ 45x45

20  17  20x20

Opis składnika

- KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W RTG
- SERWETA Z GAZY 17N 6W NITKA RTG I TASIEMKA 45X45CM
- TUPFER A 17N 20X20CM RTG

Ilość

Jednostka

60,0000

SZ

5,0000

SZ

20,0000

OP

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?





Odpowiedź na Pytanie 37:

Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie jak w zapytaniu powyżej.

Pytanie 38:

Pakiet 8 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy średni o składzie:

80 □ 17  8 ≡ 10x10
 5 ○ 17  20x20
 20 △ 17  18x18
 5 ◊ 17  4 ≡ 45x45

| Opis składnika | Ilość | Jednostka |
|---|---------|-----------|
| • KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W | 80,0000 | SZ |
| • TUPFER A 17N 20X20CM | 5,0000 | OP |
| • TUPFER D 17N 18X18CM RTG | 2,0000 | OP |
| • SERWETA Z GAZY 17N 4W NITKA RTG 45X45CM | 5,0000 | SZ |

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?

Odpowiedź na Pytanie 38:**Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie jak w zapytaniu powyżej.****Pytanie 39:**

Pakiet 8 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży o składzie:






| Opis składnika | Ilość | Jednostka |
|---|----------|-----------|
| • KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W | 100,0000 | OP |
| • TUPFER D 17N 18X18CM RTG | 30,0000 | OP |
| • TUPFER A 17N 20X20CM | 10,0000 | OP |
| • SERWETA Z GAZY 17N 4W NITKA RTG 45X45CM | 10,0000 | OP |
| • WORECZEK PE B/N 450X600MM ZAM | 1,0000 | SZ |

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?

Odpowiedź na Pytanie 39:**Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie jak w zapytaniu powyżej.****Pytanie 40:**

Pakiet 8 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży o składzie:

100 □ 17  8 ≡ 10x10
 20 ○ 17  20x20
 30 △ 17  18x18
 10  17  4 ≡ 45x70

| Opis składnika | Ilość | Jednostka |
|--|----------|-----------|
| • KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W | 100,0000 | SZ |
| • TUPFER A 17N 20X20CM | 20,0000 | OP |
| • TUPFER D 17N 18X18CM RTG | 30,0000 | OP |
| • SERWETA Z GAZY 17N 4W NITKA RTG I TASIEMKA 45X70CM | 10,0000 | SZ |

Opakowanie: TPF

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?

Odpowiedź na Pytanie 40:

Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie jak w zapytaniu powyżej.

Pytanie 41:

Pakiet 8 poz. 4-6:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnego opakowania transportowego?

Odpowiedź na Pytanie 41:

Zamawiający dopuszcza inny sposób bezpiecznego opakowania transportowego.

Pytanie 42:

Pakiet 9 poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści pokrycie plastra hypoalergicznym klejem akrylowym, nawinięte na szpulkę bez osłonek bocznych?

Odpowiedź na Pytanie 42:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 43:

Pakiet 9 poz. 1, 4:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 44 sztuki?

Odpowiedź na Pytanie 43:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 44:

Pakiet 9 poz. 2, 6:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 22 sztuki?

Odpowiedź na Pytanie 44:

Zamawiający dopuszcza przylepce pakowane w kartonik po 22 sztuki.

Pytanie 45:

Pakiet 9 poz. 3, 6:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 11 sztuk?

Odpowiedź na Pytanie 45:

Zamawiający dopuszcza przylepce pakowane w kartonik po 11 sztuk.

Pytanie 46:

Pakiet 9 poz. 7-9:

Czy Zamawiający dopuści przylepce na tkaninie klejem kauczukowym z tlenkiem cynku, który zmniejsza ryzyko powstania podrażnień, nawinięte na szpulkę bez osłonek bocznych?

Odpowiedź na Pytanie 46:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 47:

Pakiet 9 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 24 sztuki?

Odpowiedź na Pytanie 47:

Zamawiający dopuszcza przylepce pakowane w kartonik po 24 sztuki.

Pytanie 48:

Pakiet 9 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 12 sztuk?

Odpowiedź na Pytanie 48:

Zamawiający dopuszcza przylepce pakowane w kartonik po 12 sztuk.

Pytanie 49:

Pakiet 9 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 6 sztuk?

Odpowiedź na Pytanie 49:

Zamawiający dopuszcza przylepce pakowane w kartonik po 6 sztuk.

Pytanie 50:

Pakiet 10 poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści pokrycie plastra hypoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź na Pytanie 50:

Zamawiający dopuszcza pokrycie plastra hypoalergicznym klejem akrylowym.

Pytanie 51:

Pakiet 10 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, o długości 1m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na Pytanie 51:

Zamawiający dopuszcza plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, o długości 1m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 52:

Pakiet 11 poz. 1-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź na Pytanie 52:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 53:

Pakiet 11 poz. 2, 4-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierowo-foliową, z bezpyłowym otwarciem, zawierającą etykietę typu Tag do wklejenia do dokumentacji pacjenta?

Odpowiedź na Pytanie 53:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierowo-foliową, z bezpyłowym otwarciem, zawierającą etykietę typu Tag do wklejenia do dokumentacji pacjenta.

Pytanie 54:

Pakiet 11 poz. 1-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów przewiązanych bawełnianą nitką, zamiast papierowym paskiem? Nie ma to wpływu na funkcjonalność wyrobu, a ogranicza konkurencyjność pakietu.

Odpowiedź na Pytanie 54:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie kompresów przewiązanych bawełnianą nitką, zamiast papierowym paskiem.

Pytanie 55:

Pakiet 11 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie 1440 opakowań kompresów gazowych z nitką RTG jałowych 17 nitkowych, 16 warstwowych, pakowanych a'10 sztuk, tak aby Zamawiający mógł użyć do tego samego celu 2 kompresów w miejsce jednego kompresu 32 warstwowego?

Odpowiedź na Pytanie 55:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 56:

Pakiet 11 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 90 x 75 cm z możliwością regulacji wielkości otworu przyklepnego od rozmiaru 0 do 15cm x 10cm, gramatura 56g/m², wymiar kleju 15x20cm, pakowana a'1 sztuka z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na Pytanie 56:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 57:

Pakiet 11 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 90 x 75 cm z możliwością regulacji wielkości otworu przyklepnego od rozmiaru 0 do 15cm x 10cm, gramatura 56g/m², wymiar kleju 15x20cm, pakowana a'25 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na Pytanie 57:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 58:

Pakiet 11 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową z możliwością regulacji wielkości otworu przyklepnego od rozmiaru 0 do 7,5cm x 10cm, gramatura 56g/m², wymiar kleju 7,5x20cm, pakowana a'1 sztuka z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na Pytanie 58:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 59:

Pakiet 12 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 100x100x141 cm?

Odpowiedź na Pytanie 59:

Zamawiający dopuści do zaferowania chustę w rozmiarze 100x100x141 cm.

Pytanie 60:

Pakiet 12 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 95x95x134 cm?

Odpowiedź na Pytanie 60:

Zamawiający dopuści do zaferowania chustę w rozmiarze 95x95x134 cm.

Pytanie 61:

Pakiet 13 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 13mm x 13mm?

Odpowiedź na Pytanie 61:

Zamawiający dopuści do zaferowania kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 13mm x 13mm.

Pytanie 62:

Pakiet 13 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 19mm x 19mm?

Odpowiedź na Pytanie 62:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 63:

Pakiet 13 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 19mm x 19mm?

Odpowiedź na Pytanie 63:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 64:

Pakiet 13 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 38mm x 38mm?

Odpowiedź na Pytanie 64:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 65:

Pakiet 13 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 25mm x 76mm?

Odpowiedź na Pytanie 65:

Zamawiający dopuszcza kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 25mm x 76mm.

Pytanie 66:

Pakiet 14 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?


Odpowiedź na Pytanie 66:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 67:

Pakiet 14 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:



| Opis składnika | Ilość | Jednostka |
|---|--------|-----------|
| • TUPFER A 17N 20X20CM | 6,0000 | OP |
| • IGLA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) | 1,0000 | SZ |
| • SERWETA FB 60X50CM | 1,0000 | SZ |
| • IGLA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) | 1,0000 | SZ |
| • SERWETA TF 75X45CM O8 | 1,0000 | SZ |
| • DREN W ZWOJU ŚR. 4,2/6,0MM 100M (KAPTUREK NA NARZĘDZIA) | 0,0000 | SZ |
| • STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TZIEL X | 1,0000 | SZ |
| • NOŻYCYZKI MET. CHIRURGICZNE 11CM IRIS PROSTE OSTRO-OSTRE ZNACZONE KOLOREM | 1,0000 | SZ |
| • KLESZCZYKI MET. DO IGLY 13CM MAYO HEGAR PROSTE ZNACZONE KOLOREM | 1,0000 | SZ |
| • PEŃSETA MET. ANATOMICZNA 12,5CM ADSON ZNACZONA KOLOREM | 1,0000 | SZ |
| • KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM NIEBIESKI | 1,0000 | SZ |

Odpowiedź na Pytanie 67:

Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie jak w zapytaniu powyżej.

Pytanie 68:

Pakiet 14 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

3 17 20x20

1 11cm

1 13cm

| Opis składnika | Ilość | Jednostka |
|---|--------|-----------|
| • TUPFER A 17N 20X20CM | 3,0000 | OP |
| • PEŃSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA NIEBIESKA NJ | 1,0000 | SZ |
| • OSTRZE CHIRURGICZNE DO ŚCIAGANIA SZWÓW 11CM J | 1,0000 | SZ |

Opakowanie: TWARDY BLISTER

Odpowiedź na Pytanie 68:

Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie jak w zapytaniu powyżej.

Pytanie 69:

Pakiet 14 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

8 □ 17 8 ≈ 7,5x,7,5

5 ○ 17 20x20

1 — 10ml
Sterile water with 10% Glycerine

1 — 6ml
Lubricant gel

1 125ml

1 60x50

1 60x50
05
(05)

1 13 cm

1 14 cm

2 NITRYLM

Opis składnika

Ilość

Jednostka

- KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W 8,0000 SZ
- TUPFER A 17N 20X20CM 5,0000 OP
- SERWETA FB 60X50CM 1,0000 SZ
- PESETA PLAST ANATOMICZNA 13CM ZIELONA 1,0000 SZ
- WODA Z GLICERYNĄ W STRZYKAWCE 10ML L 1,0000 SZ
- ŻEL DO CEWNIKOWANIA W STRZYKAWCE 6ML L OPTILUBE 1,0000 SZ
- SERWETA FB 60X50CM O5 ROZC 1,0000 SZ
- WORECZEK PE B/N 360X350MM ZAM 1,0000 SZ
- REKAWICA AMBULEX NITRYL NIEPUDROWANA M WYWINIĘTA 2,0000 OP
- POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM SKALA TRANSP 1,0000 SZ
- KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM NIEBIESKI 1,0000 SZ

Opakowanie: TWARDY BLISTER

Odpowiedź na Pytanie 69:

Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie jak w zapytaniu powyżej.

Pytanie 70:

Pakiet 14 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

2 □ 30g/m² 4 ≈ 7,5x7,5

6 ○ 17 20x20

2 13cm

Opis składnika

Ilość

Jednostka

- TUPFER A 17N 20X20CM 6,0000 OP
- KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM 2,0000 SZ
- PESETA PLAST ANATOMICZNA 13CM ZIELONA 1,0000 SZ
- PESETA PLAST 13CM ANATOMICZNA NIEBIESKA NJ 1,0000 SZ

Opakowanie: TWARDY BLISTER

Odpowiedź na Pytanie 70:

Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie jak w zapytaniu powyżej.

Pytanie 71:

Pakiet 14 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź na Pytanie 71:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 72:

Pakiet 14 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim z otworem o średnicy 8 cm?

Odpowiedź na Pytanie 72:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim z otworem o średnicy 8 cm.

Pytanie 73:

Pakiet 14 poz. 8, 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na Pytanie 73:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim.

Pytanie 74:

Pakiet 14 poz. 10-12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź na Pytanie 74:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 75:

Pakiet 17 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 cm x 45 cm z gazy 20 nit. 4 warst. po praniu wstępnym?

Odpowiedź na Pytanie 75:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 76:

Pakiet 17 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 cm x 45 cm z gazy 17 nit. 6 warst. po praniu wstępnym?

Odpowiedź na Pytanie 76:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 77:

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na Pytanie 77:

ad. 1: Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

ad. 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa kwestia została uregulowana w § 11 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Zestaw pytań nr 5:

Pytanie 1:

Pakiet nr 1, poz. 1-2,

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 2:

Pakiet 1, poz. 1-2

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza inne metody sterylizacji.

Pytanie 3:

Pakiet 4, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 4:

Pakiet 4, poz. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 5:

Pakiet 5, poz. 1-7

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź na Pytanie 5:

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku - Zamawiający wymaga siatek w rozmiarach jak w zapytaniu

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. - Zamawiający nie wymaga siatek w rozmiarach jak w zapytaniu

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.- Zamawiający nie wymaga siatek w rozmiarach jak w zapytaniu

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. - Zamawiający dopuszcza siatki w rozmiarach jak w zapytaniu

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. - Zamawiający wymaga siatek w rozmiarach jak w zapytaniu

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. - Zamawiający dopuszcza siatki w rozmiarach jak w zapytaniu

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w. - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem

Pytanie 6:

Pakiet 6, poz. 7

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź na Pytanie 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 7:

Pakiet 11, poz. 1-6

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na Pytanie 7:

Zamawiający dopuszcza inne metody sterylizacji niż para wodna.

Pytanie 8:

Pakiet 11, poz. 1-8

Czy zamawiający wymaga kompresów z zawijanymi brzegami z obu stron?

Odpowiedź na Pytanie 8:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie kompresów z zawijanymi brzegami z obu stron.

Pytanie 9:

Pakiet 11, poz. 1-8

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na Pytanie 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 10:

Pakiet 11, poz. 1-8

Czy zamawiający dopuści kompresy nie przewiązywane papierowym paskiem, pakowane zbiorczo w karton?

Odpowiedź na Pytanie 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Zestaw pytań nr 6:

Pytanie 1:

PAKIET NR 4

Poz. nr 11-13 – Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia parametru czasu zanurzenia opasek gipsowych przez złożenie karty danych technicznych opisanego wyrobu?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametru czasu zanurzenia opasek gipsowych przez złożenie karty danych technicznych opisanego wyrobu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów i oświadczeń zgodnie z wymogami SIWZ, w szczególności zapisów Rozdziału V.

Warunki udziału w postępowaniu i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Pytanie 2:

PAKIET NR 15

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrania/przeszczepu narzędzi wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen/ polietylen) o gramaturze 55 g/m² + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/m² (łącznie 110 g/m²) i następującym składzie:

CZĘŚĆ A

1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 250x200cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

2 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 100 x 90 cm

1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 100 x 90 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L, wykonany z materiału SMS
(pozostałe parametry fartucha zgodnie z SIWZ)

3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, wykonany z materiału SMS
(pozostałe parametry fartucha zgodnie z SIWZ)

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm

1 x kieszeń przylepna 3 sekcje 65 x 30 cm

3 x taśma przylepna 5 x 25 cm

2 x taśma przylepna 5 x 50 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

CZĘŚĆ B

1 x serweta 2-warstwowa 260 x 390 cm, otwór 40 x 95 cm z folią operacyjną.

Wbudowane obustronnie kieszenie 3 sekcyjne

12 x etykieta przylepna 35 x 13 cm biała

1 x marker skórny

1 x Ecospike Nr. 2

1 x skalpel bezpieczny nr 11

1 x skalpel bezpieczny Nr 22

1 x igła iniekcyjna 18 G, 1,20 x 50 mm

1 x strzykawka 3 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta

1 x strzykawka 20 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta

1 x strzykawka Luer-Lock 50 ml, 3 części, centralna, przezroczysta

20 x kompres z gazy RTG 10 x 10cm, 16w 17n, przewiązywane po 10 sztuk

20 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, przewiązywane po 10 sztuk

15 x chusta z gazy, chip RTG, 50x60cm, 6 warstw, zielona, przewiązywane po 5 szt.

10 x tupfer z gazy RTG (twardy), 24 nitki, opakowanie tekturowe

10 x tupfer z gazy RTG (20 x 20 cm), 20 nitek

5 x tupfer z gazy RTG (45 x 65 cm), 20 nitek

1 x dren do odsysania 10/3,33 CH/mm, 53 cm, czarna końcówka

1 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 cm

1 x uchwyt do ssaka Yankauer 18/6,00 CH/mm 280 mm

1 x dren do ssaka z uchwytem 24/8,00 CH/mm, 30/10,00 CH/mm 200 cm

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG)
1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 12x9x3,5cm, 40 miejsc, czerwony
1 x Intrafix Air P 230 cm
10 x osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, żółta
1 x elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski, bipolarna
1 x uchwyt do elektrody czynnej plastikowy
6 x przykrywka na pojemnik plastikowy
1 x worek do zbiórki moczu 1500 ml, dren 90 cm
1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm
2 x pojemnik plastikowy 3000 ml (29 x 22 x 7,5 cm), niebieski z podziałką
1 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty z podziałką
6 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty z podziałką
1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,5 x 6 cm), przezroczysty z podziałką
1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,6 x 6 cm), niebieski z podziałką
1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml, (23 x 8,7 x 4,8 cm), niebieska
4 x opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw o składzie jak w zapytaniu Wykonawcy.

Pytanie 3:

WZÓR UMOWY / Załącznik nr 2 do SIWZ

§ 9 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Opracowała:

Beata Wujczak

Specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 71/ 32 - 70 - 591

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. *Jan Włodek Raziuk*