



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 16.02.2024 r.

ZP.261.03.2024

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-92ee3451-c0fc-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „**Zakup fotela ginekologicznego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Poprawa dostępności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPS ZOZ w Lęborku”**”. Znak sprawy: ZP-TP/03/24

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający dopuści maksymalne bezpieczne obciążenie fotela 230kg? Różnica jest bardzo niewielka a fotel o nośności 230 kg jest wystarczający.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. We wniosku będącym podstawą zawarcia umowy o dofinansowanie z PFRON widnieje zapis, że maksymalne bezpieczne obciążenie fotela nie może być niższe niż 250 kg.

2. Czy Zamawiający dopuści fotel o maksymalnej wadze 135kg? w przypadku fotela na kółkach różnica jest nieistotna, przy czym dzięki kółkom fotel się łatwo przemieszcza.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości siedziska w zakresie 510-960 mm i w związku z tym najniższa pozycja fotela to 510mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści zdejmowaną sekcję nóg, która po dołożeniu umożliwia utrzymanie pozycji horyzontalnej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Warunki gwarancji i serwisu. Dot. pkt. 5. „Co najmniej 1 przegląd urządzenia (o ile producent nie wymaga więcej) w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu technicznego wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych (brak odpłatnej wymiany asortymentu

podczas przeglądu)”. Czy Zamawiający dopuści 1 wymagany przegląd urządzenia w okresie 24 miesięcy (zgodnie z zaleceniami producenta) gwarancji z wpisem do paszportu technicznego wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych (brak odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu)?

Odp. Zamawiający dopuści 1 wymagany przegląd urządzenia w okresie 24 miesięcy, jeżeli jest to zgodne z zaleceniami producenta.

6. Warunki gwarancji i serwisu. Dot. pkt. 7. „W przypadku awarii – czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez pracownika Zamawiającego, przystąpienie do usunięcia usterki w terminie do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez pracownika Zamawiającego.” Czy Zamawiający dopuści w przypadku awarii – czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez pracownika Zamawiającego, przystąpienie do usunięcia usterki w terminie do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez pracownika Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Warunki gwarancji i serwisu. Dot. pkt. 8. „Czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku awarii niewymagającej użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.” Czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku awarii niewymagającej użycia części zamiennych, do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiedniej zmiany oraz zaznaczenia jej źródła (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Zatwierdził:

Adam Hoffmann

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych