



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

W.Sz.Z: TZ-280-97/19

dotyczy: postępowania na dostawę narzędzi specjalistycznych.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Zadania Nr 1

Lp.7 Kleszcze o dł. 260 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.15 Pęseta dł. 180 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.17 Podważka o szer. 33 mm, dł. całkowita 290 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.18 Podważka o szer. 45 mm. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o zaoferowanie podważki z wzdłużnym bruzdowaniem pomiędzy rękojeścią a łopatą. Jeżeli nie prosimy o dopuszczenie podważki bez bruzdowania.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje podważki o szer. 44 mm z wzdłużnym bruzdowaniem na łopacie.

Lp.22 Podważka o dł. 220 mm, lub o dł. 240 mm, szer. 18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylko dł. 240mm z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.25 Nożyczki o dł. 260 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.27 Hak o wym. 55x20 mm, dł. 220 mm, lub 65x20, dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.29 Hak o dł. 250 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Lp.30 Hak o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.31 Hak o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.32 Hak o wym. 9x9 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.33 Hak o wym. 9x9 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.36 Hak o wym. 9x18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.37 Hak o wym. 9x18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.38 Hak o dł. 215 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.39 Hak o dł. 215 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.40 Młotek o śr. 45 mm, i wadze 1100g.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp. od 45 do 48 Łyżka o dł. 270 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp. od 50 do 53 Osteotom o dł. 240 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp. 54 Osteotom o dł. 250 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.55 Raspator o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.56 Raspator o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.60 Odgryzacz o dł. 230 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.61 Odgryzacz o szer. 6 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.65 Miska nerkowata o wym. 250x140x35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.66 Miska o wym. 165x80mm, pojemność bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.67 Miska o wym. 130x70 mm, poj. 0,5 L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.68 Miska o wym. 80 x40 mm, poj. 0,16 L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.69 Kontener o wym. 590x290x220 mm, z filtrem barierowym- labiryntowym dożywotnie użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Lp.70 Sito-kosz o wym. 510x255x70 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Lp.71 Sito-kosz o wym. 510x255x100 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Lp.73 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji jako, że oferowany przez naszą firmę kontener ma filtr barierowy – labiryntowy i nie ma potrzeby jego wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Lp.74 Podważka o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.78 Kleszcze o dł. 185 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.80 Dłuto o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.82 Hak o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadania Nr 2

Lp.7 Igła o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.8 Igła o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.10 Obcęgi o dł. 180 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.11 Obcęgi o dł. 215 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.12 Napinacz do drutu o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.13 Kontener o wym. 460x290x150 mm, z filtrem barierowym- labiryntowym dożywnotnie użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.14 Sito-kosz o wym. 510x255x100 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Lp.16 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji jako, że oferowany przez naszą firmę kontener ma filtr barierowy – labiryntowy i nie ma potrzeby jego wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 3

Lp.6 Kleszcze o dł. 140 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.7 Kleszcze o dł. 250 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.14 Pęseta o dł. 150 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp. od 19 do 22 Hak Volkmann o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający w poz. 19 i 20 dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów, natomiast w poz. 21 i 22 nie dopuszcza.

Lp.23 Hak o wym. 9x9 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.24 Hak o wym. 9x9 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.27 Hak o wym. 9x18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.28 Hak o wym. 9x18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.29 Hak o dł. 215 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.30 Hak o dł. 215 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.31 Podważka kostna o szer. 18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.33 Podważka o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.35 Podważka o szerokości w części środkowej 16 mm i dł. 120 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.38 Młotek o dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.39 Osteotom o szer. 15 mm i dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.40 Osteotom o dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.41 Raspator o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.42 Raspator o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.44 Odgryzacz o dł. 170 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.49 Hak Kocher-Langenbeck o wym. 35x11 mm i dł. 210 mm, lub hak o wym. 40x11mm i dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.54 Pęseta o dł. 180 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp. od 56 do Lp.60 Osteotom o dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.61 Osteotom o dł. 240 i szer. 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.63 Kleszcze o dł. 185 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.64 Miska nerkowata o wym.250x140x35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.65 Miska o wym. 165x80 mm, pojemność bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.66 Miska o wym. 130x70 mm, pojemność 0,5 litra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.67 Miska o wym. 80x40 mm, pojemność 0,16 litra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.68 Kontener o wym. 590x290x150 mm, z filtrem barierowym- labiryntowym dożywnie użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.69 Sito-kosz o wym. 510x255x100 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Lp.70 Sito-kosz o wym. 510x255x70 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Lp.72 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji jako, że oferowany przez naszą firmę kontener ma filtr barierowy – labiryntowy i nie ma potrzeby jego wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Lp.75 Dłuto żłobowe o szer. 13 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.76 Dłuto żłobowe o szer. 19 lub 25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 4

Lp.4 Kontener o wym. 460x290x100 mm, z filtrem barierowym- labiryntowym dożywnie użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.7 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji jako, że oferowany przez naszą firmę kontener ma filtr barierowy – labiryntowy i nie ma potrzeby jego wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 5

Lp.5 Kleszczyki o dł. 140 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.6 Kleszcze o dł. 260 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.15 Pęseta bez nazwy własnej, szczęki gładkie, dł. 145 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.16 Pęseta o dł. 145 mm, szer. 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.18 Podważka o dł. 160 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.19 Podważka o dł. 120 mm, szerokość części środkowej 16 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.20 Podważka o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.21 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek prostych czy zagiętych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje nożyczek zagiętych.

Lp.29 Hak o wym. 9x9 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.30 Hak o wym. 9x9 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.33 Hak o wym. 9x18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.34 Hak o wym. 9x18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.35 Młotek o dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.36 Łyzeczka bez określenia modelu, spełniająca wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ.

Lp.37 Łyzeczka bez określenia modelu, spełniająca wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ.

Lp.38 Łyzeczka bez określenia modelu o dł. 170 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.39 Raspator o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.40 Raspator o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.41 Odgryzacz o szer. 5 mm i dł. 230 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.42 Odgryzacz Ruskin, szer. 5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.45 Kleszcze o dł. 185 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.46 Miska o wym. 250x140x35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.47 Miska wym. 130x70 mm, poj. 0,5 litra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.48 Miska o wym. 80x40 mm, poj 0,16 litra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.49 Miska o wym. 165x80 mm, pojemność bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.50 Kontener o wym. 590x290x100 mm, z filtrem barierowym - labiryntowym dożywnie użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.51 Sito-kosz o wym. 510x255x100 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Lp.53 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji jako, że oferowany przez naszą firmę kontener ma filtr barierowy – labiryntowy i nie ma potrzeby jego wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Lp.55 Osteotom o dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.56 Osteotom o dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.57 Osteotom o dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.58 Hak o dł. 215 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.59 Hak o dł. 215 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.60 Raspator o szer. 4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.68 Osteotom o dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.69 Osteotom o dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Zadanie nr 6

Lp.8 Nożyczki Meztenbaum-slim, zagięte dł. 140 mm, tępo-tępe, bransze utwardzane, jedno ostrze z mikroząbkami, drugie ze specjalnym szlifem, złota śrubka, pokryte powłoką ceramiczną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.9 Nożyczki o dł. 150 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.10 Podważka o dł. 160 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.11 Podważka o dł. 120 mm, szerokość części środkowej 16 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.13 Raspator Williger o szer. 7 mm, dł. 170 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.14 Kleszcze o dł. 260 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.15 Pęseta o szer. 2 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.16 Pęseta o szer. 1 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.17 Pęseta bez nazwy własnej USA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania wszystkich wymaganych parametrów.

Lp. od 18 do 25 Haczyk o dł. 160 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.29 Hak o wym. łopatki 20x25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.30 Młotek o wadze 200g, dł. 180 mm, śr. 22 mm, rękojeść bez wzdłużnego fakturowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.31 Łyżeczka bez określenia modelu, spełniająca wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.32 Łyżeczka bez określenia modelu, spełniająca wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.33 Łyżeczka bez określenia modelu, spełniająca wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.44 Miska o wym. 250x140x35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.45 Miska o wym. 130x70 mm, poj.0,5 litra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.46 Miska o wym. 80x40 mm, poj. 0,16 litra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.47 Miska o wym. 165x80 mm, pojemność bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.48 Kontener o wym. 460x290x150 mm, z filtrem barierowym - labiryntowym dożywotnie użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.49 Sito-kosz o wym. 410x250x100 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Lp.51 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji jako, że oferowany przez naszą firmę kontener ma filtr barierowy – labiryntowy i nie ma potrzeby jego wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Lp.52 Odgryzacz Friedmann, szer. 2 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.53 Raspator Joseph, szer. 4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 7

Lp.5 Pęseta bez nazwy własnej, szczęki gładkie, dł. 145 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.6 Nożyczki o dł. 140 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.8 Imadło o dł. 150 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp. od 14 do 21 Haczyk o dł. 170 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.22 Łyżeczka bez określenia modelu, spełniająca wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.23 Łyżeczka bez określenia modelu, spełniająca wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.24 Łyżeczka bez określenia modelu, dł. 170 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.25 Haczyk o dł. 140 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.27 Odgryzacz Hartmann o dł. 190 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.31 Kleszcze o dł. 260 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.33 Miska o wym. 250x140x35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.34 Miska o wym. 80x40 mm, poj. 0,16 litra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Lp.35 Miska o wym. 165x80 mm, pojemność bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.36 Młotek o wadze 200g, dł. 180 mm, śr. 22 mm, rękojeść bez wzdłużnego fakturowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.37 Podważka o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.38 Kontener o wym. 460x290x150 mm, z filtrem barierowym - labiryntowym dożywnie użytkowanie

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.39 Sito-kosz o wym. 240x240x100.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Lp.41 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji jako, że oferowany przez naszą firmę kontener ma filtr barierowy – labiryntowy i nie ma potrzeby jego wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 8

Lp.5 Kleszczyki Hartmann-Micro o dł. 100 mm, lub kleszczyki Hartmann-Baby Mosquito o dł. 90 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.6 Kleszczyki Hartmann-Micro o dł. 100 mm, lub kleszczyki Hartmann-Baby Mosquito o dł. 90 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp. od 13 do 18 Haczyk o dł. 170 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że są to haczyki typu Standard i spełniają pozostałe wymogi SIWZ.

Lp.20 Haczyk o dł. 150 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.21 Haczyk o dł. 150 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.22 Hak o wym. łopatki 32x29 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.28 Kleszczyki o dł. 130 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.29 Miska o wym. 250x140x35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Lp.30 Miska o wym. 80x40 poj. 0,16 litra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Lp.31 Miska o wym. 130x70 mm, poj. 0,5 litra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Lp.33 Kontener o wym. 460x290x150 mm, z filtrem barierowym - labiryntowym dożywotnie użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.36 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji jako, że oferowany przez naszą firmę kontener ma filtr barierowy – labiryntowy i nie ma potrzeby jego wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Lp.37 Raspator o szer. 4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie Nr 2

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 90 dni od dnia zawarcia umowy . Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny trwa ok. 90 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 3 dot. Zadania Nr 10

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści Hak ostry jednozębny dł. 14 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści Młotek ortopedyczny z masywną główką, wykonaną z materiału stosowanego przy produkcji implantów, dwustronny, śr. główek 30/42 mm, waga główki 400g., rękojeść pełna z poprzecznym fakturowaniem, dł. 24 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści Pobijak kostny, śr. główki 14 mm, z nacięciami krzyżowymi, rękojeść z tworzywa PEEK, dł. 210 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozm. 0,5mm, ucha złożone, szerokość bransz 2,5mm, gęstość ząbków 2500 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości nici do max.3/0, dł. 203 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w tej pozycji wymaga szpatały językowej a nie imadła.

Poz. 30. Czy Zamawiający dopuści Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 3mm, dł. 17 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 31. Czy Zamawiający dopuści Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 17 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 32. Czy Zamawiający dopuści Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 6mm, dł. 17 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 33. Czy Zamawiający dopuści Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 10mm, dł. 17 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 34. Czy Zamawiający dopuści Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 15mm, dł. 17 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 36. Czy Zamawiający dopuści Kleszcze do tamponady typu ULRICH, bransze szczelinowe, pełne, proste, złobione poprzecznie, dł. 25 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 37. Czy Zamawiający dopuści Młotek ortopedyczny typu HEATH, śr. główki 40mm, waga całkowita 800g., rękojeść częściowo poprzecznie fakturowana i spłaszczona, dł. 24,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 40. Czy Zamawiający dopuści Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 34mm, część dystalna ścięta pod kątem prostym, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 28,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 41. Czy Zamawiający dopuści Podważka kostna typu BENNETT, część pracująca zakrzywiona kątowo, część dystalna zakończona "języczkiem" zakrzywionym do góry, bez bruzdowania, szerokość 35mm, rękojeść pełna z podwójnym ogranicznikiem, dł. 25 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 42. Czy Zamawiający dopuści Podważka kostna typu HOHMANN-ALDINGER, część dystalna podwójnie zagięta, łopatką środkową o szerokości 24mm, część dystalna stożkowa, rękojeść zakończona 1 okrągłym otworem, rękojeść w części proksymalnej dodatkowo odgięta, dł. 27 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 43. Czy Zamawiający dopuści Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatką środkową o szerokości 22mm, część dystalna ścięta pod kątem prostym, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 36 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 47. Czy Zamawiający dopuści Hak do kości typu KOCHER, 1-zębny, ostry, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 56. Czy Zamawiający dopuści Łyżka kostna bez nazwy własnej, prosta, owalna, fig.0, rękojeść drenopodobna, kanciasta, rozm.4,4mm, dł. 27 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 57. Czy Zamawiający dopuści Łyżka kostna bez nazwy własnej prosta, owalna, fig.1, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.6,8mm, dł. 27 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 58. Czy Zamawiający dopuści Łyżka kostna bez nazwy własnej, prosta, owalna, fig.2, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.8,5mm, dł. 27 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 59. Czy Zamawiający dopuści Łyżka kostna bez nazwy własnej, prosta, owalna, fig.3, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.10mm, dł. 27 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 60. Jakiej końcówki Zamawiający wymaga: ścięta, zaokrąglona czy żłobowa?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje końcówki ściętej i żłobowej.

Zamawiający zamieści aktualny załącznik na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun

Poz. 61. Czy Zamawiający dopuści Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 10mm, dł. 21 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 62. Czy Zamawiający dopuści Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 20mm, dł. 21 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 63. Czy Zamawiający dopuści Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 5mm, dł. 21 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 66. Czy Zamawiający dopuści Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, tępy, dł. 10,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 67. Czy Zamawiający dopuści Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 3x4 zęby, tępy, dł. 16,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 71. Czy Zamawiający dopuści Pęseta chirurgiczna bez nazwy własnej, prosta, 2x3 zęby, szerokość części roboczej 4mm, bez poprzecznego fakturowania wewnątrz za ząbkami, rękojeści z mikro ząbkami antypoślizgowymi, dł. 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 72. Czy Zamawiający dopuści Pęseta chirurgiczna typu LANE, prosta, 2x3 zęby, szerokość części roboczej 2,5mm, poprzecznie fakturowane bransze wewnątrz za ząbkami, rękojeści z poprzecznie fakturowane antypoślizgowo, dł. 14,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 73. Czy Zamawiający dopuści Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 18 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 74. Czy Zamawiający dopuści Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2,4 mm, dł. 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 75. Czy Zamawiający dopuści Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2,5 mm, dł. 18 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 81. Czy Zamawiający dopuści Obcęgi do cięcia drutu, utwardzone wkładką węglową TC, czołowe, z systemem przekładni, rękojeści złożone, ze sprężyną, dedykowane do przecinania drutu twardego o śr.2,2mm i miękkiego o śr.2,5mm, dł. 22 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 82. Czy Zamawiający dopuści Obcinak do twardych drutów, śrub, gwoździ kostnych o śr. do 6 mm, z systemem podwójnej dźwigni, dł. 46 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 84. Czy Zamawiający dopuści Osteotom typu NIEDERDELLMANN, zakrzywiony, część robocza ścięta, rękojeść płaska, szer. mm, dł. 25 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymaganej szerokości roboczej.

Poz. 92. Czy Zamawiający dopuści Nożyczkę preparacyjną typu METZENBAUM, prostą, tępo-tępo, bez TC i dodatkowo jedną bransz z mikrozabkami, ucha złożone i ramiona do połowy ich długości, dł. 18 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 98. Czy Zamawiający dopuści Młotek ortopedyczny typu BERGMANN, śr. główki 45mm, waga główki 300g., rękojeść częściowo poprzecznie fakturowana i spłaszczona, dł. 24 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 105. Czy Zamawiający dopuści Nożyczkę preparacyjną typu MAYO-STILLE, zakrzywioną, tępo-tępo, dł. 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 106. Czy Zamawiający dopuści Dłuto żłobowe proste typu SMITH-PETERSEN, rękojeść pełna, okrągła, gładka, szer. 6 mm, dł. 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 110. Czy Zamawiający dopuści Pęseta anatomiczna typu DE BAKEY, atraumatyczna z uzębieniem typu DE BAKEY, prosta, szer. robocza 1,2mm, rękojeści płaskie z poprzecznym fakturowaniem, dł. 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 112. Czy Zamawiający dopuści Rozwiertak typu PERTHES, ostry z ergonomiczną rączką, posiadającą pełną rękojeść ze żłobieniami na wszystkie palce, prostopadłą do osi ostrza, dł. 22 cm. Ostrze w kształcie długiego grota z ostrymi krawędziami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 114. Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz kostny typu LEKSELL, całe narzędzie wygięte delikatnie w kształcie litery „ S „, bransze lekko bocznie zakrzywione, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szer. 5 mm, dł. 23 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 115. Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz kostny typu LEKSELL, całe narzędzie wygięte delikatnie w kształcie litery „ S „, bransze lekko bocznie zakrzywione, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szer. 7 mm, dł. 23 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 116. Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz kostny typu STILLE, górna część narzędzia wygięta delikatnie w kształcie litery „ S „, bransze lekko bocznie zakrzywione, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści oraz wypustką na jednym z uchwytów, szer. 6 mm, dł. 23 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 117. Czy Zamawiający dopuści Podważka kostna typu BUCK-GRAMCKO, podwójnie przygięta, tępa, szer. w części środkowej 8 mm, śr. końcówki 2 mm, dł. 18 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 118. Czy Zamawiający dopuści Podważka kostna typu MINI - HOHMANN, podwójnie przygięta, tępa, śr. końcówki 6 mm, dł. 16 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 119. Czy Zamawiający dopuści Podważka kostna typu MINI - HOHMANN, podwójnie przygięta, tępa, śr. końcówki 8 mm, dł. 16 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 120. Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz kostny typu RUSKIN-MINI, zakrzywiony, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szer. 5 mm, dł. 15 cm.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 120. Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz kostny typu MYFIELD, zakrzywiony, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szer. 3 mm, dł. 17 cm.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 121. Czy Zamawiający dopuści Pęseta chirurgiczna delikatna, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 1,3mm, dł. 152 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 121. Czy Zamawiający dopuści Pęseta chirurgiczna delikatna, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 1,5mm, dł. 130 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby narzędzia i kontenery z sito-koszami pochodziły tylko i wyłącznie od jednego producenta rozumianego jako jednego wytwórcę, posiadającego konkretną nazwę i siedzibę oraz jednoznaczne logo handlowe, spójny katalog lub katalogi produktów opatrzoney/ch jedną nazwą, a nie jako dwóch lub więcej producentów zrzeszonych jako jedna grupa kapitałowa, posiadających różne nazwy, siedziby i różne katalogi produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby tylko kontenery z sito – koszami pochodziły od jednego producenta, ale nie stawia wymogu, że producent nie może być zrzeszony jako jedna grupa kapitałowa, posiadająca różne nazwy, siedziby i różne katalogi produktów.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby złożona oferta w przedmiotowym postępowaniu była ważna tylko i wyłącznie w sytuacji gdy obejmuje ona wszystkie zadania?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuści we wszystkich zadaniach filtry teflonowe o min. ilości sterylizacji – 1000 cykli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2/4 poz. 4 – kompletny kontener, nie popełnił omyłki w opisie przedmiotu zamówienia i wskazał, iż wymaga by pokrywa kontenera posiadała miejsce na dwa filtry, podczas gdy w każdym innym zadaniu Zamawiający opisując ten sam przedmiot zamówienia o tych samych wymiarach wskazał, że wymaga pokrywy kontenera na jeden filtr. Zaoferowanie pokrywy $\frac{3}{4}$ kontenera z miejscem na 2 filtry jest niemożliwe przez żadnego producenta, ponieważ żaden Producent na świecie nie posiada pokryw $\frac{3}{4}$ na 2 filtry z uwagi na ograniczenie technologiczne wynikające z braku miejsca na powierzchni pokrywy na dwa filtry.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pokrywy kontenera posiadającego miejsce na jeden filtr.

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający w celu zapewnienia najwyższej jakości narzędzi wymaga żeby oferowane produkty spełniały co najmniej poniższe normy:
DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402 oraz potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat stworzony według normy DIN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia, że Wykonawca posiada dla zaoferowanych wyrobów aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 175) i przedłoży je na każde wezwanie Zamawiającego. Załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających normy, o których mowa w zapytaniu jest dopuszczalne lecz Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający wymaga upoważnienia producenta do dystrybucji na terenie Polski, a także do wykonywania wszystkich czynności serwisowych, również posiadanie własnego punku serwisowego na terenie RP. W zakresie narzędzi obejmuje to również możliwość wykonania profesjonalnej regeneracji i naprawy wszystkich oferowanych narzędzi, w standardzie odpowiadającym standardom produkcyjnym nowych narzędzi. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie Nr 10

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 66 i 67 – retraktor automatyczny, nie popełnił omyłki w opisie przedmiotu zamówienia i wskazał, iż wymaga retraktora 2x3 zęby o długości 13 cm i 16 cm. Retraktory typu WEITLANER o wskazanych przez Zamawiającego długościach – 13 i 16 cm istnieją jedynie z opcją 3x4 zęby, niemożliwe jest przez żadnego producenta zaoferowanie tego typu narzędzia o takich długościach w opcji 2x3 zęby. Zatem czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 10 poz. 66 - Retraktor automatyczny typu WEITLANER, tępy, o dł. 13 cm z 3x4 zębami, oraz w zadaniu nr 10 poz. 67 - Retraktor automatyczny typu WEITLANER, tępy, o dł. 16,5 cm z 3x4 zębami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 81 nie popełnił omyłki i wskazał, iż wymaga Osteotomu kąтового, zamiast Dłuta kąтового? Wszystkie parametry, opis przedmiotu zamówienie w/w pozycji odnoszą się ewidentnie do Dłuta. Końcówka osteotomu jest płaska, a Zamawiający wymaga narzędzia z końcówką zaokrągloną i żłobową. Czy Zamawiający oczekuje w zadaniu nr 1 poz. 81, Dłuta kąтового (do wyważania głowy kości udowej) typu DAHMEN, z rączką drewnopodobną, końcówka ścięta i zaokrąglona oraz żłobowa, szer. 25 mm, dł. 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy i instalacji Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto **niezrealizowanego w terminie przedmiotu** umowy za każdy

dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie przedmiotu umowy;**

b) 3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dni.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłok określonych w ust. 1 pkt.

a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 14

W związku z wątpliwościami, pojawiającymi się ze strony Wykonawców, w części postępowań przeprowadzonych dotychczas przez różne podmioty Zamawiające, dotyczącymi jakości stali, z których wykonane powinny być zaoferowane narzędzia chirurgiczne, prosimy o doprecyzowanie czy narzędzia będące przedmiotem zamówienia powinny być wyrobami medycznymi, w myśl dyrektywy unijnej 93/42/EWG, spełniającymi wymogi określone w normie ISO9001, wypełniającymi co najmniej następujące kryteria dla określonych grup narzędzi:

Rodzaj narzędzia	Możliwe do użycia stale zgodne z DIN 58298	Stosowane rodzaje stali	Twardość
Haki operacyjne	X20Cr13	X20Cr13	42-48 HRC
Retraktory	X15Cr13		
	X8CRNiS18-9		
	X5CrNi18-10		
	X5CrNiMo17-12-2		
Nożyczki	X20Cr13	X20Cr13 z twardą wkładką	42-48 HRC/60-64 HRC
	X46Cr13		
	X50CrMoV15	X50CrMoV15 bez twardej wkładki	52-58 HRC
	X38CrMoV15		
	X5CrNiMo17-12-2		

Dłuta	X20Cr13		
	X46Cr13	X46Cr13	52-57 HRC
	X50CrMoV15	X50CrMoV15	52-58 HRC
	X38CrMoV15		
Podważki	X20Cr13	X20Cr13	42-48 HRC
	X46Cr13		
	X50CrMoV15		
	X38CrMoV15		
Ronguery Sztance	X20Cr13	X20Cr13	42-48 HRC
	X46Cr13		
	X50CrMoV15		
	X38CrMoV15		
Pincety	X20Cr13	X20Cr13	42-48 HRC
	X46Cr13	X46Cr13	42-46 HRC
	X5CrNi18-10		
	X5CrNiMo17-12-2		
Kleszcze	X20Cr13	X20Cr13	42-48 HRC
	X46Cr13	X46Cr13	42-48 HRC
Klemy	X20Cr13	X20Cr13	42-48 HRC
	X46Cr13		
	X5CrNiMo17-12-2		
Imadła	X20Cr13	X20Cr13	42-47 HRC
	X30Cr13		
Imadła z twardą wkładką	X20Cr13	X20Cr13	42-47 HRC (twarda wkładka 1600-1800 HV)
	X30Cr13		

Odpowiedź:

Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia, że Wykonawca posiada dla zaoferowanych wyrobów aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 175) i przedłoży je na każde wezwanie Zamawiającego.

Pytanie Nr 15

Czy Zamawiający, w Zadaniu nr 1, dopuści możliwość zaoferowania przez Wykonawców, jako równoważnego, zestawu narzędziowego o podanych poniżej parametrach technicznych:

L.p.	Opis	Ilość
1	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	3
2	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	6
3	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 215 MM L TRZONEK DŁUGI	3
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 260 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM	6
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	6
6	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	6
7	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP URLICH- AESCULAP DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM	6
8	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁ. 130 MM 5 1/8" ODGIĘTY 50 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 15 MM	12
9	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM	6
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	6
11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	6
12	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	18
13	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M	6
14	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM	6
15	PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP BONNEY KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 175 MM	6
16	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM	6
17	PODWAŻKA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 34 MM DŁ. 285 MM	3
18	DZWIGNIA KOSTNA BENETT 25/44MM SZER ŁYŻKI DŁ..235MM	6
19	DŹWIGN.KOSTNA HOHMANN-ALDINGER SZER. ŁYŻKI 24 MM, DŁ. 270MM	6
20	DŹWIGN.KOSTNA HOHMANN SZER.ŁYŻKI 24MM DŁ. 260MM	6
21	DŹWIGNIA KOSTNA SZER.ŁYŻKI 43MM DŁ. 230MM	6
22	PODWAŻKA KOSTNA SZER. ŁYŻKI 17 MM DŁ. 240 MM	6
23	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	3

24	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	3
25	NOŻYCZKI MACICZNE ODGIĘTE TYP SIMS DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA	3
26	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-WAGNER 94X36 DŁUGOŚĆ 280 MM	3
27	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 63X20 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM	3
28	HAK OPERACYJNY TYP KELLY 64X54 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	3
29	HAK OPERACYJNY TYP KELLY 50X40 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	3
30	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM	3
31	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM	3
32	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY OSTRY 9X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	3
33	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY TĘPY 8X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	3
34	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY OSTRY 9X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	3
35	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY TĘPY 8X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	3
36	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	3
37	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY TĘPY 8X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	3
38	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN OSMIOZĘBNY OSTRY 9X40 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	3
39	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN OSMIOZĘBNY TĘPY 8X40 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	3
40	MŁOTEK HEATH WAGA GŁÓWKI 810 G, WAGA CAŁKOWITA 1160 G, ŚR. GŁÓWKI 45 MM, DŁ. .240MM	3
41	MŁOTEK TYP OMBREDANNE WAGA GŁÓWKI 550 G, WAGA CAŁKOWITA 900 G ŚREDNICA GŁOWICY 40 MM DŁ. 240 MM	3
42	IGŁA TYP REDON FIGURA 16 CHARR. ODGIĘTA 90 STOPNI OSTRZE NOŻOWE DŁUGOŚĆ 25 MM ŚREDNICA 5,35 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM	3
43	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM	3
44	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 235 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM	3
45	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 270 MM FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA	3
46	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 270 MM FIGURA 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA	3
47	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 270 MM FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 8,5 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA	3
48	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 270 MM FIGURA 3 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 10 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA	3
49	ŁYŻECZKA OSTRA # 000 PROSTA ŚR. ŁYŻKI 3,6MM DŁ. 250MM	3

50	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY .4MM SZER., DŁ. 245MM	3
51	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 10MM SZER., DŁ. 245MM	3
52	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.20MM	3
53	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.30MM	3
54	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 38MM SZER., DŁ. 245MM	3
55	SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 215 MM	3
56	SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 20 MM DŁ. 215 MM	3
57	OSTEOTOM HIBBS PROSTY SZER. 32MM/240MM DŁ.	3
58	OSTEOTOM HIBBS PROSTY SZER. 19MM/240MM DŁ	3
59	OSTEOTOM HIBBS PROSTY SZER. 10MM/240MM DŁ.	3
60	SZCZYPCE KOSTNE LEKSELL 5X16MM DŁ. 245MM	3
61	SZCZYPCE KOSTNE STILLE-RUSKIN DŁ. 240MM	3
62	KLESZCZE DO CHRZĄSTEK TYP BRICHER-GANSKE ZAKRZYWIONE DŁ. 200 MM	3
63	KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP FERGUSSON DŁ 205MM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 12MM	3
64	SUWMIARKA Z NONIUSZEM ZAKRES POMIAROWY DO150 MM DŁ. CAŁKOWITA 230 MM	3
65	STAŁOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM	3
66	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STAŁOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM.	3
67	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STAŁOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	3
68	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STAŁOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.	3
69	KONTENER STERYLIZACYJNY - ZESTAW - WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X187MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW, O WYMIARACH 593X294X37 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, WYPOSAŻONĄ W 2 WYMIENNE FILTRY Z PTFE ZWALIDOWANE NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, ZABEZPIECZONYCH OD ZEWNĄTRZ STAŁOWYMI ATRAPAMI	3
70	KOSZ STAŁOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X76MM	3
71	KOSZ STAŁOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM	3
72	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW	6
73	WYMIENNE FILTRY Z PTFE ZWALIDOWANE NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, W ZESTAWIE Z POKRYWA KONTENERA	6

74	DŹWIGNIA (PODWAŻKA KOSTNA) TYP QUERVAIN , SZER. 6,0MM , DŁ.195MM	3
75	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	3
76	KLESZCZE DO CHRZĄSTEK MARTIN PROSTE DŁ. 205MM	3
77	KLESZCZ CHRZESTNE TYPU BRICHER-GANSKE BOCZNIE ZAKRZYWIONE DŁ 200 MM	3
78	KLESZCZE DO PRZECINANIA MIĘKKIEGO DRUTU O ŚR. DO 1,5MM I TWARDEGO DRUTU O Ś. DO 1,2MM ZE SMUKŁYMI KOŃCÓWKAMI BRANSZ, DŁ. 160 MM	3
79	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN DŁ. 170 MM FIGURA 0000 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 2,8 MM	6
80	OSTEOTOM SMITH-PETERSEN PROSTY SZER. 7 MM/205 MM DŁ.	3
81	OSTEOTOM KĄTOWY Z RĄCZKĄ TYP LEXER DŁ.275MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 15MM.	3
82	HAK OPERACYJNY MOCNY JEDNOZĘBNY OSTRY SZER. 11MM/205 MM DŁ.	3

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania narzędzi wymienionych w pozycjach 13, 14, 15, 16, 21, 25, 26, 27, 40, 43, 44,45,46,47,48,59,60, 66, 79, 82. Dopuszcza możliwość zaoferowania narzędzi określonych w poz. 69, 70, 71, 72, 73. W pozostałych pozycjach dopuszcza z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe wymagane w SIWZ parametry.

Pytanie Nr 16

Czy Zamawiający, w Zadaniu nr 2, dopuści możliwość zaoferowania przez Wykonawców, jako równoważnego, zestawu narzędziowego o podanych poniżej parametrach technicznych:

L.p.	Opis	Ilość
1	KULOCIĄG TYP SCHRODER DŁUGOŚĆ. 250 MM 10" PROSTY MODEL STANDARD JEDNOZĘBNY	6
2	KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP FARABEUFLAMBOTTE SZER. 11MM, DŁ. 255 MM SZCZĘKI PROSTE ZĄBKOWANE RAMIONA DWUPOZYCYJNE Z DŁUGĄ ZAPADKĄ	6
3	KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP VERBRUGGE DUŻY O WYMIARACH SZCZĘKI 4,5/12MM DŁ 270MM FIG 3	6
4	KLESZCZYKI REPOZYCYJNE Z KONCAMI DO DUŻYCH KOŚCI DŁ 205MM	6
5	IGŁA DO PODWIĄZEK TYP DESCHAMPS DŁUGOŚĆ 240 MM KONIEC TĘPY WYGIĘTY ODGIĘTA W PRAWO	3
6	IGŁA DO PODWIĄZEK TYP DESCHAMPS DŁUGOŚĆ 240 MM KONIEC TĘPY WYGIĘTY ODGIĘTA W LEWO	3
7	IGŁA DO PODWIĄZEK TYP DESCHAMPS DŁUGOŚĆ 210 MM KONIEC TĘPY WYGIĘTY W PRAWO DO LEWEJ RĘKI	3
8	IGŁA DO PODWIĄZEK TYP DESCHAMPS DŁUGOŚĆ 210 MM KONIEC TĘPY WYGIĘTY W LEWO DO PRAWEJ RĘKI	3
9	IMADŁO ORTOPEDYCZNE Z PROSTOKĄTNYMI BRANSZAMI POPRZECZNIE KARBOWANYMI, Z OWALNYM OCZKIEM W CENTRALNEJ ICH CZĘŚCI, Z ODGIĘTYM PYSKIEM ORAZ BLASZKĄ ZACISKOWĄ, DŁUGOŚĆ 200MM	3

10	KLESZCZE DO PRZECINANIA MIĘKKIEGO DRUTU O ŚR. DO 1,5MM I TWARDEGO DRUTU O ŚR. DO 1,2MM ZE SMUKŁYMI KOŃCÓWKAMI BRANSZ, DŁ. 160 MM	3
11	KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ CZOŁOWE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁ. 220 MM 8 1/2" OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU MIEKKIEGO 3,0 MM, TWARDEGO 2,0MM, KOŃCE RAMION ZŁOCONE	3
12	NAPINACZ DRUTU (O ŚR. DO 1,0MM) TYP LOUTE DŁ. 220 MM	3
13	KONTNER STERYLIZACYJNY - ZESTAW - WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW, O WYMIARACH 468X294X37 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, WYPOSAŻONĄ W WYMIENNY FILTR Z PTFE ZWALIDOWANY NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWĄ ATRAPĄ	3
14	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X106MM	3
15	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW	6
16	WYMIENNE FILTRY Z PTFE ZWALIDOWANE NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, W ZESTAWIE Z POKRYWA KONTENERA	3

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania narzędzi wymienionych w pozycjach 2, 3,4, 9, 11
Dopuszcza możliwość zaferowania narzędzi określonych w poz. 13, 14, 15, 16 W pozostałych pozycjach dopuszcza z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe wymagane w SIWZ parametry.

Pytanie Nr 17

Czy Zamawiający, w Zadaniu nr 3, dopuści możliwość zaferowania przez Wykonawców, jako równoważnego, zestawu narzędziowego o podanych poniżej parametrach technicznych:

L.p.	Opis	Ilość
1	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	4
2	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	8
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	8
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	8
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER 1X2 ZĄBKI ODGIĘTE DŁ. 160 MM 6 1/4" SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	8
6	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	8
7	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP URLICH- AESCULAP DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM	8
8	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁ. 140 MM 5 1/2" ODGIĘTY 55 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 15 MM	16
9	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	8
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	24

11	KLESZCZE HEMOSTATYCZNE TYPU PEAN, DELIKATNE, PROSTE, DŁ. 130 MM	8
12	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	8
13	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA ŚREDNOSZEROKA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM	4
14	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA ŚREDNOSZEROKA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	8
15	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA ŚREDNOSZEROKA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	8
16	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM	16
17	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI	16
18	KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW	8
19	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM	4
20	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM	4
21	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY MM DUŻY DŁUGOŚĆ 220 MM	4
22	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY TĘPY MM DUŻY DŁUGOŚĆ 220 MM	4
23	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY OSTRY 9X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
24	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY TĘPY 8X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
25	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY OSTRY 9X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
26	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY TĘPY 8X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
27	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
28	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY TĘPY 8X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
29	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN OSMIOZĘBNY OSTRY 9X40 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
30	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN OSMIOZĘBNY TĘPY 8X40 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
31	PODWAŻKA KOSTNA SZER. ŁYŻKI 17 MM DŁ. 240 MM	8
32	DŹWIGNIA KOSTNA HOHMANN SZER. ŁYŻKI 24MM 260MM	8
33	DŹWIGNIA (PODWAŻKA KOSTNA) TYP QUERVAIN , SZER. 6,0MM , DŁ.195MM	4
34	PODWAŻKA KOSTNA TYP BUCK-GRAMCKO SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 7,5 MM, JEJ CZĘŚCI DYSTALNEJ 2 MM, DŁ. 150 MM	8
35	DŹWIGNIA KOSTNA , SZER ŁYŻKI 15,0 MM, JEJ CZĘŚCI DYSTALNEJ 2 MM, DŁ. 125 MM	8
36	NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA	4
37	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZE SZLIFEM FALISTYM UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA	4
38	MŁOTEK TYPU BERGMANN. ŚR. GŁÓWKI 30MM WAGA 245G, DŁ 235MM	4

39	OSTEOTOM LAMBOTTE ZAKRZYWIONY 18MM SZER. 245 MM DŁ.	4
40	OSTEOTOM LAMBOTTE ZAKRZYWIONY 8MM SZER., 245 MM DŁ.	4
41	SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁ. 215 MM	4
42	SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 215 MM	4
43	ODGRYZACZ KOSTNY TYP RUSKIN DŁ. 190 MM 7" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 14,5 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI	4
44	ODGRYZACZ KOSTNY TYP BEYER DŁ. 180 MM 7" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 3 MM DŁUGOŚĆ 15 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI	4
45	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN DŁ. 170 MM FIGURA 0000 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 2,8 MM	4
46	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIGURA 000 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 3,6 MM DŁ. 170 MM	4
47	ŁYŻKA DO ZATOK CZOŁOWYCH ŁAGODNIE ZAKRZYWIONA POD KĄTEM 55° Z OWALNĄ ŁYŻKĄ O WYM. 6X3 MM DŁ. 190MM	4
48	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN DŁ. 170 MM FIGURA 4 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 11,5 MM	4
49	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK 35X11 MM PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY DŁUGOŚĆ 215 MM	4
50	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 60X20 MM DŁUGOŚĆ 230 MM	4
51	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM	4
52	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM	4
53	DŁUTO ROWKOWE.LEXER DŁ. 220MM 10MM SZER.	4
54	PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP BONNEY KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 175 MM	8
55	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM	4
56	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 8MM SZER., DŁ. 245MM	4
57	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 10MM SZER., DŁ. 245MM	4
58	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.20MM	4
59	OSTEOTOM LAMBOTTE PR.25MM SZER 245MM	4
60	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.30MM	4
61	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 38MM SZER., DŁ. 245MM	4
62	PILNIK KOSTNY PŁASKO-WYPUKŁY Z PUSTĄ REKOJEŚCIĄ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 13 MM NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI DŁ. 240 MM.	4
63	KLESZCZE DO PRZECINANIA MIĘKKIEGO DRUTU O ŚR. DO 1,5MM I TWARDEGO DRUTU O Ś. DO 1,2MM ZE SMUKŁYMI KOŃCÓWKAMI BRANSZ, DŁ. 160 MM	4

64	STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM	4
65	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM.	4
66	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	4
67	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.	4
68	KONTENER STERYLIZACYJNY - ZESTAW: WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW, O WYMIARACH 593X294X37 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, WYPOSAŻONĄ W 2 WYMIENNE FILTRY Z PTFE ZWALIDOWANE NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, ZABEZPIECZONE OD ZEWNĄTRZ STALOWYMI ATRAPAMI	4
69	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM	4
70	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X76MM	4
71	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW	8
72	WYMIENNE FILTRY Z PTFE ZWALIDOWANE NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, W ZESTAWIE Z POKRYWA KONTENERA	8
73	OSTEOTOM HIBBS PROSTE SZER. 6MM/240MM DŁ.	4
74	OSTEOTOM HIBBS PROSTE SZER. 10MM/240MM DŁ.	4
75	OSTEOTOM HIBBS PROSTE SZER. 16MM/240MM DŁ.	4
76	OSTEOTOM HIBBS PROSTE SZER. 22MM/240MM DŁ.	4

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania narzędzi wymienionych w pozycjach 10, 12, 13, 21, 22, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 62, 65. Dopuszcza możliwość zaoferowania narzędzi określonych w poz. 68, 69, 70, 71, 72 W pozostałych pozycjach dopuszcza z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe wymagane w SIWZ parametry.

Pytanie Nr 18

Czy Zamawiający, w Zadaniu nr 4, dopuści możliwość zaoferowania przez Wykonawców, jako równoważnego, zestawu narzędziowego o podanych poniżej parametrach technicznych:

1	STRZEMIĘ ROZCIĄGAJĄCE TYP KIRSCHNER O WYM. 200X155MM DO DRUTU KIRSCHERA O ŚR. DO 2,5 MM	4
2	STRZEMIĘ ROZCIĄGAJĄCE TYP KIRSCHNER O WYM. 155X155MM DO DRUTU KIRSCHERA O ŚR. DO 2,5 MM	4
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	4

4	KONTENER STERYLIZACYJNY - ZESTAW - WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW, O WYMIARACH 468X294X37 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, WYPOSAŻONĄ W WYMIENNY FILTR Z PTFE ZWALIDOWANY NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWĄ ATRAPĄ	4
5	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X76MM	4
6	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW	8
7	WYMIENNE FILTRY Z PTFE ZWALIDOWANE NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, W ZESTAWIE Z POKRYWĄ KONTENERA (4 SZT.) ORAZ DODATKOWE DEDYKOWANE POWYŻSZEMU KONTENEROWI (4 SZT.)	8
8	KLUCZ DO ŚRUB DO KLAMRY WYCIĄGOWEJ, NASADOWY, DWUSTRONNY	4

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycjach 1, 2 nie dopuszcza, w pozostałych pozycjach dopuszcza.

Pytanie Nr 19

Czy Zamawiający, w Zadaniu nr 5, dopuści możliwość zaoferowania przez Wykonawców, jako równoważnego, zestawu narzędziowego o podanych poniżej parametrach technicznych:

L.p.	Opis	Ilość
1	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	2
2	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	4
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	4
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER 1X2 ZĄBKI ODGIĘTE DŁ. 160 MM 6 1/4" SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	4
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	4
6	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP URLICH- AESCULAP DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM	4
7	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁ. 140 MM 5 1/2" ODGIĘTY 55 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 15 MM	8
8	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	4
9	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	12
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM	8
11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM	4
12	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BABY-CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	8
13	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BABY-CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	4

14	PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 1,5MM PROSTA DŁ.150MM	2
15	PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 2/3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
16	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
17	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM	4
18	PODWAŻKA KOSTNA TYP BUCK-GRAMCKO SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 7,5 MM, CZĘŚCI DYSTALNEJ 2 MM, DŁ. 150 MM	4
19	DŹWIGNIA KOSTNA , SZER 15,0 MM, CZĘŚCI DYSTALNEJ 2 MM, DŁ. 125 MM	4
20	DŹWIGNIA (PODWAŻKA KOSTNA) TYP QUERVAIN , SZER. 6,0MM , DŁ.195MM	2
21	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA	2
22	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TEPE	2
23	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	4
24	KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW	4
25	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	2
26	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 37X37 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
27	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM	2
28	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM	2
29	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY OSTRY 9X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
30	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY TĘPY 8X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
31	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY OSTRY 9X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
32	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY TĘPY 8X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
33	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
34	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY TĘPY 8X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
35	MŁOTEK TYPU BERGMANN ŚR. GŁÓWKI 30MM WAGA 245G, DŁ 235MM	2
36	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 180 MM 7" FIGURA 1 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 2 MM	2
37	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 180 MM 7" FIGURA 2 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 4 MM	2
38	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 3 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6 MM	2
39	SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁ. 215 MM	2
40	SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 215 MM	2

41	ODGRYZACZ KOSTNY TYPU LEKSELL, ZAKRZYWIONY W KSZTAŁCIE LITERY "S", DODATKOWO KOŃCÓWKA ROBOCZA DELIKATNIE ODGIĘTA W STOSUNKU DO OSI NARZEDZIA, WYPOSAŻONY W SYSTEM DŹWIGNI, SPRĘŻYNA W RĘKOJEŚCI, SZEROKI PYSK, DŁ. 245 MM	2
42	SZCZYPCE KOSTNE RUSKIN-ROETTGEN DŁ. 240MM	2
43	PILNIK KOSTNY PŁASKO-WYPUKŁY Z PUSTĄ REKOJEŚCIĄ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 13 MM NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI DŁ. 240 MM.	2
44	KLESZCZE DO CHRZĄSTEK TYP BRICHER-GANSKE ZAKRZYWIONE DŁ. 200 MM	2
45	KLESZCZE DO PRZECINANIA MIĘKKIEGO DRUTU O ŚR. DO 1,5MM I TWARDEGO DRUTU O Ś. DO 1,2MM ZE SMUKŁYMI KOŃCÓWKAMI BRANSZ, DŁ. 160 MM	2
46	STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM	2
47	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	2
48	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.	2
49	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM.	2
50	KONTENER STERYLIZACYJNY - ZESTAW - WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW, O WYMIARACH 593X294X37 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, WYPOSAŻONĄ W 2 WYMIENNE FILTRY Z PTFEMZWALIDOWANE NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, ZABEZPIECZONYCH OD ZEWNĄTRZ STALOWYMI ATRAPAMI	2
51	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM	2
52	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW	4
53	WYMIENNE FILTRY Z PTFE ZWALIDOWANE NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, W ZESTAWIE Z POKRYWA KONTENERA	4
54	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	2
55	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 15MM SZER., DŁ. 245MM	2
56	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.20MM	2
57	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.30MM	2
58	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN OSMIOZĘBNY OSTRY 9X40 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
59	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN OSMIOZĘBNY TĘPY 8X40 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
60	RASPATOR TYP JOSEPH SZER.4MM DŁ.180MM.	2
61	KLESZCZE DO CHRZĄSTEK TYP BRICHER-GANSKE ZAKRZYWIONE DŁ. 200 MM	2
62	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM	2
63	DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ 7 MM DŁ. 170 MM	2

64	DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ 9 MM DŁ. 170 MM	2
65	DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP ALEXANDER DŁ. 170 MM SZEROKOŚĆ 11 MM	2
66	DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE , SZER. 20MM , DŁ.205MM	2
67	DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE , SZER. 25MM , DŁ.205MM	2
68	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTE 4MM SZER., DŁ. 245MM	2
69	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTE 8MM SZER DŁ. 245MM	2

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania narzędzi wymienionych w pozycjach 15, 16, 21, 23, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 49, 60, 63, 64, 65, Dopuszcza możliwość zaferowania narzędzi określonych w poz. 50, 51, 52, 53 W pozostałych pozycjach dopuszcza z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe wymagane w SIWZ parametry.

Pytanie Nr 20

Czy Zamawiający, w Zadaniu nr 6, dopuści możliwość zaferowania przez Wykonawców, jako równoważnego, zestawu narzędziowego o podanych poniżej parametrach technicznych:

L.p.	Opis	Ilość
1	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	4
2	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	2
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	4
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	4
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM	4
6	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM	4
7	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM	8
8	NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA	2
9	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	2
10	PODWAŻKA KOSTNA TYP BUCK-GRAMCKO SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 7,5 MM , CZĘŚCI DYSTALNEJ 2 MM, DŁ. 150 MM	4
11	DŹWIGNIA KOSTNA , SZER. ŁYŻKI 15,0 MM, CZĘŚCI DYSTALNEJ 2 MM, DŁ. 125 MM	4
12	KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW	2
13	RASPATOR WILLIGER SZER 6,0 MM, DŁ. 160 MM	2
14	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP URLICH- AESCULAP DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM	4

15	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
16	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM	4
17	PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 2/3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
18	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 165 MM	2
19	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 165 MM	2
20	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM	2
21	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY TĘPY 4,5X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM	2
22	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM	2
23	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY TĘPY 4,5X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM	2
24	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 5,0X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM	2
25	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY TĘPY 4,5X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM	2
26	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁ. 140 MM 5 1/2" ODGIĘTY 55 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 15 MM	8
27	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X24 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	2
28	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X16 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	2
29	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 23X20 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
30	MŁOTEK ORTOPEDYCZNY WAGA 155GR., GŁÓWKA O ŚR.22 MM DŁ. 190MM	2
31	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 180 MM 7" FIGURA 1 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 2 MM	2
32	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP WILLIGER FIG. 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 3,4 MM DŁ. 170 MM	2
33	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 180 MM 7" FIGURA 2 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 4 MM	2
34	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTE SZER.2MM DŁ. 125MM	2
35	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE DŁ. 125 MM SZEROKOŚĆ 4 MM	2
36	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 6 MM DŁ. 125 MM	2
37	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁ. 125 MM	2
38	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE DŁ. 125 MM SZEROKOŚĆ 15 MM	2
39	DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP ALEXANDER DŁ. 170 MM SZEROKOŚĆ 11 MM	2
40	SONDA TYP DOYEN PUSTA W ŚRODKU DŁUGOŚĆ 145 MM ODGIĘTA	2
41	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 5 MM DŁ. 215 MM	2

42	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 215 MM	2
43	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM	2
44	STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM	2
45	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	2
46	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.	2
47	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM.	2
48	KONTENER STERYLIZACYJNY - ZESTAW - WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW, O WYMIARACH 468X294X37 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, WYPOSAŻONĄ W WYMIENNY FILTR Z PTFE ZWALIDOWANY NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWĄ ATRAPĄ	2
49	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X106MM	2
50	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW	4
51	WYMIENNE FILTRY Z PTFE ZWALIDOWANE NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, W ZESTAWIE Z POKRYWA KONTENERA	2
52	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-FRIEDMANN LEKKO ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ OSTRZA 3 MM DŁ. 145 MM.	2
53	RASPATOR TYP JOSEPH SZER.4MM DŁ.180MM.	2
54	DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ 7 MM DŁ. 170 MM	2
55	DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ 9 MM DŁ. 170 MM	2
56	DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE , SZER. 25MM , DŁ.205MM	2

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania narzędzi wymienionych w pozycjach 8, 13, 15, 16, od 19 do 25, od 27 do 39, 47, od 53 - 56, Dopuszcza możliwość zaferowania narzędzi określonych w poz. 48, 49, 50, 51 W pozostałych pozycjach dopuszcza z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe wymagane w SIWZ parametry.

Pytanie Nr 21

Czy Zamawiający, w Zadaniu nr 7, dopuści możliwość zaferowania przez Wykonawców, jako równoważnego, zestawu narzędziowego o podanych poniżej parametrach technicznych:

L.p.	Opis	Ilość
1	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	4
2	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	4
3	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM	8

4	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM	8
5	PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 2/3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	8
6	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TEPE	4
7	IGŁOTRZYMACZ TYP MAYO-HEGAR DŁ. 180 MM 7" SZCZĘKI Z KANAŁKIEM NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,5 MM	4
8	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM	4
9	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER 1X2 ZĄBKI ODGIĘTE DŁ. 160 MM 6 1/4" SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	8
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	8
11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM	8
12	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM	8
13	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁ. 140 MM 5 1/2" ODGIĘTY 55 STOPNI ROZSTAW SZCZEK 15 MM	16
14	HAK DO RAN DŁ. 160 MM 6 1/4" 1 ZĘBNY OSTRY	4
15	HAK DO RAN DŁ. 160 MM 6 1/4" 1 ZĘBNY TĘPY	4
16	HACZYK OPERACYJNY O DELIKATNEJ MODYFIKACJI DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁ.160MM.	4
17	HAK DO RAN DŁ. 160 MM 6 1/4" 2 ZĘBNY TĘPY SZER. 5 MM	4
18	HACZYK OPERACYJNY O DELIKATNEJ MODYFIKACJI TRYZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁ.160MM.	4
19	HAK DO RAN DŁ. 160 MM 6 1/4" 3 ZĘBNY TĘPY SZER. 8 MM	4
20	HACZYK OPERACYJNY O DELIKATNEJ MODYFIKACJI DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁ.160MM.	4
21	HAK DO RAN DŁ. 160 MM 6 1/4" 4 ZĘBNY TĘPY SZER. 11 MM	4
22	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 180 MM 7" FIGURA 1 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 2 MM	4
23	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 180 MM 7" FIGURA 2 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 4 MM	4
24	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 3 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6 MM	4
25	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X16 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	8
26	PILNIK KOSTNY PŁASKO-WYPUKŁY Z PUSTĄ REKOJEŚCIĄ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 13 MM NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI DŁ. 240 MM.	4
27	SZCZYPCE KOSTNE BANE-HARTMANN DŁ. 175MM	4
28	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM	4
29	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 6 MM DŁ. 125 MM	4

30	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁ. 125 MM	4
31	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP URLICH- AESCULAP DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM	8
32	KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW	8
33	STAŁOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM	4
34	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STAŁOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.	4
35	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STAŁOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM.	4
36	MŁOTEK ORTOPEDYCZNY WAGA 155GR., GŁÓWKA O ŚR.22 MM DŁ. 190MM	4
37	DŹWIGNIA (PODWAŻKA KOSTNA) TYP QUERVAIN , SZER. 6,0MM , DŁ.195MM	4
38	KONTENER STERYLIZACYJNY - ZESTAW - WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW, O WYMIARACH 303X294X37 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, WYPOSAŻONĄ W WYMIENNY FILTR Z PTFE ZWALIDOWANY NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STAŁOWĄ ATRAPĄ	4
39	1/2 KOSZ STAŁOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X106MM	4
40	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW	8
41	WYMIENNE FILTRY Z PTFE ZWALIDOWANE NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, W ZESTAWIE Z POKRYWA KONTENERA	4

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania narzędzi wymienionych w pozycjach 5, 8 od 22 do 26, 29, 30, 35, 36 Dopuszcza możliwość zaoferowania narzędzi określonych w poz. 38, 39, 40,41 W pozostałych pozycjach dopuszcza z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe wymagane w SIWZ parametry.

Pytanie Nr 22

Czy Zamawiający, w Zadaniu nr 8, dopuści możliwość zaoferowania przez Wykonawców, jako równoważnego, zestawu narzędziowego o podanych poniżej parametrach technicznych:

L.p.	Opis	Ilość
1	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	2
2	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE 1X2 ZĄBKI DŁ. 130 MM 5 1/8" SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	2
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ODGIĘTE 1X2 ZĄBKI DŁ. 130 MM 5 1/8" SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	2
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 130 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM	2
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) PROSTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM	2

6	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM	4
7	NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ ZŁOTE UCHA	1
8	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ ZŁOTE UCHA	1
9	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM	1
10	KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE PROSTE TYP RAMPLEY DŁUGOŚĆ 250MM Z ZAMKIEM	1
11	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM	2
12	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM	2
13	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 165 MM	1
14	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 165 MM	1
15	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM	1
16	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY TĘPY 4,5X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM	1
17	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM	1
18	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY TĘPY 4,5X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM	1
19	NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP FAVALORO ODGIĘTE W LEWO POD KĄTEM 55° DŁUGOŚĆ 140MM KOŃCE OSTRO OSTRE	1
20	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X16 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	1
21	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X24 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	1
22	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 30X29 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	1
23	HACZYK DO NERWÓW, ADSON, TĘPY DŁ. 190 MM	1
24	HACZYK DO NERWÓW TYP CUSHING, ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90°, DŁ. ODGIĘTEJ KOŃCÓWKI 6MM, DŁ. CAŁKOWITA 190MM	1
25	PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA TYP ADSON DŁUGOŚĆ 120 MM Z TWARDA WKLADKĄ	2
26	MIKROPINCETA TYTANOWA TYPU DE'BAKEY PROSTA, DŁ. 185 MM, SZER. 1,0 MM	1
27	SONDA GŁÓWKOWO LISTKOWA DŁUGOŚĆ 145MM GŁÓWKA OWALNA 1,5 MM X 2 MM LISTEK SZEROKOŚĆ 8,5 MM	1
28	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE	2
29	STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ. 250 MM	1
30	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.	1
31	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	1
32	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X16 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	1

33	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW, O WYMIARACH 468X294X37 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, WYPOSAŻONĄ W WYMIENNY FILTR Z PTFE ZWALIDOWANY NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWA ATRAPA	1
34	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X76MM	1
35	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOŚRÓD 5 BARW	2
36	WYMIENNY FILTR Z PTFE ZWALIDOWANY NA 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, W ZESTAWIE Z POKRYWA KONTENERA	1
37	RASPATOR TYPU JOSEPH, DELIKATNIE ZAKRZYWIONY, ROZM. 4MM, DŁ. 180MM	1

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania narzędzi wymienionych w pozycjach od 12 do 24, 26, 32, 37. Dopuszcza możliwość zaferowania narzędzi określonych w poz. 33, 34, 35, 36. W pozostałych pozycjach dopuszcza z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe wymagane w SIWZ parametry.

Pytanie 23

Czy Zamawiający, w Zadaniu nr 10, dopuści możliwość zaferowania przez Wykonawców, jako równoważnego, zestawu narzędziowego o podanych poniżej parametrach technicznych:

L.p.	Opis	Ilość
1	RETRAKTOR AUTOMATYCZNY TYP PERKINS DŁ. 130 MM	2
2	HAK OPERACYJNY TYP SMILLE KĄTOWY MAŁY 32X19 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	2
3	MŁOTEK ORTOPEDYCZNY I O ŚR. GŁÓWKI 30/42 MM, WADZE GŁÓWKI 400G, WADZE CAŁKOWITEJ 750G, DŁ. 245 MM, RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ZE SKOŚNYMI WYPUSTKAMI UŁATWIAJĄCYMI UCHWYT	2
4	POBIJAK DŁ. 200 MM ŁÓWKA ŚREDNICY 14 MM Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI PODZIAŁKA 0,5 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	2
5	SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEROKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM	2
6	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM	10
7	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM	10
8	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	20
9	KLESZCZE DO PRZECINANIA MIĘKKIEGO DRUTU O ŚR. DO 1,5MM I TWARDEGO DRUTU O Ś. DO 1,2MM ZE SMUKŁYMI KOŃCÓWKAMI BRANSZ, DŁ. 160 MM	4
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 260 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM	20
11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	10

12	KLESZCZYKI HEMOSTATYCZNE TYPU KOCHER, DELIKATNE, PROSTE, 1X2 ZĄBKI, DŁ. 150 MM	10
13	KLESZCZYKI HEMOSTATYCZNE TYPU KOCHER, DELIKATNE, ZAGIĘTE, 1X2 ZĄBKI, DŁ. 150 MM	10
14	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ZAGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	10
15	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	10
16	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	20
17	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	20
18	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	10
19	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM	10
20	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 4MM SZER., DŁ. 245MM	10
21	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 10MM SZER., DŁ. 245MM	10
22	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.20MM	10
23	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.30MM	10
24	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 38MM SZER., DŁ. 245MM	10
25	OSTEOTOM HIBBS PROSTY SZER. 32MM/240MM DŁ.	4
26	OSTEOTOM HIBBS PROSTY SZER. 19MM/240MM DŁ.	4
27	OSTEOTOM HIBBS PROSTY SZER. 10MM/240MM DŁ.	4
28	DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE , SZER. 25MM , DŁ.205MM	4
29	DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE , SZER. 20MM , DŁ.205MM	2
30	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTE SZER.2MM 125MM	2
31	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE DŁ. 125 MM SZEROKOŚĆ 4 MM	2
32	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 6 MM DŁ. 125 MM	2
33	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁ. 125 MM	2
34	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE DŁ. 125 MM SZEROKOŚĆ 15 MM	2
35	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZEK 16,5 MM	10
36	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP URLICH- AESCULAP DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZEKI 7 MM	4
37	MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYPU OMBREDANNE, ŚR. GŁÓWKI 40MM, WAGA GŁÓWKI 520G., RĘKOJEŚĆ CZĘŚCIOWO POPRZECZNIE FAKTUROWANA I SPŁASZCZONA, DŁ. 240 MM	4

38	KULOCIĄG TYP SCHRODER DŁUGOŚĆ. 250 MM 10" PROSTY MODEL STANDARD JEDNOZĘBNY	6
39	KLESZCZYKI REPOZYCYJNE Z KONCAMI DO DUŻYCH KOŚCI DŁ 205MM	6
40	PODWAŻKA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 34 MM DŁ. 285 MM	2
41	DZWIGNIA KOSTNA BENETT SZER. ŁYŻKI 44MM, CZĘŚCI DYSTALNEJ 25MM, DŁ.235MM	2
42	DZWIGNIA KOSTNA HOHMANN-ALDINGER SZER. ŁYŻKI 24 MM, DŁ. 270MM	2
43	DZWIGNIA KOSTNA HOHMANN SZER. ŁYŻKI 24MM DŁ. 260MM	2
44	PODWAŻKA KOSTNA SZER. ŁYŻKI 17 MM DŁ. 240 MM	2
45	PODWAŻKA KOSTNA TYP BUCK-GRAMCKO SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 7,5 MM, CZĘŚCI DYSTALNEJ 2 MM, DŁ. 150 MM	2
46	DZWIGNIA KOSTNA , SZER ŁYŻKI 15,0 MM, CZĘŚCI DYSTALNEJ 2 MM, DŁ. 125 MM	3
47	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM	4
48	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY OSTRY 9X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
49	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY TĘPY 8X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
50	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY OSTRY 9X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
51	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY TĘPY 8X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
52	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
53	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY TĘPY 8X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
54	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN OSMIOZĘBNY OSTRY 9X40 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
55	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN OSMIOZĘBNY TĘPY 8X40 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
56	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 270 MM FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA	2
57	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 270 MM FIGURA 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA	2
58	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 270 MM FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 8,5 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA	2
59	ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 270 MM FIGURA 3 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 10 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA	2
60	OSTEOTOM KĄTOWY Z RĄCZKĄ TYP LEXER DŁ.275MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 15MM.	2
61	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 215 MM	4
62	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 20 MM DŁ. 215 MM	2
63	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 5,0 MM DŁ. 215 MM	2
64	KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP FERGUSSON DŁ 205MM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 11MM	4

65	SONDA TYP DOYEN PUSTA W ŚRODKU DŁUGOŚĆ 145 MM ODGIĘTA	2
66	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM	4
67	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM	2
68	PILNIK KOSTNY PŁASKO-WYPUKŁY Z PUSTĄ REKOJEŚCIĄ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 13 MM NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI DŁ. 240 MM.	2
69	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA SREDNIOSZEROKA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	4
70	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA SREDNIOSZEROKA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM	4
71	PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP BONNEY KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 175 MM	4
72	PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 2/3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
73	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA SREDNIOSZEROKA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
74	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA SREDNIOSZEROKA DŁUGOŚĆ 200 MM	2
75	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA SREDNIOSZEROKA DŁUGOŚĆ 180 MM	2
76	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA SREDNIOSZEROKA DŁUGOŚĆ 145 MM	6
77	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	10
78	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	10
79	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 215 MM L TRZONEK DŁUGI	4
80	RASPATOR TYP JOSEPH SZER.4MM DŁ.180MM.	2
81	KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ CZOŁOWE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁ. 215 MM 8 1/2" OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 2,5 MM KOŃCE RAMION ZŁOZONE	2
82	KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁ. 475 MM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 6 MM	2
83	OSTEOTOM NIEDERDELLMANN ZAKRZYWIONY SZER. 8MM/250MM DŁ.	4
84	OSTEOTOM NIEDERDELLMANN ZAKRZYWIONY SZER.10MM/250MM DŁ.	4
85	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 4MM SZER., DŁ. 245MM	4
86	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 8MM SZER., DŁ. 245MM	4
87	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY 13MM SZER. DŁ. 245MM	4
88	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.20MM	4
89	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.30MM	4
90	KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP FARABEUF-LAMBOTTE DŁ. 255 MM SZCZĘKI PROSTE ZĄBKOWANE RAMIONA DWUPOZYCYJNE Z DŁUGĄ ZAPADKĄ SZER. 11 MM	4
91	KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP VERBRUGGE DUŻY O WYMIARACH SZCZĘKI 4,5/12MM DŁ 270MM FIG 3	2

92	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE PROSTE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA	10
93	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA	10
94	KLESZCZE DO WYCIĄGANIA WIERTŁ KOSTNYCH DŁ. 180 MM RAMIONA ZE ŚRUBĄ ZABEZPIEZAJĄCĄ	1
95	KLESZCZE DO DRUTU PŁASKIE SPICZASTE BRANSZE, DŁ. 190 MM	1
96	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ŻŁOTE UCHA	2
97	HAK OPERACYJNY MOCNY JEDNOZĘBNY OSTRY SZER. ODGIĘCIA 11 MM, DŁ 245 MM	2
98	MŁOTEK TYPU BERGMANN ŚR. GŁÓWKI 30MM WAGA 245G, DŁ 235MM	2
99	MŁOTEK HEATH WAGA GŁÓWKI 810 G, WAGA CAŁKOWITA 1160 G, ŚR. GŁÓWKI 45 MM, DŁ. 240MM	2
100	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM	4
101	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM	1
102	ŁYŻECZKA OSTRA # 000 PROSTA SZER. ŁYŻKI 3,6MM DŁ. 250MM	1
103	SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁ. 215 MM	2
104	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE PROSTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA	2
105	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TEPE	4
106	OSTEOTOM SMITH-PETERSEN PROSTY SZER. 7MM/205MM DŁ.	2
107	OSTEOTOM KĄTOWY Z RĄCZKĄ TYP LEXER DŁ.275MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 15MM.	2
108	NAPINACZ DRUTU TYP LOUTE DŁ. 220 MM, GRUBOŚĆ DRUTU DO 1,0MM	1
109	RETRAKTOR CLOWARD DO LAMINEKTOMII, SZER. PYSZCZKA 5MM, DŁ. 155MM	1
110	PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 1,5MM PROSTA DŁ.150MM	2
111	PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 1,5 MM PROSTA DŁ 200MM	2
112	WIERTŁO KOSTNE TYP PERTHES KWADRATOWE DŁ. 215MM	2
113	ALUMINIOWA MATRYCA - RĘKA DLA DOROSŁYCH - O WYM. 365X230MM	2
114	SZCZYPCE KOSTNE LEKSELL O WYM. 3X16MM DŁ. 245MM	2
115	SZCZYPCE KOSTNE LEKSELL O WYM. 5X16MM DŁ. 245MM	2
116	ODGRYZACZ KOSTNY STILLE ZAKRZYWIONY 230 MM	2

117	PODWAŻKA KOSTNA TYP BUCK-GRAMCKO SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 7,5 MM, CZĘŚCI DYSTALNEJ 2 MM, DŁ. 150 MM	4
118	PODWAŻKA KOSTNA PODWÓJNIE PRZYGIĘTA, TĘPA, ŚR. ŁOPATY 6 MM ORAZ KOŃCÓWKI 2 MM, DŁ. 160 MM	2
119	PODWAŻKA KOSTNA PODWÓJNIE PRZYGIĘTA, TĘPA, ŚR. ŁOPATY 8 MM ORAZ KOŃCÓWKI 2 MM, DŁ. 160 MM	2
120	ODGRYZACZ KOSTNY TYPU BOEHLER, ZAKRZYWIONY, Z SYSTEMEM DŹWIGNI PRZENOSZĄCYCH SIŁĘ PRACY NARZĘDZIA NA BRANSZE ROBOCZE, ZE SPRĘŻYNĄ W RĘKOJEŚCI, SMUKŁY PYSZCZEK, DŁ. 155 MM	2
121	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
122	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM	2

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania narzędzi wymienionych w pozycjach 1, 2, 3, 6, 12, 13, 17, 18, 25, 26, 27 od 30 do 34, 37, 39, 43, 45, od 56 do 60, 64, 68, 71, 80, 81, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 106, 107, 109, od 112 do 116. W pozostałych pozycjach dopuszcza z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe wymagane w SIWZ parametry.

Pytanie Nr 24

Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności ofert, wyłączy do odrębnego Zadania, wymienione poniżej instrumentarium wchodzące w skład wiertarki ręcznej do kości z głowicą typu Jacobs, ujęte w Pozycjach 23-25 Zadania nr 11 (Załącznika 2/11 do SIWZ):

23	KOMPLETNA WIERTARKA RĘCZNA DO KOŚCI, SKŁADAJĄCA SIĘ Z NAPĘDU POSIADAJĄCEGO KOŃCÓWKĘ JACOBS ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POŁOŻENIA UCHWYTU, W KOMPLECIE KLUCZ DO MOCOWANIA WIERTEL, KOMPATYBILNA ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI WIERTEL.	1
24	RĄCZKA Z UCHWYTEM W KSZTAŁCIE LITERY „ T „, ZAKOŃCZONA KOŃCÓWKĄ JACOBS, POZWALAJĄCA NA PRACĘ Z WIERTŁAMI O ŚR. MIN. OD 0,5 DO 7 MM. W KOMPLECIE KLUCZ DO MOCOWANIA WIERTEL	1
25	KLUCZ DO MOCOWANIA WIERTEL W SYSTEMIE JACOBS	1

oraz dopuści możliwość zaoferowania przez Wykonawców, jako równoważnego, zestawu narzędziowego o podanych poniżej parametrach technicznych:

L.p.	Opis	Ilość
1	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM NOIR, BRANSZEZESZLIFEM FALISTYM OSTRZONE MIKROTOMOWO ZWIĘKSZAJĄ PRECYZJĘ CIĘCIA, TWARDA WKŁADKA WYKONANA Z WĘGLIKA WOLFRAMU O TWARDOŚCI 2000 HV, POWŁOKA NARZĘDZIA W KOLORZE CZARNYM Z DOMIESZKĄ NITRYTU NIWELUJE REFLEKS W POLU OPERACYJNYM, ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NARZĘDZIA NA ZUŻYCIE, PRZECIWDZIAŁA KOROZJI, UCHA NOŻYCZEK I WKRĘT ŁĄCZĄCY ZŁOCONE, ZAKRZYWIONE, TĘPO-TĘPEDŁ. 180 MM,	23
2	OSTEOTOM LEXER, PROSTY, RĘKOJEŚĆ WYKONANA Z PEEK KOŃCÓWKA ROBOCZA ŚCIĘTA OBUSTRONNIE, SZER.ROBOCZA 20MM, DŁ. 220 MM	9
3	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM NOIR, BRANSZEZESZLIFEM FALISTYM OSTRZONE MIKROTOMOWO ZWIĘKSZAJĄ PRECYZJĘ CIĘCIA, TWARDA WKŁADKA WYKONANA Z WĘGLIKA WOLFRAMU O TWARDOŚCI 2000 HV, POWŁOKA NARZĘDZIA W KOLORZE CZARNYM Z DOMIESZKĄ NITRYTU NIWELUJE REFLEKS W POLU OPERACYJNYM, ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NARZĘDZIA NA ZUŻYCIE, PRZECIWDZIAŁA KOROZJI, UCHA NOŻYCZEK I WKRĘT ŁĄCZĄCY ZŁOCONE, ZAKRZYWIONE, TĘPO-TĘPEDŁ. 180 MM,	16

4	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 210 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM	12
5	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD DŁ.185MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,4 MM UCHA ZŁOCONE.	2
6	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BABY-CRILE-WOOD DŁ.150MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,4 MM UCHA ZŁOCONE.	2
7	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM NOIR, BRANSZEZESZLIFEM FALISTYM OSTRZONE MIKROTOMOWO ZWIĘKSZAJĄ PRECYZJĘ CIĘCIA, TWARDĄ WKŁADKĄ WYKONANĄ Z WĘGLIKA WOLFRAMU O TWARDZOŚCI 2000 HV, POWŁOKA NARZĘDZIA W KOLORZE CZARNYM Z DOMIESZKĄ NITRYTU NIWELUJE REFLEKS W POLU OPERACYJNYM, ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NARZĘDZIA NA ZUŻYCIE, PRZECIWDZIAŁA KOROZJI, UCHA NOŻYCZEK I WKRĘT ŁĄCZĄCY ZŁOCONE, ZAKRZYWIONE, TĘPO-TĘPEDŁ. 145 MM,	6
8	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 165 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM	8
9	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM	13
10	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE OSTRO-TEPE PROSTE DŁ. 145 MM	5
11	NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE TYPU MUELLER ZE SPRĘŻYNKAMI ORAZ Z UCHWYTAMI LEKKIMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PROSTE OSTRO-OSTRE, DŁ. CAŁKOWITA 170 MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA RODZAJU NARZĘDZIA	1
12	NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE TYPU MUELLER ZE SPRĘŻYNKAMI ORAZ Z UCHWYTAMI LEKKIMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. ZAKRZYWIONE OSTRO-OSTRE, DŁ. CAŁKOWITA 170 MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA RODZAJU NARZĘDZIA	1
13	PINCETA ANATOMICZNA TYPU MUELLER ZE SPRĘŻYNKAMI ORAZ Z UCHWYTAMI LEKKIMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, Z BÓLCEM PROWADZACYM, DŁ. CAŁKOWITA 160 MM, SZER. PYSZCZKA 0,4 MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA RODZAJU NARZĘDZIA	1
14	MIKROIMADŁO TYPU MUELLER ZE SPRĘŻYNKAMI ORAZ Z UCHWYTAMI LEKKIMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, ZAKRZYWIONE , Z MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM, DŁ. CAŁKOWITA 145 MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA RODZAJU NARZĘDZIA	1
15	KOSZOSITO PERFOROWANE Z POKRYWA ORAZ UCHWYTAMI STABILIZUJĄCYMI NARZĘDZIA (3 RZĘDY) W WERSJI MINI PRZEZNACZONE DO DROBNYCH AKCESORIÓW, O WYMIARACH 274X172X41 MM	1
16	KLESZCZE DO USUWANIA I ZAGINANIA DRUTU Z TWARDĄ WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ZE SPRĘŻYNĄ, PYSZCZEK WYPROFILOWANY DLA UŁATWIENIA PROWADZENIA DRUTU, DŁ. 170 MM	2
17	KLESZCZE DO USUWANIA I ZAGINANIA DRUTU Z TWARDĄ WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ZE SPRĘŻYNĄ, PYSZCZEK WYPROFILOWANY DLA UŁATWIENIA PROWADZENIA DRUTU, DŁ. 170 MM	2
18	NOŻYCZKI BIPOLARNE PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ODGIĘTE 230 MM KOŃCE TĘPO TĘPE DELIKATNE	2
19	KABEL BIPOLARNY KOMPATYBILNY Z NOŻYCZKAMI METZENBAUM, WTYCZKA DO GENERATORA OKRĄGŁA, DŁ. KABLA 5 M	2
20	KLESZCZE DO CHRZĄSTEK TYP BRICHER-GANSKE ZAKRZYWIONE DŁ. 200 MM	4
21	KLESZCZE CHRZESTNE TYPU BRICHER-GANSKE ZAKRZYWIONE BOCZNIE DŁ 200 MM	4
22	KLESZCZE DO CHRZĄSTEK MARTIN PROSTE DŁ. 205MM	4

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 23-25 do oddzielnego zadania .

Zamawiający w pozycjach 1, 3, 4, 6, 7, 8, od 11 do 14, 16, 17, 18 nie dopuszcza. W pozostałych pozycjach dopuszcza z zastrzeżeniem spełniania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie Nr 25

Czy Zamawiający, w Zadaniach nr 1–8, oczekuje, aby zaoferowane przez Wykonawców pokrywy kontenerów sterylizacyjnych były zaopatrzone w elementy gwarantujące dodatkowe zabezpieczenie na zewnątrz pokrywy przed przypadkowym perforowaniem filtrów mikroporowych, a co za tym idzie, możliwością migracji do wnętrza kontenera niesterylnych mikroelementów bez wiedzy Użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania kontenerów z pokrywami gwarantującymi takie zabezpieczenie.

Pytanie Nr 26

Czy Zamawiający, mając na uwadze ryzyko obniżenia skuteczności dalszej opieki serwisowej nad zaoferowanym instrumentarium, wynikające z zaoferowania przez Wykonawców instrumentarium różnych producentów, nie powiązanych ze sobą kapitałowo i technologicznie, rozważy potrzebę zaoferowania przez Wykonawców instrumentarium wraz z systemem kontenerowym jednego producenta, bądź też producentów wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej, powiązanych ze sobą również na poziomie technologicznym, oferujących wspólny, autoryzowany, fabryczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny również na terenie kraju (z autoryzacją potwierdzoną stosownym certyfikatem producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych)?

Odpowiedź:

Wymogi dotyczące serwisowania narzędzi zostały opisane w SIWZ.

Pytanie Nr 27

Czy Zamawiający, dla zapewnienia należytego przebiegu procesu przeglądu stanu zaoferowanych przez narzędzi chirurgicznych i odtworzenia ich stanu jakościowego, oczekuje, aby przeglądy dokonywane były przez pracowników producenta narzędzi, a proces odtworzenia stanu jakościowego odbywał się w autoryzowanym, fabrycznym serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (z autoryzacją potwierdzoną stosownym certyfikatem producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych)?

Odpowiedź:

Wymogi dotyczące serwisowania narzędzi zostały opisane w SIWZ.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 2/10 poz. 60. Poprawiony Załącznik z uwzględnieniem dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej informacji i zostaje umieszczony na stronie internetowej – www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

W trybie art. 18 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

p.o. KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutrych-Krajewska

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 10

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto pozycji	Wartość VAT	Wartość brutto pozycji
1	Retraktor automatyczny typu TUBINGER MODELL, bransze tępe, pełne, szerokie, półokrągłe, odgięte na końcach na zewnątrz, narzędzie posiadające zatraskowy system blokowania, dł. 16 cm.	2	Szt.						
2	Retraktor ostry jednozębny z rączką w kształcie litery „T”, dł. 14 cm	2	Szt.						
3	Młotek ortopedyczny z maszyną główką, wykonaną z materiału stosowanego przy produkcji implantów, dwustronny, śr.główek 14/24mm, waga główki 420g., rękojeść pełna z poprzecznym fakturowaniem, dł. 23,5 cm	2	Szt.						
4	Pobijak kostny, śr. główki 14 mm, z nacięciami krzyżowymi, rękojeść drewnopodobna, dł. 20 cm.	2	Szt.						
5	Szpatuła językowa typu BUCHWALD, podwójnie wygięta w literę „S”, półokrągła, tępa, dwustronna, dł. 18 cm	2	Szt.						

6	Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozm. 0,5mm, ucha złożone, szerokość bransz 2,5mm, gęstość ząbków 2500 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości nici do max.3/0, dł. 24 cm	10	Szt.						
7	Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozm. 0,5mm, ucha złożone, szerokość bransz 2,5mm, gęstość ząbków 2500 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości nici do max.3/0, dł. 20 cm	10	Szt.						
8	Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 17 cm.	20	Szt.						
9	Kleszcze chwytne do pracy z drutami chirurgicznymi (zaginanie i cięcie), dedykowane przez producenta do cięcia drutu miękkiego o śr. do 1,5 mm oraz twardego o śr. do 1,0 mm, dł 16 cm. Bransze narzędzia oprócz perforacji posiadające specjalne kanały do prowadzenie drutu oraz wbudowane ostrze tnące do jego cięcia.	4	Szt.						
10	Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, dł. 26 cm	20	Szt.						
11	Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, dł. 24 cm	10	Szt.						
12	Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, dł. 16 cm	10	Szt.						
13	Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, zagięte, 1x2 ząbki, dł. 16 cm	10	Szt.						

14	Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, dł. 13 cm	10	Szt.						
15	Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, zagięte, 1x2 ząbki, dł. 13 cm	10	Szt.						
16	Kleszczyki hemostatyczne typu PEAN, delikatne, zagięte, dł. 16 cm	20	Szt.						
17	Kleszcze preparacyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, średnio zakrzywione, z zapinką, fig.2, dł. 21 cm.	20	Szt.						
18	Kleszcze preparacyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, lekko zakrzywione, z zapinką, fig.7, dł. 21 cm.	10	Szt.						
19	Kleszczyki hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, zagięte, dł. 12,5 cm	10	Szt.						
20	Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 24,5 cm	10	Szt.						
21	Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 10mm, dł. 24,5 cm	10	Szt.						
22	Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 20mm, dł. 24,5 cm	10	Szt.						
23	Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 30mm, dł. 24,5 cm	10	Szt.						
24	Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 38mm, dł. 24,5 cm	10	Szt.						
25	Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, rękojeść okrągła, kanciasta, szerokość 32mm, dł. 24 cm.	4	Szt.						

26	Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, rękojeść okrągła, kanciasta, szerokość 19mm, dł. 24 cm.	4	Szt.						
27	Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, rękojeść okrągła, kanciasta, szerokość 9mm, dł. 24 cm.	4	Szt.						
28	Dłuto żłobowe typu STILLE, proste, szer.25mm, dł. 20 cm, w całości stalowe.	4	Szt.						
29	Dłuto żłobowe typu STILLE, proste, szer.20mm, dł. 20 cm, w całości stalowe.	2	Szt.						
30	Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 2mm, dł. 17 cm	2	Szt.						
31	Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 17 cm	2	Szt.						
32	Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 6mm, dł. 17 cm	2	Szt.						
33	Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 10mm, dł. 17 cm	2	Szt.						
34	Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 15mm, dł. 17 cm	2	Szt.						
35	Kleszczyki do obłożenia typu BACKHAUS, dł. 13 cm	10	Szt.						
36	Kleszcze do tamponady typu ULRICH, bransze szczelinowe, pełne, proste, żłobione poprzecznie, dł. 27 cm	4	Szt.						
37	Młotek ortopedyczny typu OMBREDANNE, śr.główki 40mm, waga główki 550g., rękojeść częściowo poprzecznie fakturowana i spłaszczona, dł. 24 cm	4	Szt.						

38	Kulociąg typu SCHRODER, prosty, zęby 1x1, zachodzące na siebie, z zapinką, dł. 25 cm	6	Szt.						
39	Kościotrymacz do średnich kości, 1x1 zęby, bransze robocze zakrzywione, konstrukcja łączona na śrubę z wydłużoną poza obrys narzędzia zapinką, , dł. 20 cm	6	Szt.						
40	Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatką środkowa o szerokości 33mm, część dystalna ścięta pod kątem prostym, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 28,5 cm	2	Szt.						
41	Podważka kostna typu BENNETT, część pracująca zakrzywiona kątowno, część dystalna zakończona "języczkiem" zakrzywionym do góry, łopatką na zagięciu kątowym ze wzdłużnym bruzdowaniem, szerokość 44mm, rękojeść pełna z podwójnym ogranicznikiem, dł. 24 cm.	2	Szt.						
42	Podważka kostna typu HOHMANN-ALDINGER, część dystalna podwójnie zagięta, łopatką środkowa o szerokości 24mm, część dystalna stożkowa, rękojeść zakończona 2 okrągłymi otworami, rękojeść w części proksymalnej dodatkowo odgięta, dł. 27 cm	2	Szt.						
43	Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatką środkowa o szerokości 22mm, część dystalna ścięta pod kątem prostym, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 26 cm	2	Szt.						
44	Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatką środkowa o szerokości 17mm, część dystalna zwężana i ścięta poprzecznie, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 24 cm.	2	Szt.						
45	Podważka kostna, część proksymalna podwójnie zagięta, szer.robocza 7mm, rękojeść płaska i prosta, dł. 15 cm.	2	Szt.						

46	Podważka kostna, szer. w części dystalnej 2mm zakończona ostro, w części środkowej 15mm, część dystalna podwójnie zagięta, rękojeść płaska, prosta z otworem w części proksymalnej, dł. 12,5 cm.	3	Szt.						
47	Hak do kości typu KOCHER, 1-zębny, ostry, rękojeść ażurowa, dł. 21,5 cm	4	Szt.						
48	Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, ostry, wym. 9x8mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm	1	Szt.						
49	Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, tępy, wym. 9x8mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm	1	Szt.						
50	Hak operacyjny typu VOLKMANN, 3 zębny, ostry, wym. 9x13mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm	1	Szt.						
51	Hak operacyjny typu VOLKMANN, 3 zębny, tępy, wym. 9x13mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm	1	Szt.						
52	Hak operacyjny typu VOLKMANN, 4 zębny, ostry, wym. 9x19mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm	1	Szt.						
53	Hak operacyjny typu VOLKMANN, 4 zębny, tępy, wym. 9x19mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm	1	Szt.						
54	Hak operacyjny typu VOLKMANN, 8 zębny, ostry, wym. 9x40mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm	1	Szt.						
55	Hak operacyjny typu VOLKMANN, 8 zębny, tępy, wym. 9x40mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm	1	Szt.						
56	Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.0, rękojeść drenopodobna, kanciasta, rozm. 4,4mm, dł. 28 cm	2	Szt.						

57	łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.1, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.6,8mm, dł. 28 cm.	2	Szt.						
58	łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.2, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.8,5mm, dł. 28 cm.	2	Szt.						
59	łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.3, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.10mm, dł. 28 cm.	2	Szt.						
60	Osteotom kątowy (do wyważania głowy kości udowej) typu DAHMEN, z rączką drewnopodobną, końcówka ścięta oraz żłobowa, szer. 25 mm, dł. 30 cm.	2	Szt.						
61	Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 10mm, dł. 21,5 cm	4	Szt.						
62	Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 20mm, dł. 21,5 cm	2	Szt.						
63	Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 5mm, dł. 21,5 cm	2	Szt.						
64	Kościotrzymacz (do głowy kości udowej) typu FERGUSON, bez sprężyny, 4 duże zęby na każdej branszy, szer.11mm, dł. 21 cm	4	Szt.						
65	Sonda rowkowa typu DOYEN, jednostronna, zakrzywiona, uczytyt płaski, dł. 14,5 cm	2	Szt.						
66	Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, tępy, dł. 13 cm.	4	Szt.						
67	Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, tępy, dł. 16 cm.	2	Szt.						
68	Pilnik kostny, część robocza podwójnie zagięta bagnetowo,	2	Szt.						

	rekojesc pełna, okrągła, kanciasta, dł. 24 cm														
69	Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, zębki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 20 cm	4	Szt.												
70	Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, zębki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 18 cm	4	Szt.												
71	Pęseta chirurgiczna typu BONNEY, prosta, 2x3 zęby, szerokość części roboczej 4mm, poprzecznie fakturowane bransze wewnątrz za ząbkami, rękojeści z mikro ząbkami antypoślizgowymi, dł. 17 cm.	4	Szt.												
72	Pęseta chirurgiczna typu NEW ORLEANS, prosta, 2x3 zęby, szerokość części roboczej 2,5mm, poprzecznie fakturowane bransze wewnątrz za ząbkami, rękojeści z poprzecznie fakturowane antypoślizgowo, dł. 15 cm.	4	Szt.												
73	Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, zębki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 15,5 cm	4	Szt.												
74	Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2mm, dł. 20 cm	2	Szt.												
75	Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2mm, dł. 18 cm	2	Szt.												
76	Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2mm, dł. 14,5 cm	6	Szt.												
77	Trzonek do skalpela nr.3, prosty, dł. 12,5 cm	10	Szt.												
78	Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm	10	Szt.												
79	Trzonek do skalpela nr.4L, długi, dł. 21 cm	4	Szt.												

80	Raspator typu JOSEPH, lekko zakrzywiony, ostry, szerokość 4,5mm, rękojeść płaska, dł. 16,5 cm	2	Szt.						
81	Obcegi do cięcia drutu, utwardzone wkładką węglową TC, czołowe, z system przekładni, rękojeści złożone, ze sprężyną, dedykowane do przecinania drutu twardego o śr.2,5mm i miękkiego o śr.3mm, dł. 22 cm	2	Szt.						
82	Obcinak do twardech drutów, śrub, gwoździ kostnych o śr. do 6 mm, z systemem podwójnej dźwigni, dł. 47 cm	2	Szt.						
83	Osteotom typu NIEDERDELLMANN, zakrzywiony, część robocza ścięta, rękojeść płaska, szer. 10 mm, dł. 25 cm	4	Szt.						
84	Osteotom typu NIEDERDELLMANN, zakrzywiony, część robocza ścięta, rękojeść płaska, szer. 10 mm, dł. 25 cm	4	Szt.						
85	Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 24,5 cm	4	Szt.						
86	Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 8mm, dł. 24,5 cm	4	Szt.						
87	Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 13mm, dł. 24,5 cm	4	Szt.						
88	Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 20mm, dł. 24,5 cm	4	Szt.						
89	Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 30mm, dł. 24,5 cm	4	Szt.						
90	Kościotrzymacz typu FARABEUF-LAMBOTTE, z blokadą dolną z opcją demontażu bez użycia narzędzi, bransze żłobione wzdłużnie z dużymi i małymi zębami po obu bokach każdej branszy, dł. 26	4	Szt.						

cm													
91	Kośćotrzymacz typu VERBRUGGE, obie bransze poprzecznie ząbkowane, zakrzywione wzdłużnie, jedna bransza zakrzywiona półkolistą a druga z wcięciem w kształcie litery "V", z zapinką, jedno ucho specjalnie powiększone względem drugiego na min.2 palce, dł. 27 cm	2	Szt.										
92	Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC i dodatkowo jedna bransza z mikroząbkami, ucha złocone i ramiona do połowy ich długości, dł. 18 cm.	10	Szt.										
93	Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, utwardzone wkładką węglową TC ucha, złocone dł. 20 cm.	10	Szt.										
94	Kleszcze do zaginania drutu i blach ze specjalnym rowkowaniem półokrągłych bransz oraz systemem dźwigni i pokrętletem blokującym w jednej z rękojści, dł. 18 cm	1	Szt.										
95	Kombinerki do pracy z drutami chirurgicznymi, wyginacze, precyzyjne, perforowane i zwiężające się bransze, dł. 19 cm	1	Szt.										
96	Nożyczki preparacyjne, delikatne, zagięte, tępe, jedna bransza z mikroząbkami, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 11,5 cm	2	Szt.										
97	Hak kostny bardzo duży, 1 - zębny, ostry, ręczka ażurowa, dł. 24 cm	2	Szt.										
98	Młotek ortopedyczny typu BERGMANN, śr.główki 30mm, waga główki 300g., rękojść częściowo poprzecznie fakturowana i spłaszczona, dł. 23,5 cm	2	Szt.										
99	Młotek ortopedyczny, do zabiegów endoprotezoplastyki stawów, śr.główki 50mm, rękojść pokryta antypoślizgowym tworzywem,	2	Szt.										

	waga całkowita 1300 g., dł. 26 cm											
100	Hak operacyjny typu VOLKMANN, 1 zębny, ostry, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm	4	Szt.									
101	Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, tępy, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm	1	Szt.									
102	łyżka kostna, prosta, rękojeść pusta w środku, okrągła, wzdłużnie żłobiona, końcówka owalna, fig. 000, rozm. 3,6 mm, dł. 25 cm.	1	Szt.									
103	Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 15mm, dł. 21,5 cm	2	Szt.									
104	Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM-FINO, proste, tępo-tępe, bransze utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte ceramiczną powłoką (czernione), ucha złożone, dł. 14,5 cm.	2	Szt.									
105	Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 14,5 cm.	4	Szt.									
106	Dłuto żłobowe proste typu SMITH-PETERSEN, rękojeść pełna, okrągła, gładka, szer. 6 mm, dł. 20,5 cm.	2	Szt.									
107	Osteotom kątowy (do wyważania głowy kości udowej) typu DAHMEN, z rączką drewnopodobną, końcówka ścięta i zaokrąglona oraz żłobowa, szer. 25 mm, dł. 30 cm.	2	Szt.									
108	Napinacz do drutu kostnego typu LOUTE, skręcany dwu - częściowo w części proksymalnej uchwytu, dł. 21 cm	1	Szt.									
109	Retraktor automatyczny typu CLOWARD, bransze tępe, pełne, bardzo wąskie, półokrągłe, odgięte na końcach na zewnątrz, narzędzie posiada zatraskowy system blokowania, dł. 14 cm	1	Szt.									

110	Pęseta anatomiczna typu DE BAKY, atraumatyczna z uzębieniem typu DE BAKY, prosta, szer.robocza 1,5mm, rękojeści płaskie z poprzecznym fakturowaniem, dł. 15 cm.	2	Szt.						
111	Pęseta anatomiczna typu DE BAKY, atraumatyczna z uzębieniem typu DE BAKY, prosta, szer.robocza 1,5mm, rękojeści płaskie z poprzecznym fakturowaniem, dł. 20 cm.	2	Szt.						
112	Rozwiertak typu PERTHES, ostry z ergonomiczną rączką, posiadającą pełną rękojeść ze złobieniami na wszystkie palce, prostopadłą do osi ostrza, dł. 21 cm. Ostrze w kształcie długiego grota z ostrymi krawędziami	2	Szt.						
113	Ołowiana podstawa pod dłoń (pozycjoner) dedykowana do zabiegów chirurgii ręki u dorosłych	2	Szt.						
114	Odgryzacz kostny typu LEKSELL, całe narzędzie wygięte delikatnie w kształcie litery „ S ,, bransze lekko bocznie zakrzywione, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szer. 3 mm, dł. 23 cm	2	Szt.						
115	Odgryzacz kostny typu LEKSELL, całe narzędzie wygięte delikatnie w kształcie litery „ S ,, bransze lekko bocznie zakrzywione, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szer. 4 mm, dł. 23 cm	2	Szt.						
116	Odgryzacz kostny typu STILLE, górna część narzędzia wygięta delikatnie w kształcie litery „ S ,, bransze lekko bocznie zakrzywione, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści oraz wypustką na jednym z uchwytów, szer. 8 mm, dł. 23 cm	2	Szt.						
117	Podwazka kostna typu BUCK-GRAMCKO, podwójnie przygięta, tępa, szer. w części środkowej 7,5 mm, śr. końcówki 2 mm, dł. 15 cm	4	Szt.						

118	Podważka kostna typu MINI - HOHMANN, podwójnie przygięta, tępa, śr. końcówki 6 mm, dł. 16,5 cm	2	Szt.						
119	Podważka kostna typu MINI - HOHMANN, podwójnie przygięta, tępa, śr. końcówki 8 mm, dł. 16,5 cm	2	Szt.						
120	Odgryzacz kostny typu KLEINERT - KUTZ, zakrzywiony, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szer. 2 mm, dł. 15 cm.	2	Szt.						
121	Pęseta chirurgiczna delikatna, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 1,5mm, dł. 14,5 cm	4	Szt.						
122	Pęseta anatomiczna, model wąski, prosta, szerokość 1,5mm, dł. 13 cm	2	Szt.						
				Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:					

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....

data

.....

podpis Wykonawcy