



WSPRiTS/ZP/192/2024
ZP.261.34.2024

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w TED nr 2024/S 155-479842 z dnia 09.08.2024 r. na zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 6 ambulansów z wyposażeniem medycznym [Nr postępowania: 34/ZP/2024].

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ (cz. II)

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

1) PYTANIE: dot. noszy głównych zintegrowanych z transporterem elektrycznym - W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze wyposażone w akumulator/baterię o pojemności 5 Ah, wyposażone w kółka o średnicy 15 cm i szerokości 5 cm, z systemem kontroli konieczności konserwacji noszy w postaci aplikacji dostępnej na smartfon, spełniające pozostałe wymagania OPZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze opisane powyżej, z zachowaniem pozostałych parametrów OPZ. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aplikacji wspomagającej kontrolę czasu konserwacji i cykli pracy noszy.

2) PYTANIE: dot. noszy głównych zintegrowanych z transporterem elektrycznym - W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczone nosze posiadały minimalne obciążenie powyżej 300 kg?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

3) PYTANIE: dot. noszy głównych zintegrowanych z transporterem elektrycznym - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze elektryczne z załadunkiem elektrycznym o następujących parametrach technicznych: nosze fabrycznie nowe; wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją; długość całkowita noszy 205 cm; szerokość całkowita noszy 58 cm; skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach; całkowita długość noszy po skróceniu max. 160 cm; możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy. Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta

o znacznym wzroście. Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji wężącej. Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy w zakresie 36-105 cm. Udźwig noszy powyżej 318 kg. Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu. Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnymi funkcji. Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do 75 °. Rozkładane poręcze boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane w 7 pozycjach ułatwiający transport pacjentów otyłych, certyfikowane w zakresie normy PN-EN 1865-3:2012+ A1:2015 (certyfikat załączyć do oferty). Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy 15 cm. 2 koła wyposażone w hamulce. 2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost (zwolnienie i uruchomienie blokady dostępne z przodu i z tyłu noszy). 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne. Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Wyprofilowany materac mocowany na rzepy, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny zgodny z normą EN 597-1. Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy. Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście. Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze. Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego. Możliwość bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania. Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi. Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania; z elektrycznym wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy. Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu. Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta. Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1. Waga noszy 57 kg. Nosze zgodnie z normami: EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń); EN PN 1865-2:2010 + A1:2015 (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną. Elektryczny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub lawety, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu 390 kg. System załadunku zgodny z normą PN-EN 1865-5:2012 oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie goleni noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji. Wskaźniki typu LED ułatwiający naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy, dodatkowa sygnalizacja świetlna poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu. W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) z ładowarką. Ładowanie akumulatorów z zasilania 12 V i 230V. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie. Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem). Klasa szczelności noszy IPX6. Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -34° do 54° C.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaferowania nosze opisane powyżej.

4) PYTANIE: dot. krzeselka kardiologicznego - Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności krzeselko kardiologiczne o następujących parametrach technicznych: wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją; wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach; wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję. Możliwość złożenia do transportu w ambulansie. Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach. Wyposażone 4 koła o szerokości 30 mm, w tym 2 obrotowe, w zakresie 360°. Średnica tylnych kół 120 mm. Średnica przednich kół 100 mm. Min. 2 hamulce na tylnych kołach. Uchylny rączki tylne, blokowane. Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach. Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzeselka $\geq 30^\circ$. Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm. Stabilizator głowy pacjenta. Podnózek na stopy pacjenta zintegrowany o wymiarze 7 cm x 30 cm. 3 pasy poprzeczne. Waga krzeselka z zainstalowanym systemem płozowym 14.9 kg. Maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x max 20 cm. Udźwig 227 kg. Dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi). Możliwość instalacji akcesoriów w dowolnym momencie: uchwyt na butlę tlenową, uchwyt na płyny infuzyjne, dodatkowy rozkładany podnózek. Deklaracja zgodności CE.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania krzeselko o powyższych parametrach.

5) PYTANIE: dot. krzeselka kardiologicznego - W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym o poniższych parametrach: przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach, składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach. Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane. Nośność krzeselka 180 kg. Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość). Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm. Przednie koła skrętne. Hamulec na kołach przednich. Tylne uchwyty regulowany na 3 poziomach. Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzeselka. Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie. 3 pasy bezpieczeństwa. Powłoka ochronna łatwa do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne. Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu. Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzeselka. Waga poniżej 15 kg.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania krzeselko o powyższych parametrach.

6) PYTANIE: dot. urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni w ambulansie - Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie, które zamiast modułu jonizacji plazmowej HPI posiada wysokowydajny moduł generatora plazmy typu DBD (Dielectric Barrier Discharge)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie opisane powyżej.

7) PYTANIE: dot. urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni w ambulansie - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada trybu ozonowania? Oferowane urządzenie posiada następujące tryby: oczyszczanie powietrza (dezodoryzacja); sterylizacja (dodatkowe zapobieganie zakażeniom); dezynfekcja za pomocą plazmy (pełna sterylizacja).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o powyższych parametrach.

8) PYTANIE: dot. zapisów Zał. nr 2 - Proszę o wyjaśnienie treści zapisu w tabeli – informacje dot. leasingu w zał. nr 2 do SWZ, tj. jaką wartość powinien wskazać Wykonawca wiersz nr 4 oraz wiersz nr 5 oraz czym różni się wiersz nr 4 (Miesięczny czynsz leasingowy: (35 równych rat leasingowych) od wiersza nr 5 (Miesięczny czynsz leasingowy: (ostatnia rata leasingowa/wyrównawcza).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wiersz 5 dotyczy ostatniej raty leasingowej, która jest jednocześnie wyrównawcza i z tego powodu jej wysokość może różnić się od pozostałych 35 rat.

9) PYTANIE: dot. zapisów Zał. nr 2 - Proszę o wskazanie wysokości opłaty wstępnej w stałej wartości (nie do 20%), ponieważ koszt leasingu uzależniony jest m.in. od wpłaty wstępnej Leasingobiorcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wysokość opłaty wstępnej wyniesie 20%. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia_ Formularza cenowego w tym zakresie w tym zakresie. Zmodyfikowany Zał. nr 2 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

10) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 200 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennosc warunków przez cały okres trwania Umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

11) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje opłaty z tytułu usług realizowanych na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania Umowy leasingu, np. koszty wznowienia Umowy leasingu po jej rozwiązaniu, koszty przekazania pełnomocnikowi Leasingodawcy obsługi spłaty należności przeterminowanych, koszty monitów w przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonywaniu płatności poszczególnych faktur, koszty monitu, gdy Zamawiający nie przekaze Leasingodawcy informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL, koszt opłaty, gdy Zamawiający nie dostarczy polisy w terminie określonym w OWUL, koszt wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, koszt opłaty za obsługę ubezpieczenia Sprzętu przez Leasingodawcę, gdy Zamawiający nie prześle w terminie kopii umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczenia, koszt likwidacji szkody częściowej. Ww. opłaty mogą wystąpić w trakcie trwania Umowy leasingu, ale nie muszą, zależą one od zlecenia przez Zamawiającego dodatkowych czynności, dlatego Wykonawca nie jest w stanie doliczyć ww. opłat do ceny oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

12) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

13) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Prosimy o potwierdzenie, że każdy z samochodów będących przedmiotem zamówienia może być objęty odrębną Umową leasingową. Jest to korzystne rozwiązanie dla Zamawiającego w przypadku wystąpienia potencjalnej szkody całkowitej na pojeździe i ewentualnej konieczności wyłączenia takiego przedmiotu z Umowy Leasingu. Ponadto Wykonawca może sukcesywnie przekazywać samochody Zamawiającemu w ramach jednostkowych Umów co umożliwi szybsze dysponowanie pojazdem przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone bez podziału na części i w jego wyniku zostanie zawarta jedna umowa na całość przedmiotu zamówienia.

14) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Zamawiający przewidział wzór umowy, wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu oraz ogólnych warunków umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentami proponowanymi przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 wzoru umowy.

15) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - . Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

16) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Proszę o korektę zapisu § 3 ust. 6 Umowy, ponieważ zgodnie z przepisami prawa w leasingu operacyjnym opłata wstępna jest płatna w ustalonym z Zamawiającym terminie płatności (harmonogram spłaty), natomiast faktura VAT jest wystawiana przez Wykonawcę po uiszczeniu przez Zamawiającego opłaty wstępnej.

ODPOWIEDŹ: Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany Zał. nr 6 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

17) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Proszę o potwierdzenie, że koszt rejestracji oraz ubezpieczenia nie stanowi składowej ceny oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że koszt rejestracji oraz ubezpieczenia nie stanowi składowej ceny oferty.

18) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 3 ust. 14 Umowy, z uwagi na fakt, iż z perspektywy podatkowej w leasingu operacyjnym Finansujący nie ma obowiązku umieszczać na fakturze danych przedmiotu leasingu, Finansujący wskazuje numer kolejnej raty leasingu, zapis w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego jest niezgodny z obowiązującymi regulacjami.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że opis na fakturze musi wyraźnie precyzować przedmiot zamówienia i umożliwiać łatwą identyfikację przedmiotu transakcji. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany Zał. nr 6 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

19) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Czy Zamawiający zgadza się, aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty de facto nie zna, bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

20) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Proszę o doprecyzowanie treści §4 ust. 1 Umowy, poprzez dodanie zapisu „(...) i pobierania pożytków na okres 36 miesięcy, „od daty przekazania Sprzętu”, a Zamawiający ...(...).

ODPOWIEDŹ: Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany Zał. nr 6 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

21) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Zgodnie z treścią § 4 ust. 8 Umowy Zamawiający wymaga przekazania przy dostawie dokumentów do rejestracji sprzętu, prosimy o korektę zapisów, ponieważ Finansujący jako właściciel pojazdu dokona rejestracji przedmiotu leasingu w Wydziale Komunikacji.

ODPOWIEDŹ: Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany Zał. nr 6 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

22) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł netto.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

23) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Biorąc od uwagę fakt, że w przypadku leasingu operacyjnego okres trwania Umowy liczony jest od daty przekazania sprzętu, proszę o usunięcie zapisu § 4 ust. 17 Umowy (w dniu podpisania Umowy Wykonawca nie będzie w stanie potwierdzić daty przekazania przedmiotu leasingu).

ODPOWIEDŹ: Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany Zał. nr 6 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

24) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - W § 5 ust. 1 Umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji... (...)”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację zapisu. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany Zał. nr 6 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

25) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,2% na 0,02%, z 10 % na 5%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmniejszenie wysokości kar umownych.

26) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Prosimy o dopuszczenie, aby kary były naliczane od wartości netto Przedmiotu. Finansujący wyjaśnia przy tym, iż kary mają charakter odszkodowania i nie podlegają pod podatek od towarów i usług.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

27) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą, a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego kar umownych w stosunku do Zamawiającego. Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami wzoru umowy, w razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. Wykonawca w swym wniosku o wyjaśnienie treści SWZ nie wskazał przykładowego katalogu kar umownych w stosunku do Zamawiającego, które można wprowadzić.

28) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Wnosimy o odstąpienie od potrącania kwoty z wynagrodzenia należnego wykonawcy oraz dopuszczenie jego zapłaty na podstawie stosownego dokumentu księgowego. Potrącanie kwot kar z wynagrodzenia należnego Finansującemu może spowodować problemy z rozliczaniem kwoty leasingu. Zwracamy również przy tym uwagę, iż zgodnie z Kodeksem Cywilny, aby umowa mogła być umową leasingu, Korzystający zobowiązany jest zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Potrącanie kar z wynagrodzenia może spowodować niezachowanie tego warunku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

29) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Proszę o korektę zapisu § 6 ust. 1, lit. f) Umowy, z uwagi na fakt, że Finansujący nieustannie otrzymuje zajęcia komornicze, które nie mają wpływu na jego główną działalność i są często nieuzasadnione, zapis w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 6 ust. 1, lit. f) Umowy dotyczy sytuacji, gdy wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy znacząco utrudniałby lub uniemożliwił terminową realizację przedmiotu umowy. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany Zał. nr 6 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

30) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - W § 6 ust. 4, lit. e) Umowy zakłada, że Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez wykonawcę istotnych postanowień umowy. Uprzejmie informuję, że zapis taki jest nie do zaakceptowania przez wykonawcę zamówienia. Jest on zbyt ogólny. Zgodnie z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, art. 7098 § 4 i 5, korzystający (zamawiający) może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Jedynie więc taki wariant przewidziany w kodeksie pozwala na wypowiedzenie umowy dostawcy sprzętu, a tym samym na rozwiązanie umowy leasingowej. Prosimy zatem o stosowną modyfikację w tym zakresie i konkretne wskazanie, w jakich wypadkach Zamawiającemu przysługuje wypowiedzenie umowy z tytułu jej nieprzestrzegania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że ww. zapis wzoru Umowy dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu umowy poprzez np. opóźnienie dostawy albo dostawę niekompletną przedmiotu umowy. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany Zał. nr 6 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

31) PYTANIE: dot. zapisów wzoru umowy - Z uwagi na fakt, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu, prosimy o możliwość przedłożenia harmonogramu finansowego spłat, w dacie odbioru sprzętu będącego przedmiotem postępowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, aby harmonogram finansowy spłat był złożony w dacie odbioru przedmiotu umowy. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany Zał. nr 6 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rucińska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293