

Postępowanie nr ZP/14/20

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Sukcesywna dostawa wyrobów jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o.**

I

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843ze zmianami) w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podaje się treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

82. Czy Zamawiający w Części 5 poz. 3-5 wymaga op. a'100 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli op. a'100sztuk.

83.Czy Zamawiający w Części 17 poz. 8 dopuści strzykawkę do TUB 1ml z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza strzykawkę do TUB 1ml z igłą 0,45x13mm.

84.Czy Zamawiający w Części 17 poz. 10-13 dopuści kontrastujący mleczny tłok?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza mleczny tłok.

85.Czy Zamawiający w Części 17 poz. 10-13 dopuści strzykawkę bez ftalanów z informacją o braku ftalanów i informacją o możliwości jednokrotnego użycia w karcie katalogowej wyrobu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Wszelkie zmiany są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich ogłoszenia.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu