



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 2021-07-01
EZ/350/16/2020/ 421

Wg rozdzielnika - do wszystkich uczestników i zainteresowanych

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego 16/2021 - zakup i dostawa leków – 59 pakietów.

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki napełnione fabrycznie 0,9% NaCl do przepłukiwania dostępów naczyniowych mają być przeznaczone do stosowania w procedurach jałowych i niejłowych, to znaczy mają być sterylne wewnątrz i na zewnątrz – tak jak dotychczas stosowane?
Zwracamy uwagę, że u pacjentów onkologicznych, zwłaszcza w w fazie zaniku odporności własnej zaleca się zachowanie najwyższego reżimu klinicznego. **ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga strzykawek napełnionych fabrycznie 0,9 % NaCl sterylnych wewnątrz, dopuszcza strzykawki sterylne wewnątrz i na zewnątrz. Zamawiający doprecyzowuje zapis, wymaga strzykawek jednorazowego użytku, pakowanych pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.**
2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki napełnione fabrycznie 0,9% NaCl do przepłukiwania dostępów naczyniowych mają być sterylne na zewnątrz tak jak inne strzykawki dwuczęściowe, trzyczęściowe, w tym strzykawki do pomp, powszechnie stosowane w placówkach opieki zdrowotnej, w tym w Państwa placówce. **ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ Wymaga strzykawek sterylnych wewnątrz, dopuszcza strzykawki sterylne również na zewnątrz.**
3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez „nagwintowany (lub odkręcający się) korek zamykający (lub zabezpieczający) wejście do strzykawki ma na myśli korek luer lock czy luer? **ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby korek nagwintowany, odkręcający się zabezpieczał wejście do strzykawek luer lock.**
4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki napełnione fabrycznie 0,9% NaCl mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka – tak jak dotychczas stosowane **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza strzykawki napełnione fabrycznie 0,9 % NaCl gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań.**

Z poważaniem,

wz. Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Tadeusz Krzymarski

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Marcin Schneider