

znak: D25C/251/N/4-4rj/20

Wejherowo, dnia 03.03.2020 r.

D.25C/250/ 93 /2020

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU KARDIOLOGII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/4-4rj/20**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w Pakiecie nr 4 pozycji nr 1 Regulatory Prze-pływu przedsionkowego (AFR), rozmiary 8 mm oraz 10 mm wraz z akcesoriami oraz prowad-nikiem zabiegowym z pozycją 2 Igła oraz koszulka transseptalna, ultraostra, krzywizna SLO i utworzenie oddzielnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 pozycji nr 2 igły z podwójnym szlifem ostrza? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 1 przewodnika typu Amplatz extra sztywnych i ultra sztywnych, ze stalowym, temperowanym rdzeniem pokrytym teflonem, o średnicy 0,025", 0,032", 0,035" i długości 145, 180, 260 cm, z elastyczną końcówką prostą i J długości 3 cm lub 7 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 2 cewnika balonowego do waluwoplastyki aortalnej wykonanego z termoplastycznego elastomeru, balon nie przekroczy +/- 10% określonej wielkości balonu przy znamionowym ciśnieniu rozrywającym lub nominalnym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pozycji nr 6 z zadania nr 5 tj. rączki do chwytania plastikowych koszulek poszerzających.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W ramach wartości zwiększa się ilość w poz. 3 – z 80 szt. na 90 szt.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5

znak: D25C/251/N/4-4rj/20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 5 poz. 11 koszulki do implantacji elektrod z zakrzywioną końcówką długości >20 cm i średnicy 9-13 F do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause