



Puck, dn. 01.07.2024 r.

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych i obłożeń, znak ZP/14/2024**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?	Zamawiający nie wymaga takiej informacji, ale dopuszcza.
2.	Proszę o dopuszczenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania dotyczące terminu dostawy.
3.	<b>Pakiet 2, poz. 1</b> Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10 x 10 cm.	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
4.	<b>Pakiet 2, poz. 1</b> Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 5 x 7,5 cm.	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
5.	<b>Pakiet 2, poz. 1</b> Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 5 x 7,2 cm.	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
6.	<b>Pakiet 2, poz. 3</b> Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 8 x 10 cm	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

7.	<p><b>Pakiet 6, poz. 1</b></p> <p>Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania cewników w rozmiarze 80 mm x 95 mm</p> <p>Posiada wyraźne wycięcie wzdłuż środka zakończone owalnie i transparentne okno do obserwacji miejsca wkłucia o wymiarze 44mm x 51mm (+/-2mm). Wysoce przepuszczalny dla wilgoci MVTR 2700g /m2 /24h.według EN 13726-2 :2002 .</p> <p>Opatrunek pokryty dwoma rodzajami kleju mocującego tj. klejem akrylowym na części włókninowej oraz klejem uretanowym na części transparentnej.</p> <p>Opatrunek posiada dodatkowe cztery taśmy zabezpieczające w kształcie „U” o wymiarach 23mm x 47,5mm,</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku o parametrach opisanych w pytaniu.
8.	<p><b>Pakiet 23, poz. 1</b></p> <p>Proszę o dopuszczenie maski o filtracji 94%.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
9.	<p><b>Pakiet 24, poz. 1-2</b></p> <p>Proszę o dopuszczenie masek typu II zamiast IIR.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
10.	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści na: jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawcy takiej konieczności.</p>	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
11.	<p>Pakiet 1, poz.7: Zgodnie z Farmakopeą VII gaza, z której wykonane są opatrunki ma mieć masę powierzchniową dla 17 n min. 23 g/m2. Czy Zamawiający wymaga, aby gaza posiadała masę powierzchniową wymaganą przez Farmakopeę tj. min. 23 gr/m2?</p>	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
12.	<p>Pakiet 1, poz. 11-14, 16-20: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jałowych opatrunków w opakowaniu ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji umieszczonym na papierze opakowania poza polem załadunku? Bez</p>	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.

	ww wskaźników Zamawiający nie będzie miał pewności czy stosuje jałowe, wysterylizowane w prawidłowym procesie sterylizacji opatrunków.	
13.	Pakiet 4, poz. 4,5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek które na całej powierzchni wykonane są z materiałów paroprzepuszczalnych?	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
14.	Pakiet 4, poz. 8: czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci o wadze 8-14 kg lub 11-18kg?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
15.	Pakiet 16, poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jałowych serwet w opakowaniu ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji umieszczonym na papierze opakowania poza polem załadunku? Bez ww wskaźników Zamawiający nie będzie miał pewności czy stosuje jałowe, wysterylizowane w prawidłowym procesie sterylizacji serwety.	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
16.	Pakiet 16, poz. 8: czy Zamawiający dopuści fartuchy bez rączniczków?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
17.	Pakiet 16, poz. 9: czy Zamawiający dopuści fartuchy bez rączniczków?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
18.	Pakiet 17, Poz. 7,8: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jałowych opatrunków w opakowaniu ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji umieszczonym na papierze opakowania poza polem załadunku? Bez ww wskaźników Zamawiający nie będzie miał pewności czy stosuje jałowe , wysterylizowane w prawidłowym procesie sterylizacji opatrunki.	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
19.	Pakiet 19, poz. 3: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast Serweta z wycięciem U w rozmiarze min.240x240cm dopuści Serweta z wycięciem U w rozmiarze min.240x140cm?	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
20.	Pakiet 19, poz. 5: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast Serweta z wycięciem w rozmiarze 320x320cm dopuści Serweta z wycięciem U w rozmiarze min.320x240cm z otworem elastycznym 7 cm (+/-1cm) i workiem z kształtką do zbierania płynów?	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
21.	W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia	Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

	<p>obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:</p> <p>Par. 7 ust 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego brutto?</p>	
--	---	--

Z poważaniem

Członek Zarządu  
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 01.07.2024 r.