



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
we Wrocławiu
ul. H. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
DZIAŁ ZAOPATRZENIA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Tel. 0 71-32-70-491, Fax. 0 71-32-70-425

Szp/ZP –196/ 585 /2022

Wrocław, dnia 01.07.2022 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treści zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa końcówek do zamykania naczyń*”.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 1 - Dotyczy SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie przez Wykonawcę faktur w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF zgodnie z przepisami z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-privatnym?

Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-privatnym bez konieczności dostarczania oryginału faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy?

Powyższy postulat jest zgodny z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza dostarczanie przez Wykonawcę faktur w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF i jednocześnie wymaga dostarczania faktury elektronicznej zgodnie z par. 3 pkt 4 umowy*

Dotyczy Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1 dopuści przetworniki piezoelektryczne zaopatrzone w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości 55 500 Hz (zamiast wskazanych „55H”)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

kompatybilne z generatorem i końcówkami opisanym w Pakiecie nr 1?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza dla Pakietu nr 1 przetrworniki piezoelektryczne zaopatrzone w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości 55 500 Hz (zamiast wskazanych „55H”) kompatybilne z generatorem i końcówkami opisanym w Pakiecie nr 1.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Opomerto

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zarządzania
Kamila Kania

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska