

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 280

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / justyna.magdziarz@onkol.kielce.pl

AZP.2411.197.2023.JM

Kielce, dn. 12.09.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania na Zakup wraz z dostawą endoskopowego toru wizyjnego wraz z osprzętem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

dot. załącznika nr 3 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia – „Wymagania Zamawiającego dotyczące integracji oferowanego urządzenia z ogólnoszpitalnymi systemami informatycznymi pkt VI”

Czy Zamawiający dopuści integrację, gdzie wysyłany jest podpisany zakodowany w base64 plik xml zgodny z dokumentacją systemu szpitalnego, a po stronie systemu Clininet (EDM) jest możliwość prezentacji wyniku według obowiązującej transformacji zgodnej z obowiązującym prawem oraz zgodnym z systemem P1?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak