

Nr sprawy AZP.274.26/2024 - 267

Lublin, 25.06.2024 r.

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego (aparatura kontrolna i badawcza) na potrzeby Wydziału Medycznego KUL, z podziałem na 2 części.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ WRAZ Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp, z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) dalej cyt. jako „ustawy Pzp”, informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie drogi wnoszenia komór laminarnych od wejścia do budynku do pomieszczenia docelowego celem prawidłowego oszacowania kosztów usługi. Prosimy o podanie zwłaszcza czy w budynku znajduje się winda, przeszkody (kręte korytarze, wąskie przejścia, progi i inne), jaka jest szerokość i wysokość futryny w pomieszczeniu docelowym.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, że droga wnoszenia komory jest następująca: brak schodów, krętych korytarzy, wąskich przejść, progów. W budynku jest duża winda o szerokości 100 cm i wysokości 207 cm. Wejście do budynku ma wysokie, szerokie drzwi automatyczne.

**Dotyczy części 1** - Futryna w pomieszczeniu docelowym: 213 cm x 95 cm

**Dotyczy części 2** - Futryna w pomieszczeniu docelowym: 210 cm x 90 cm.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści równie skuteczne rozwiązanie sterylizacji wnętrza komory - z lampą UV zamontowaną na przedniej ścianie komory.

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sterylizacji wnętrza komory z lampą UV zamontowaną na przedniej ścianie komory.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innej technologii przy myciu szyby, która jest prosta i równie bezpieczna dla pracownika. Zamiast opuszczania szyby poniżej blatu roboczego (niewygodne mycie wewnętrznej strony szyby) uruchomienie programu „czyszczenie” pozwoli podnieść przednią pokrywę z szybą umożliwiając łatwe obustronne mycie szyby frontowej zamykającej obszar pracy. Program ten także automatycznie wyłączy silnik szyby głównej oraz uniemożliwia włączenie lampy UV gdy komora ma podniesioną szybę.

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie innej technologii przy myciu szyby.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza modyfikację w treści załącznika 1.2 do SWZ pn.: Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia,

poprzez dodanie w wierszu 11 parametrów wymaganych odnoszącym się do wyposażenia komory laminarnej dedykowanej podstawy na blokowanych kółkach.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert do dnia 01.07.2024 r. do godz. 10:00 oraz wyznacza nowy termin otwarcia na dzień 01.07.2024 r. godz. 10:15.**

W związku z tym zmienia się treść SWZ w poniższym zakresie.

1. Rozdział IX ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni, tj. - do dnia **30.07.2024 r.**”
2. Rozdział XI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Platformy dostępnej pod adresem:**  
<https://platformazakupowa.pl/pn/kul> w nieprzekraczalnym terminie do dnia **01.07.2024 r. do godz. 10.00.**”
3. Rozdział XII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.07.2024 r. o godz. 10:15** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia*.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

2

Podpisano

Z up. Rektora KUL  
/-/ dr Beata Zięba

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych